ADENDA No: 01 AL ANUNCIO PÚBLICO CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA

PROCESO No: SA17-210

1. OBJETO CONTRACTUAL

SUMINISTRO DE ACCESORIOS Y BATERIAS PARA MONITORES, DESFIBRILADORES Y ELECTROCARDIOGRAFOS DE LA ESE HUEM

2. OBSERVACIONES

Publicado el Anuncio Público, dentro del plazo fijado en el cronograma se presentaron las siguientes observaciones:

No:	NOMBRE	OBSERVACION	RESPUESTA
1	David Medina, en representación de la empresa EEMC Ltda. Nit 800 101 378-4	Con respecto a los brazaletes dependiendo de la marca estos varían la longitud del diámetro, en unos pocos cm con respecto a las medidas que ustedes tienen publicadas. Por ejemplo el caso de los brazaletes "Brazalete de una vía adulto de 33-47 cm" que sería un brazalete adulto extragrande, podemos ofertar un tipo de brazalete adulto extragrande con longitud 31 -45 cm?	Podemos aceptar una variación de +/- el 10% en las longitudes de los brazaletes ya que esto no afecta el funcionamiento de los mismos

3. MODIFICACIONES

Teniendo en cuenta las observaciones planteadas se realizan las siguientes modificaciones:

Se incluirá el siguiente parágrafo para la tabla del Grupo 1: Accesorios para monitores, del Acápite 2 – Especificaciones Técnicas, visto a folio 2 y 3 del Anuncio Público así:

PARÁGRAFO: Se podrá aceptar una variación de +/- el 10% en las longitudes de los brazaletes siempre y cuando se demuestre que no afecta el funcionamiento de los mismos.

4. ACLARACIONES

Se modifica el Anuncio Público teniendo en cuenta las observaciones planteadas, con el objeto de salvaguardar los principios que rigen la contratación estatal y los fines de la E.S.E. HUEM. La presente adenda forma parte integrante del contrato y deben tenerse en cuenta en las respectivas ofertas.

Se expide en San José de Cúcuta, a los veintiséis (26) días del mes de abril de 2017

ORIGINAL FIRMADO

LUIS ALBERTO DÍAZ PÉREZ
Subgerente Administrativo

Aprobó: Judith Magaly Carvajal Contreras, Coordinador GABYS
Proyectó: Angélica María Chaparro Quintero, Abogada GABYS