ADENDA No: 01 AL ANUNCIO DE CONTRATACION ELECTRONICO

PROCESO No: SA20-160

1. OBJETO CONTRACTUAL

COMPRA DE ELEMENTOS PARA LAS UNIDADES HOSPITALARIAS DE LOS SERVICIOS DE INTERNACIÓN DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ

2. OBSERVACIONES

Publicada la invitación publica de mínima cuantía , dentro del plazo fijado en el cronograma se presentaron las siguientes observaciones:

No:	NOMBRE	OBSERVACION	RESPUESTA
1	Técnica Electro Medica SA,	*En la especificación técnica mínima de la cama eléctrica " Posición de reanimación cardiopulmonar (RCP), desde un botón en el control " se solicita se acepte " Posición de reanimación cardiopulmonar (RCP), desde un botón en el control y/o en forma mecánica " y así permitir la pluralidad de oferentes.* *En la especificación " Longitud total de 240 cm. Ancho total de 105 cm. Con cabecera, piecera y barandales arriba." se solicita se acepte la opción " Longitud total de 240 cm.+/- 10 cm Ancho total de 105 cm +/- 10 cm. Con cabecera, piecera y barandales arriba " y así permitir la pluralidad de oferentes.* *Solicitamos ampliar el plazo de respuesta técnica presencial a por lo menos 76 horas.* *Solicitamos se amplíe el plazo de ejecución a 60 días, teniendo en cuenta que hay productos que requieren importación*	**RTA.. Se procede aclarar a continuación en el siguiente acápite.**

2	HOSPICLINIC DE COLOMBIA SAS	CAMA BARIATRICA: Se solicita a la entidad ampliar el rango de Dimensiones de la superficie del paciente de 220cm a 230cm +/- 10 de largo, con el fin de ofertar mas marcas en el mercado que cumplen con las necesidades de la entidad.	**RTA.. Se procede aclarar a continuación en el siguiente acápite**

3. ACLARACIONES Y MODIFICACIONES

Teniendo en cuenta las observaciones planteadas se realizan las siguientes aclaraciones :

	Código	Equipo	ESPECIFICACIONES MINIMAS
1	2180300641	Cama eléctrica	Soporte de peso mínimo de: 150 +/-10 Kg. Controles electrónicos interconstruidos en barandales, con seguro de bloqueo para paciente (en las dos barandas). MOVIMIENTOS: - Sección de espalda: mínimo de 0 – 60°. - Sección de rodilla: mínimo de 0 – 20°. - Altura y descenso ajustable que cubra el rango mínimo de 45 a 75. -Posición de reanimación cardiopulmonar (RCP), desde un botón en el control. Sistema de bloqueo de los movimientos eléctricos y botón de posición horizontal. Indicador de ángulo del respaldo. Dimensiones de la superficie del paciente 190 cm de largo x de 85 cm de ancho como mínimo. Dimensiones de la cama máximas: Longitud total de 240 cm +/- 10 cm. Ancho total de 105 cm +/- 10 cm. Con cabecera, piesera y barandales arriba. Cabecera y piesera, desmontables de material de alta resistencia a golpes y solventes. Barandales laterales abatibles o plegables en un solo movimiento, que permitan la transferencia segura del paciente, resistentes al alto impacto, dos barandales en sección de cabeza y dos en sección de pies. Con protectores o parachoques en la cabecera Colchón de antiescaras de 16 cm (+/-2cm) de espesor con dimensiones de paciente 190cm +/- 10 cm de largo y 85 cm +/- 5 cm, forro completamente sellado por los 4 costados a la entrada de líquidos. Con sistema de contención del colchón para evitar deslizamiento. Ruedas de 12,5 cm de diámetro mínimo, con freno en cada rueda o central. Ganchos para bolsas de soluciones en ambos lados de la cama.

			Que cuenta con batería de seguridad en caso de falla eléctrica. Cumplir con el requisito NTC-IEC-60601-2-52
2	2180300642	Cama Bariatrica	Soporte de peso mínimo de: 300 +/-10 Kg. Controles electrónicos interconstruidos en barandales, con seguro de bloqueo para paciente (en las dos barandas). MOVIMIENTOS: - Sección de espalda: mínimo de 0 – 60°. - Sección de rodilla: mínimo de 0 – 20°. - Altura y descenso ajustable que cubra el rango mínimo de 60 a 75. -Posición de reanimación cardiopulmonar (RCP), desde un botón en el control. Sistema de bloqueo de los movimientos eléctricos y botón de posición horizontal. Indicador de ángulo del respaldo. Dimensiones de la superficie del paciente 230 cm +/- 20 de largo x de 100 cm +/- 10 de ancho como mínimo. Barandales laterales abatibles o plegables en un solo movimiento, que permitan la transferencia segura del paciente, resistentes al alto impacto, dos barandales en sección de cabeza y dos en sección de pies. Con protectores o parachoques en las cuatro esquinas. Colchón antiescaras de 16 cm (+/-2cm) de espesor con dimensiones de paciente 200cm +/- 10 cm de largo y 100 de ancho cm +/- 5 cm, forro completamente sellado por los 4 costados a la entrada de líquidos. Con sistema de contención del colchón para evitar deslizamiento. Colchón de poliuretano de 16 cm +/-3cm de espesor con dimensiones de paciente 200cm +/- 3cm de largo y 100 cm de ancho como máximo. Ruedas de 12,5 cm de diámetro mínimo, con freno en cada rueda o central. Ganchos para bolsas de soluciones en ambos lados de la cama. Que cuenta con batería de seguridad en caso de falla eléctrica. Cumplir con el requisito NTC-IEC-60601-2-52
3	2180301502	Cuna neonatal	Cuna para recuperación de pacientes neonatales. Estructura en acero de alta resistencia. Dimensiones útiles 60 +/- 3 cm de largo y 30 +/- 5 cm de ancho. Ruedas de 3” de diámetro mínimo, con freno en cada rueda o central. Canasta para almacenamiento de pertenencia del paciente. Angulo de inclinación variable.

Se modifica el Acápite 12-**CLAUSULADO- Numeral Segundo- Plazo de Ejecución-**

PLAZO DE EJECUCION: Sesenta (60) días contados a partir del acta de inicio previa legalización del contrato.

Se expide en San José de Cúcuta, a los Cuatro (4) días del mes de Marzo de 2020

FIRMADO ORIGINAL

_____

SORAYA TATIANA CACERES SANTOS
Subgerente Administrativo

Revisó y Aprobó: Mauricio Pinzón Barajas, Coordinador Actisalud GABYS
Proyectó: Paola Cornejo Carrascal- Abogada GABYS