

	<b>3.7.1 ADENDA</b>		<b>CODIGO DEL FORMATO</b>	ABS-FO-BS- 044
	<b>PLIEGO DE CONDICIONES O INVITACION PUBLICA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>			
<b>ELABORO</b>	<b>VERIFICÓ</b>	<b>APROBÓ</b>	<b>VERSIÓN DEL FORMATO: 01</b>	<b>FECHA ULTIMA ACTUALIZACION: 26 DE NOVIEMBRE 2013</b>
Coordinador Adquisición bienes y servicios-JMC	Coordinador GABYS	Gerencia	Página 1 de 3	

<b>ADENDA No: 1 AL ANUNCIO PUBLICO DE CONTRATACION ELECTRONICA</b>				
<b>PROCESO No: SS16-269</b>				
<b>1. OBJETO CONTRACTUAL</b>				
<b>ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABILITACIÓN DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ DE CÚCUTA</b>				
<b>2. MODIFICACIONES</b>				
<p>La presente tiene como finalidad aclarar y/o complementar las especificaciones técnicas del ítem con código No. 2100400300, cuya descripción corresponde a Endoscopio pediátrico, el cual quedara de la siguiente manera :</p>				
2100400300	Endoscopio pediátrico	<p>Monitor LED de 26 Pulgadas con entradas de video DV1, 3G-SDI, VGA, S-Video, video compuesto.</p> <p>Salidas de Video: DVI, 3G-SDI Compuesto.</p> <p>Unidad de Control de Cámara para usar con 3 Modulos.</p> <p>Que permita grabación en alta definición de procedimientos a distancia desde la Cabeza de la Cámara, sin utilizar equipos de grabación adicionales) Resolución 1920 x 1080 p.</p> <p>Con Modulo de Procesamiento Digital de Imágenes Integrado. Con teclado</p> <p>Cable Adaptador para Video Endoscopios.</p> <p>Carro de Almacenamiento y Transporte de Equipos para Torre de Endoscopia.</p>	Cirugía Peditrica	
		<p>Cable Adaptador para USB</p> <p>Fuente de Luz LED con Bomba de Insuflación de Aire y CO2 integrados para usar con Video Endoscopios</p>		

	<b>3.7.1 ADENDA</b> <b>PLIEGO DE CONDICIONES O INVITACION PUBLICA</b> <b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>CODIGO DEL</b> <b>FORMATO</b>	ABS-FO-BS- 044
	<b>ELABORO</b>	<b>VERIFICÓ</b>	<b>APROBÓ</b>	<b>VERSIÓN DEL</b> <b>FORMATO: 01</b>
Coordinador Adquisición bienes y servicios-JMC	Coordinador GABYS	Gerencia	Página 2 de 3	

			<p>VIDEO GASTROSCOPIO PEDIATRICO con</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alta resolución (HR)</li> <li>• Zoom electrónico, regulable en 4 niveles</li> <li>• Vaina 5.9 mm</li> <li>• Longitud útil 1100 mm</li> <li>• Canal de trabajo 2,0 mm</li> <li>• Acodamiento</li> <li>• Arriba 210°</li> <li>• Abajo 100°</li> <li>• Izq/der 120°/120°</li> </ul> <p>Con accesorios</p>			
			<p>VIDEO COLONOSCOPIO, con canal wáter jet, canal de trabajo 3.8 mm, vaina 12.9 mm, longitud útil 1600 mm, acodamiento arriba/abajo 180°/180°, acodamiento izquierda/derecha 160°/160°, profundidad de campo 2-100</p> <p>Incluye los siguientes suministros:</p> <p>Pinza para biopsia para un solo uso</p> <p>Cepillo de limpieza para un solo uso (2 diámetros)</p> <p>Tubo de irrigación, reutilizable</p> <p>Tubo de irrigación en forma de Y, reutilizable</p> <p>Adaptador de limpieza para el canal Water Jet</p> <p>Tapón compensador de presión, apto para EtO</p> <p>Tester de estanqueidad</p>			

	<b>3.7.1 ADENDA</b>		<b>CODIGO DEL FORMATO</b>	ABS-FO-BS- 044
	<b>PLIEGO DE CONDICIONES O INVITACION PUBLICA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>			
<b>ELABORO</b>	<b>VERIFICÓ</b>	<b>APROBÓ</b>	<b>VERSIÓN DEL FORMATO: 01</b>	<b>FECHA ACTUALIZACION: 26 DE NOVIEMBRE 2013</b>
Coordinador Adquisición bienes y servicios-JMC	Coordinador GABYS	Gerencia	Página 3 de 3	

			Tapa de cierre, para canal de trabajo,  Válvula de limpieza  Válvula de aspiración  Válvula de aire-agua  Cepillo para válvulas, para videoendoscopios  Aceite para instrumentos  Protector dental para un solo uso  Película de protección  Maletín  Con unidad de alta frecuencia con corte fraccionado de para gastroenterología.		
<b>3. ACLARACIONES</b>					
Se modifica el anuncio público, teniendo en cuenta criterios institucionales, con el objeto de salvaguardar los principios que rigen la contratación estatal y los fines de la E.S.E. HUEM. La presente adenda forma parte integrante del contrato y deben tenerse en cuenta en las respectivas ofertas.					

Se expide en San José de Cúcuta, a los 23 días del mes de Mayo de 2016.

**FIRMADO ORIGINAL**

**HERNANDO OTERO RODRIGUEZ**  
Subgerente de salud ( e )

Revisó: Judith Magaly Carvajal Contreras- Coordinador GABYS  
Proyectó: Paola Cornejo Carrascal-Abogada GABYS

