
	3.7.1 ADENDA		CODIGO DEL FORMATO	ABS-FO-BS- 044
	PLIEGO DE CONDICIONES O INVITACION PUBLICA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS			
ELABORO	VERIFICÓ	APROBÓ	VERSIÓN DEL FORMATO: 01	FECHA ULTIMA ACTUALIZACION: 26 DE NOVIEMBRE 2013
Coordinador Adquisición bienes y servicios-JMC	Coordinador GABYS	Gerencia	Página 1 de 3	

ADENDA No: 1 AL ANUNCIO PUBLICO DE CONTRATACION ELECTRONICA			
PROCESO No: SS16-495			
1. OBJETO CONTRACTUAL			
COMPRA DE EQUIPO DE RAYOS X FIJO Y ARCO EN C PARA EL SERVICIO DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ			
2. OBSERVACIONES			
<p>Publicado el anuncio público, dentro del plazo fijado en el cronograma se presentaron algunas observaciones fuera del horario establecido para el chat, por lo cual no fueron respondidas en esa instancia; sin embargo a través de la presente adenda la entidad procede a responderlas y efectuar demás modificaciones conforme se enunciara seguidamente:</p>			
No:	NOMBRE	OBSERVACION	RESPUESTA
	Freddy López Fajardo	Con relación al rango del mA en el EQUIPO DE RX donde se solicitan de 10 a 640 mA, realmente corresponde a un rango para un generador de 50Kw, los generadores de 40Kw normalmente van desde 10 hasta 500 mA como mínimo.	La entidad no acepta la observación.
	Freddy López Fajardo	Para el Arco en C se solicitan 10 Kw en Colimacion virtual lo cual consideramos que no es la especificación técnica indicada	La entidad acepta su observación y ajustara el criterio .
	Freddy López Fajardo	Solicitamos que se acepten monitores con teclado y mouse. La pantalla táctil sube los costos	La entidad no acepta la observación.
	Freddy López Fajardo	En virtud de los Kw del generador y dadas las condiciones técnicas del equipo solicitado en el arco en c solicitamos se permitan equipos con 5 Kw en adelante los cuales garantizan que se pueden hacer diferentes tipos	La entidad no acepta la observación.



	3.7.1 ADENDA		CODIGO DEL FORMATO	ABS-FO-BS- 044
	PLIEGO DE CONDICIONES O INVITACION PUBLICA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS			
ELABORO	VERIFICÓ	APROBÓ	VERSIÓN DEL FORMATO: 01	FECHA ULTIMA ACTUALIZACION: 26 DE NOVIEMBRE 2013
Coordinador Adquisición bienes y servicios-JMC	Coordinador GABYS	Gerencia	Página 2 de 3	


		de procedimientos quirúrgicos	
--	--	-------------------------------	--

3. MODIFICACIONES

Teniendo en cuenta las observaciones planteadas se realizan las siguientes modificaciones al acápite 2- especificaciones técnicas- del anuncio público SS16-495 :

CODIGO	NOMBRE	ESPECIFICACIONES MINIMAS			
2100501601	Equipo de rayos X	Mesa que acepte diferentes tamaños de chasis (8" x 10", 10" x 12", 11" x 14, 14" x 17,17" x 17)			
		Generador	Potencia: 40 KW		
			Kilovoltaje: 40 A 150 KV		
			Miliamperaje: 10 a 630Ma		
		Soporte	Frenos mecánicos		
			que acepte diferentes tamaños de chasis (8" x 10", 10" x 12", 11" x 14, 14" x 17,17" x 17)		
			Control automático de exposición AEC		
		Tubo de rayos X	Foco 0.6 y 1,2 mm		
			Ánodo giratorio		
			Capacidad de almacenamiento del ánodo no inferior a 150 KHU		
		Switch manual			
		Alarma audible			
		Soporte piso techo o soporte integrado			
Adaptación o preinstalación a conexión trifásica de 220					
Rotación de +/- 180 grados de porta tubo					
2100501612	Arco en C	Intensificador de imagen	9 pulgadas		
		Potencia mínima del generador			
		Potencia: 10KW			
		Tubo de rayos X	Ánodo giratorio		
			Foco 0.3 y 0.6 mm		
			Capacidad calórica mayor a 250 KHU		
		Dos monitores	19 "		
		Interruptor de pie			
Protector para cables en las ruedas					
Sustracción digital					



	3.7.1 ADENDA PLIEGO DE CONDICIONES O INVITACION PUBLICA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		CODIGO DEL FORMATO	ABS-FO-BS- 044
ELABORO	VERIFICÓ	APROBÓ	VERSIÓN DEL FORMATO: 01	FECHA ULTIMA ACTUALIZACION: 26 DE NOVIEMBRE 2013
Coordinador Adquisición bienes y servicios-JMC	Coordinador GABYS	Gerencia	Página 3 de 3	

		Puerto USB para almacenamiento de imágenes
		Pantalla táctil
		Compatibilidad con DICOM 3,0
		Carro para monitores
		Apuntador laser para mejorar precisión

4. ACLARACIONES

Se modifican el anuncio público teniendo en cuenta las observaciones planteadas, con el objeto de salvaguardar los principios que rigen la contratación estatal y los fines de la E.S.E. HUEM. La presente adenda forma parte integrante del contrato y deben tenerse en cuenta en las respectivas ofertas.

Se expide en San José de Cúcuta, a los 19 días del mes de Diciembre de 2016.

FIRMADO ORIGINAL

ANA MARIA PEREZ RAMIREZ
Subgerente de Salud

Aprobó Judith Magaly Carvajal Contreras- Coordinador GABYS
Proyectó: Paola Cornejo Carrascal-Abogada GABYS

