
		<b>3.10.2 INFORME EVALUACION FICHA TECNICA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>CODIGO DEL FORMATO</b>	ABS-FO-BS-058
<b>ELABORO</b>	<b>VERIFICÓ</b>	<b>APROBÓ</b>	<b>VERSIÓN DEL FORMATO: 01</b>	<b>FECHA ULTIMA ACTUALIZACION: 16 ENERO 2014</b>	
Coordinador Adquisición Bienes y Servicios	Coordinador GABYS	Gerencia	Página 1 de 2		


<b>INFORME EVALUACION FICHA TECNICA</b>					
<b>PROCESO No:SS17-187</b>					
<b>OBJETO CONTRACTUAL:</b>					
COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS BASICOS PARA EL CONSULTORIO Y LA SALA DE PROCEDIMIENTOS DE TRATAMIENTO DEL DOLOR Y CUIDADOS PALIATIVOS PARA LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMMO MEOZ.					
<b>EVALUACION</b>					
Teniendo en cuenta el cronograma del proceso de la referencia se procede a evaluar las propuestas recepcionadas oportunamente.					
ITEM	DESCRIPCION	Importadora Medica Los Andes			EVALUACION (CUMPLE / NO CUMPLE)
		PROPUESTA	NOMBRE	OBSERVACION	
1	Negatoscopio metálico de un cuerpo, tubo fluorescente circular Led, pantalla en acrílico, acabado en pintura electrostática, conexión a 110 V	Bionexo	Negatoscopio		Cumple
2	Laringoscopio adulto de fibra óptica con hojas curvas 1,2,3	Bionexo	Laringoscopio Adulto	No presento INVIMA	No cumple
3	Laringoscopio pediátrico de fibra óptica con hojas rectas 0,1,2	Bionexo	Laringoscopio Pediátrico	No presento INVIMA	No cumple
4	Balanza pesa bebe digital grado médico, capacidad mínima 23KG, resolución menor o igual a 100g, conexión a 110 V e infantometro (resolución menor o igual a 1 mm)	Bionexo	Pesa bebe con tallimetro	No presento INVIMA	No cumple
5	Carro auxiliar de curaciones con dos entrepaños en acero inoxidable, protegida con barandillas, montada sobre cuatro (4) ruedas. 0.55 mts de largo x 0.45 mts de ancho +/- 5 cmts.	Bionexo	Carro de curaciones	No cumple con material ni dimensiones	No cumple
6	Tensiometro rodable con soporte móvil, base rodable con 5 rodachines y canasta de almacenamiento para brazaletes, brazaletes, válvula y pera insufladora. Caratula grabada con láser, con dial ahuecado y aguja	Bionexo	Tensiómetro Rodable	No presento INVIMA	No cumple



		<b>3.10.2 INFORME EVALUACION FICHA TECNICA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>CODIGO DEL FORMATO</b>	ABS-FO-BS-058
<b>ELABORO</b>	<b>VERIFICÓ</b>	<b>APROBÓ</b>	<b>VERSIÓN DEL FORMATO: 01</b>	<b>FECHA ULTIMA ACTUALIZACION: 16 ENERO 2014</b>	
Coordinador Adquisición Bienes y Servicios	Coordinador GABYS	Gerencia	Página 2 de 2		


	de alto contraste.				
7	Equipo de órganos de pared con transformador de 3.5V con dos cordones en espiral, mangos y cable eléctrico con conexión a 110V. Otoscopio de fibra óptica y oftalmoscopio, mangos de encendido y apagado automático	Bionexo	Equipo de órganos de pared	No presento INVIMA	No cumple
8	Balanza con tallimetro grado médico, capacidad mínima 200KG, resolución menor o igual a 100g, conexión a 110 V e tallimetro (resolución menor o igual a 1 mm). Con números grabados	Bionexo	Bascula con tallimetro	No presento INVIMA	No cumple
9	Ultrasonido portátil para manejo de dolor con frecuencia de 1MHz +/- 10%, con onda de pulso y alimentación de 110V	Bionexo	Ultrasonido Portátil		Cumple
10	Estimulador de nervio periférico TENS análogo. de dos canales con intensidad graduable.	Bionexo	Estimulador TENS		Cumple
11	Cinta métrica para uso médico en pacientes adultos y pediátricos.	Bionexo	Cinta métrica		Cumple
12	Desfibrilador cardiaco de onda bifásica, tipo de desfibrilación: manual, sincrónica y AED. Entrega de energía entre 0-270 Joules, marcapaso externo, velocidad de registro 25mm batería interna para 2 horas de trabajo, monitor, conexión con cable EKG y cable de conexión para electrodo desechable, conexión a red eléctrica 110vac y frecuencia 60hz. Con paletas adulto, pediátrico. Debe contar con los accesorios y demás elementos necesarios para que cumpla a cabalidad.	Bionexo	Desfibrilador	No presento INVIMA	No cumple
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>Inversiones de Colombia tecnomedica S.A.</b>			<b>EVALUACION (CUMPLE / NO CUMPLE)</b>
		<b>PROPUESTA</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>OBSERVACION</b>	



		<b>3.10.2 INFORME EVALUACION FICHA TECNICA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>CODIGO DEL FORMATO</b>	ABS-FO-BS-058
<b>ELABORO</b>	<b>VERIFICÓ</b>	<b>APROBÓ</b>	<b>VERSIÓN DEL FORMATO: 01</b>	<b>FECHA ULTIMA ACTUALIZACION: 16 ENERO 2014</b>	
Coordinador Adquisición Bienes y Servicios	Coordinador GABYS	Gerencia	Página 3 de 2		


2	Laringoscopio adulto de fibra óptica con hojas curvas 1,2,3	Bionexo	Laringoscopio Adulto	No presente INVIMA	No cumple
3	Laringoscopio pediátrico de fibra óptica con hojas rectas 0,1,2	Bionexo	Laringoscopio Pediátrico	No presente INVIMA	No cumple
4	Balanza pesa bebe digital grado médico, capacidad mínima 23KG, resolución menor o igual a 100g, conexión a 110 V e infantometro (resolución menor o igual a 1 mm)	Bionexo	Pesa bebe con tallimetro	No presente INVIMA	No cumple
6	Tensiometro rodable con soporte móvil, base rodable con 5 roda chinos y canasta de almacenamiento para brazaletes, brazaletes, válvula y pera insufladora. Caratula grabada con láser, con dial ahuecado y aguja de alto contraste.	Bionexo	Tensiómetro Rodable	No presente INVIMA	No cumple
7	Equipo de órganos de pared con transformador de 3.5V con dos cordones en espiral, mangos y cable eléctrico con conexión a 110V. Otoscopio de fibra óptica y oftalmoscopio, mangos de encendido y apagado automático	Bionexo	Equipo de órganos de pared	No presente INVIMA	No cumple
8	Balanza con tallimetro grado médico, capacidad mínima 200KG, resolución menor o igual a 100g, conexión a 110 V e tallimetro (resolución menor o igual a 1 mm). Con números grabados	Bionexo	Bascula con tallimetro	No presente INVIMA	No cumple
12	Desfibrilador cardiaco de onda bifásica, tipo de desfibrilación: manual, sincrónica y AED. Entrega de energía entre 0-270 Joules, marcapaso externo, velocidad de registro 25mm batería interna para 2 horas de trabajo, monitor, conexión con cable EKG y cable de conexión para electrodo desechable, conexión a red eléctrica 110vac y frecuencia 60hz. Con paletas adulto, pediátrico. Debe contar con los accesorios y demás elementos	Bionexo	Desfibrilador		Cumple



		<b>3.10.2 INFORME EVALUACION FICHA TECNICA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>CODIGO DEL FORMATO</b>	ABS-FO-BS-058
<b>ELABORO</b>	<b>VERIFICÓ</b>	<b>APROBÓ</b>	<b>VERSIÓN DEL FORMATO: 01</b>	<b>FECHA ULTIMA ACTUALIZACION: 16 ENERO 2014</b>	
Coordinador Adquisición Bienes y Servicios	Coordinador GABYS	Gerencia	Página 4 de 2		


	necesarios para que cumpla a cabalidad.				
ITEM	DESCRIPCION	Hospiclinic de Colombia S.A.			EVALUACION (CUMPLE / NO CUMPLE)
		PROPUESTA	NOMBRE	OBSERVACION	
1	Negatoscopio metálico de un cuerpo, tubo fluorescente circular Led, pantalla en acrílico, acabado en pintura electrostática, conexión a 110 V	Bionexo	Negatoscopio		Cumple
2	Laringoscopio adulto de fibra óptica con hojas curvas 1,2,3	Bionexo	Laringoscopio Adulto		cumple
3	Laringoscopio pediátrico de fibra óptica con hojas rectas 0,1,2	Bionexo	Laringoscopio Pediátrico	Solo incluye 2 hojas rectas	No cumple
4	Balanza pesa bebe digital grado médico, capacidad mínima 23KG, resolución menor o igual a 100g, conexión a 110 V e infantometro (resolución menor o igual a 1 mm)	Bionexo	Pesa bebe con tallimetro	No presento INVIMA y no cumple con capacidad	No cumple
5	Carro auxiliar de curaciones con dos entrepaños en acero inoxidable, protegida con barandillas, montada sobre cuatro (4) ruedas. 0.55 mts de largo x 0.45 mts de ancho +/- 5 cmts.	Bionexo	Carro de curaciones		cumple
7	Equipo de órganos de pared con transformador de 3.5V con dos cordones en espiral, mangos y cable eléctrico con conexión a 110V. Otoscopio de fibra óptica y oftalmoscopio, mangos de encendido y apagado automático	Bionexo	Equipo de órganos de pared		cumple
8	Balanza con tallimetro grado médico, capacidad mínima 200KG, resolución menor o igual a 100g, conexión a 110 V e tallimetro (resolución menor o igual a 1 mm). Con números grabados	Bionexo	Bascula con tallimetro		cumple
11	Cinta métrica para uso médico en pacientes adultos y pediátricos.	Bionexo	Cinta métrica		Cumple



		<b>3.10.2 INFORME EVALUACION FICHA TECNICA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>CODIGO DEL FORMATO</b>	ABS-FO-BS-058
<b>ELABORO</b>	<b>VERIFICÓ</b>	<b>APROBÓ</b>	<b>VERSIÓN DEL FORMATO: 01</b>	<b>FECHA ULTIMA ACTUALIZACION: 16 ENERO 2014</b>	
Coordinador Adquisición Bienes y Servicios	Coordinador GABYS	Gerencia	Página 5 de 2		

ITEM	DESCRIPCION	Medicamentos y suministros médicos de Colombia S.A.S. Y/ Strapharma S.A.S.			EVALUACION (CUMPLE / NO CUMPLE)
		PROPUESTA	NOMBRE	OBSERVACION	
1	Negatoscopio metálico de un cuerpo, tubo fluorescente circular Led, pantalla en acrílico, acabado en pintura electrostática, conexión a 110 V	Bionexo	Negatoscopio		Cumple
2	Laringoscopio adulto de fibra óptica con hojas curvas 1,2,3	Bionexo	Laringoscopio Adulto	No presento INVIMA	No cumple
3	Laringoscopio pediátrico de fibra óptica con hojas rectas 0,1,2	Bionexo	Laringoscopio Pediátrico	No presento INVIMA	No cumple
4	Balanza pesa bebe digital grado médico, capacidad mínima 23KG, resolución menor o igual a 100g, conexión a 110 V e infantometro (resolución menor o igual a 1 mm)	Bionexo	Pesa bebe con tallimetro	No presento INVIMA y no cumple con capacidad	No cumple
5	Carro auxiliar de curaciones con dos entrepaños en acero inoxidable, protegida con barandillas, montada sobre cuatro (4) ruedas. 0.55 mts de largo x 0.45 mts de ancho +/- 5 cmts.	Bionexo	Carro de curaciones	No cumple con material ni dimensiones	No cumple
6	Tensiometro rodable con soporte móvil, base rodable con 5 rodachines y canasta de almacenamiento para brazaletes, brazaletes, válvula y pera insufladora. Caratula grabada con láser, con dial ahuecado y aguja de alto contraste.	Bionexo	Tensiómetro Rodable	No presento INVIMA	No cumple
7	Equipo de órganos de pared con transformador de 3.5V con dos cordones en espiral, mangos y cable eléctrico con conexión a 110V. Otoscopio de fibra óptica y oftalmoscopio, mangos de encendido y apagado automático	Bionexo	Equipo de órganos de pared	No presento INVIMA	No cumple
8	Balanza con tallimetro grado médico, capacidad mínima 200KG, resolución menor o igual a	Bionexo	Bascula con tallimetro	No presento INVIMA	No cumple




	<b>3.10.2 INFORME EVALUACION FICHA TECNICA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>CODIGO DEL FORMATO</b>	ABS-FO-BS-058
<b>ELABORO</b>	<b>VERIFICÓ</b>	<b>APROBÓ</b>	<b>VERSIÓN DEL FORMATO: 01</b>	<b>FECHA ULTIMA ACTUALIZACION: 16 ENERO 2014</b>
Coordinador Adquisición Bienes y Servicios	Coordinador GABYS	Gerencia	Página 6 de 2	

	100g, conexión a 110 V e tallimetro (resolución menor o igual a 1 mm). Con números grabados				
9	Ultrasonido portátil para manejo de dolor con frecuencia de 1MHz +/- 10%, con onda de pulso y alimentación de 110V	Bionexo	Ultrasonido Portátil		Cumple
10	Estimulador de nervio periférico TENS análogo. de dos canales con intensidad graduable.	Bionexo	Estimulador TENS		Cumple
11	Cinta métrica para uso médico en pacientes adultos y pediátricos.	Bionexo	Cinta métrica		Cumple
12	Desfibrilador cardiaco de onda bifásica, tipo de desfibrilación: manual, sincrónica y AED. Entrega de energía entre 0-270 Joules, marcapaso externo, velocidad de registro 25mm batería interna para 2 horas de trabajo, monitor, conexión con cable EKG y cable de conexión para electrodo desechable, conexión a red eléctrica 110vac y frecuencia 60hz. Con paletas adulto, pediátrico. Debe contar con los accesorios y demás elementos necesarios para que cumpla a cabalidad.	Bionexo	Desfibrilador	No presento INVIMA	No cumple

ITEM	DESCRIPCION	Tecnica Electromedica S.A.			EVALUACION (CUMPLE / NO CUMPLE)
		PROPUESTA	NOMBRE	OBSERVACION	
2	Laringoscopio adulto de fibra óptica con hojas curvas 1,2,3	Bionexo	Laringoscopio Adulto	Solo incluye dos hojas curvas	No cumple
3	Laringoscopio pediátrico de fibra óptica con hojas rectas 0,1,2	Bionexo	Laringoscopio Pediátrico	Solo incluye dos hojas pediatricas	No cumple
4	Balanza pesa bebe digital grado médico, capacidad mínima 23KG, resolución menor o igual a 100g, conexión a 110 V e infantometro (resolución menor o igual a 1 mm)	Bionexo	Pesa bebe con tallimetro		cumple
6	Tensiometro rodable con soporte móvil, base rodable con 5 roda	Bionexo	Tensiómetro	No presento INVIMA y en	No cumple




		<b>3.10.2 INFORME EVALUACION FICHA TECNICA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>CODIGO DEL FORMATO</b>	ABS-FO-BS-058
<b>ELABORO</b>	<b>VERIFICÓ</b>	<b>APROBÓ</b>	<b>VERSIÓN DEL FORMATO: 01</b>	<b>FECHA ULTIMA ACTUALIZACION: 16 ENERO 2014</b>	
Coordinador Adquisición Bienes y Servicios	Coordinador GABYS	Gerencia	Página 7 de 2		

	chines y canasta de almacenamiento para brazaletes, brazaletes, válvula y pera insufladora. Caratula grabada con láser, con dial ahuecado y aguja de alto contraste.		Rodable	la imagen se observan 4 rodachines	
7	Equipo de órganos de pared con transformador de 3.5V con dos cordones en espiral, mangos y cable eléctrico con conexión a 110V. Otoscopio de fibra óptica y oftalmoscopio, mangos de encendido y apagado automático	Bionexo	Equipo de órganos de pared		Cumple
8	Balanza con tallimetro grado médico, capacidad mínima 200KG, resolución menor o igual a 100g, conexión a 110 V e tallimetro (resolución menor o igual a 1 mm). Con números grabados	Bionexo	Bascula con tallimetro		Cumple
12	Desfibrilador cardiaco de onda bifásica, tipo de desfibrilación: manual, sincrónica y AED. Entrega de energía entre 0-270 Joules, marcapaso externo, velocidad de registro 25mm batería interna para 2 horas de trabajo, monitor, conexión con cable EKG y cable de conexión para electrodo desechable, conexión a red eléctrica 110vac y frecuencia 60hz. Con paletas adulto, pediátrico. Debe contar con los accesorios y demás elementos necesarios para que cumpla a cabalidad.	Bionexo	Desfibrilador		cumple

ITEM	DESCRIPCION	Amarey Nova Medica S.A.			EVALUACION (CUMPLE / NO CUMPLE)
		PROPUESTA	NOMBRE	OBSERVACION	
12	Desfibrilador cardiaco de onda bifásica, tipo de desfibrilación: manual, sincrónica y AED. Entrega de energía entre 0-270 Joules, marcapaso externo, velocidad de	Bionexo	Desfibrilador		cumple




		<b>3.10.2 INFORME EVALUACION FICHA TECNICA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>CODIGO DEL FORMATO</b>	ABS-FO-BS-058
<b>ELABORO</b>	<b>VERIFICÓ</b>	<b>APROBÓ</b>	<b>VERSIÓN DEL FORMATO: 01</b>	<b>FECHA ULTIMA ACTUALIZACION: 16 ENERO 2014</b>	
Coordinador Adquisición Bienes y Servicios	Coordinador GABYS	Gerencia	Página 8 de 2		

	registro 25mm batería interna para 2 horas de trabajo, monitor, conexión con cable EKG y cable de conexión para electrodo desechable, conexión a red eléctrica 110vac y frecuencia 60hz. Con paletas adulto, pediátrico. Debe contar con los accesorios y demás elementos necesarios para que cumpla a cabalidad.					
--	---	--	--	--	--	--

ITEM	DESCRIPCION	Medicamentos y suministros médicos de Colombia S.A.S. Y/ Strapharma S.A.S.			EVALUACION (CUMPLE / NO CUMPLE)
		PROPUESTA	NOMBRE	OBSERVACION	
1	Negatoscopio metálico de un cuerpo, tubo fluorescente circular Led, pantalla en acrílico, acabado en pintura electrostática, conexión a 110 V	Bionexo	Negatoscopio		Cumple
2	Laringoscopio adulto de fibra óptica con hojas curvas 1,2,3	Bionexo	Laringoscopio Adulto		cumple
3	Laringoscopio pediátrico de fibra óptica con hojas rectas 0,1,2	Bionexo	Laringoscopio Pediátrico		cumple
4	Balanza pesa bebe digital grado médico, capacidad mínima 23KG, resolución menor o igual a 100g, conexión a 110 V e infantometro (resolución menor o igual a 1 mm)	Bionexo	Pesa bebe con tallimetro	No presento INVIMA y no cumple con capacidad	No cumple
5	Carro auxiliar de curaciones con dos entrepaños en acero inoxidable, protegida con barandillas, montada sobre cuatro (4) ruedas. 0.55 mts de largo x 0.45 mts de ancho +/- 5 cmts.	Bionexo	Carro de curaciones	No cumple con material ni dimensiones	No cumple
6	Tensiometro rodable con soporte móvil, base rodable con 5 roda chines y canasta de almacenamiento para brazalete, brazalete, válvula y pera insufladora. Caratula grabada con láser, con dial ahuecado y aguja	Bionexo	Tensiómetro Rodable		Cumple





		<b>3.10.2 INFORME EVALUACION FICHA TECNICA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>CODIGO DEL FORMATO</b>	ABS-FO-BS-058
<b>ELABORO</b>	<b>VERIFICÓ</b>	<b>APROBÓ</b>	<b>VERSIÓN DEL FORMATO: 01</b>	<b>FECHA ULTIMA ACTUALIZACION: 16 ENERO 2014</b>	
Coordinador Adquisición Bienes y Servicios	Coordinador GABYS	Gerencia	Página 9 de 2		

	de alto contraste.				
7	Equipo de órganos de pared con transformador de 3.5V con dos cordones en espiral, mangos y cable eléctrico con conexión a 110V. Otoscopio de fibra óptica y oftalmoscopio, mangos de encendido y apagado automático	Bionexo	Equipo de órganos de pared	No presento INVIMA	No cumple
8	Balanza con tallimetro grado médico, capacidad mínima 200KG, resolución menor o igual a 100g, conexión a 110 V e tallimetro (resolución menor o igual a 1 mm). Con números grabados	Bionexo	Bascula con tallimetro	No presento INVIMA	No cumple
12	Desfibrilador cardiaco de onda bifásica, tipo de desfibrilación: manual, sincrónica y AED. Entrega de energía entre 0-270 Joules, marcapaso externo, velocidad de registro 25mm batería interna para 2 horas de trabajo, monitor, conexión con cable EKG y cable de conexión para electrodo desechable, conexión a red eléctrica 110vac y frecuencia 60hz. Con paletas adulto, pediátrico. Debe contar con los accesorios y demás elementos necesarios para que cumpla a cabalidad.	Bionexo	Desfibrilador		Cumple

**OBSERVACIONES GENERALES:** *El método de selección es por valor previo cumplimiento de especificaciones técnicas.*

Se expide a los, 27 días del mes de marzo de 2017

(Original Firmado)

Ana María Pérez Ramírez  
Subgerente De Salud

Camila Yáñez Mondragón  
Ingeniera Biomédica

