REVISIÓN EVALUACION FICHA TECNICA

PROCESO No:SS17-187

OBJETO CONTRACTUAL:

COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS BASICOS PARA EL CONSULTORIO Y LA SALA DE PROCEDIMIENTOS DE TRATAMIENTO DEL DOLOR Y CUIDADOS PALIATIVOS PARA LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMMO MEOZ.

EVALUACION

Teniendo en cuenta el informe publicado el dia de ayer 27 de marzo de 2017, se advierte un error de digitación en el cual se evidencia dos veces al proponente: Almacenadora de Suministros y Medicamentos/STRAPFARMA en los folios 5,6,8, y 9 correspondiendo la evaluacion del folio 8 y 9 al proponente M&D MEDIAL DEVICES S.A.

Por lo cual se procede a corregir la evaluacion realizada, con base en los resultados plasmados en el folio 8 y 9 modificando el proponente evaluado, el cual corresponde a **M&D MEDICAL DEVICES S.A.**

ITEM	DESCRIPCION	M & D Medical Devices S.A.			EVALUACION (CUMPLE / NO CUMPLE)
		PROPUESTA	NOMBRE	OBSERVACION	
1	Negatoscopio metálico de un cuerpo, tubo fluorescente circular Led, pantalla en acrílico, acabado en pintura electrostática, conexión a 110 V	Bionexo	Negatoscopio		Cumple
2	Laringoscopio adulto de fibra óptica con hojas curvas 1,2,3	Bionexo	Laringoscopio Adulto		cumple
3	Laringoscopio pediátrico de fibra óptica con hojas rectas 0,1,2	Bionexo	Laringoscopio Pediátrico		cumple
4	Balanza pesa bebe digital grado médico, capacidad mínima 23KG, resolución menor o igual a 100g, conexión a 110 V e infantometro (resolución menor o igual a 1 mm)	Bionexo	Pesa bebe con tallimetro	No presento INVIMA y no cumple con capacidad	No cumple
5	Carro auxiliar de curaciones con dos entrepaños en acero inoxidable, protegida con barandillas, montada sobre cuatro (4) ruedas. 0.55 mts de largo x 0.45 mts de ancho +/- 5 cmts.	Bionexo	Carro de curaciones	No cumple con material ni dimensiones	No cumple
6	Tensiometro rodable con soporte móvil, base rodable con 5 roda chines y canasta de almacenamiento para brazalete, brazalete, válvula y pera	Bionexo	Tensiómetro Rodable		Cumple

	insufladora. Caratula grabada con láser, con dial ahuecado y aguja de alto contraste.				
7	Equipo de órganos de pared con transformador de 3.5V con dos cordones en espiral, mangos y cable eléctrico con conexión a 110V. Otoscopio de fibra óptica y oftalmoscopio, mangos de encendido y apagado automático	Bionexo	Equipo de órganos de pared	No presento INVIMA	No cumple
8	Balanza con tallimetro grado médico, capacidad mínima 200KG, resolución menor o igual a 100g, conexión a 110 V e tallimetro (resolución menor o igual a 1 mm). Con números grabados	Bionexo	Bascula con tallimetro	No presento INVIMA	No cumple
12	Desfibrilador cardiaco de onda bifásica, tipo de desfibrilación: manual, sincrónica y AED. Entrega de energía entre 0-270 Joules, marcapaso externo, velocidad de registro 25mm batería interna para 2 horas de trabajo, monitor, conexión con cable EKG y cable de conexión para electrodo desechable, conexión a red eléctrica 110vac y frecuencia 60hz. Con paletas adulto, pediátrico. Debe contar con los accesorios y demás elementos necesarios para que cumpla a cabalidad.	Bionexo	Desfibrilador		Cumple

Se expide a los, 28 dias del mes de marzo de 2017

ORIGINAL FIRMADO

Ana María Pérez Ramírez
Subgerente De Salud

Camila Yáñez Mondragón
Ingeniera Biomédica