ADENDA No: 01 AL ANUNCIO PÚBLICO

PROCESO No: SS17-291

1. OBJETO CONTRACTUAL

COMPRA DE LARINGOSCOPIOS Y NEGATOSCOPIOS PARA LOS SERVICIOS DE CIRUGÍA Y HOSPITALIZACIÓN DE LA ESE HUEM

2. OBSERVACIONES

Publicado el Anuncio Público dentro del chat se presentaron las siguientes observaciones:

No:	NOMBRE	OBSERVACION	RESPUESTA
1	LA MUELA SAS	en el ítem. Negatoscopio de dos cuerpos el tipo de luz es LED ...forma circular? es decir bombilla led redonda? o no es determinante la forma es totalmente determinante esta forma? incide en la imagen de las placas? Pienso que es más determinante que en las especificaciones técnicas del producto se determine el nivel de Luminiscencia, que el equipo no expongas áreas oscuras, que haya uniformidad en la pantalla, que permita ver claramente placas de mamografía..... la forma de la bombilla (no es tan determinante y si sesga la oferta de los proponentes)	Teniendo en cuenta que tal como lo manifiesta el proponente, la forma de la bombilla no incide en la lectura de las placas radiográficas, se accede a la petición de evaluar fichas técnicas de negatoscopios con forma diferente a la redonda, siempre y cuando la luz sea LED.

3. MODIFICACIONES

Teniendo en cuenta las observaciones planteadas se realizan las siguientes modificaciones:

Código	ítem	Unidad de medida	Cant
10390 01001	Negatoscopio de dos cuerpos con luz Led, pantalla en acrílico acabado en pintura electrostática	Unidad	5

4. ACLARACIONES

Se modifica el Anuncio Público teniendo en cuenta las observaciones planteadas, con el objeto de salvaguardar los principios que rigen la contratación estatal y los fines de la E.S.E. HUEM. La presente adenda forma parte integrante del contrato y deben tenerse en cuenta en las respectivas ofertas.

Se expide en San José de Cúcuta, a los dos (2) días del mes de junio de 2017.

ORIGINAL FIRMADO

ANA MARIA PEREZ RAMÍREZ
Subgerente de Servicios de Salud

Vo Bo: Camila Yáñez Mondragón, Ingeniera biomédica
Proyectó: Angélica María Chaparro Quintero, Abogado Actisalud GABYS