INFORME EVALUACION FICHA TECNICA

PROCESO No: SA18-312

OBJETO CONTRACTUAL:

COMPRA DE ACCESORIOS / REPUESTOS PARA EL SISTEMA DE GASES MEDICINALES DE LA E.S.E. HUEM

EVALUACION

Teniendo en cuenta el cronograma del proceso de la referencia se procede a evaluar las propuestas recepcionadas oportunamente.

CODIGO	DESCRIPCION	Almacenadora de medicamentos y suministros médicos S.A.S. - Strapfarma			EVALUACION (CUMPLE / NO CUMPLE)
		PROPUESTA	NOMBRE	OBSERVACION	
RIBIO-0313	Flujo metro (con acople JGE) 0-15 LPM	Bionexo	Acare FA-OS		Cumple
RIBIO-0314	Flujo metro (con acople chemetron) 0-15 LPM	Bionexo	Acare FA-OS		Cumple
RIBIO-0360	Flujo metro Neonatal 0 -1 LPM	Bionexo	Gentec FM	Fuera de rango	No cumple
RIBIO-0315	Reguladores de Vacio (con acople JGE)	Bionexo	Gentec 882VR-760		Cumple
RIBIO-0316	Reguladores de Vacio (con acople chemetron)	Bionexo	Gentec 882VR-760		Cumple
RIBIO-0303	Manómetros de Oxigeno Bala Grande	Bionexo	Air metan R-501		Cumple
RIBIO-0304	Manómetro de CO2 Bala Grande	Bionexo	Acare VSC 101	Falta un manómetro	No cumple
RIBIO-0305	Manómetros de NO2 Bala Grande	Bionexo	Acare VSC 101	Falta un manómetro	No cumple
RIBIO-0306	Manómetros de Aire Medicinal Bala Grande	Bionexo	Acare VSC 101	Falta un manómetro	No cumple
RIBIO-0317	Tomas chemetron Oxigeno TIPO 1	Bionexo	Gentec 3823U		Cumple
RIBIO-0307	Tomas chemetron de Vacio TIPO 1	Bionexo	Gentec 3823U		Cumple
RIBIO-0308	Tomas chemetron Oxigeno TIPO 2	Bionexo		No presento ficha técnica	No Cumple
RIBIO-0309	Tomas chemetron de Vacio TIPO 2	Bionexo		No presento ficha técnica	No Cumple
RIBIO-0310	Tomas JGE Aire TIPO 3	Bionexo		No presento ficha técnica	No Cumple

RIBIO-0311	Tomas JGE Oxigeno TIPO 3	Bionexo		No presento ficha técnica	No Cumple
RIBIO-0312	Tomas JGE de Vacio TIPO 3	Bionexo		No presento ficha técnica	No Cumple

OBSERVACIONES GENERALES:

Se expide a los 26 días de Septiembre de 2018

ORIGINAL FIRMADO

LUIS ALBERTO DÍAZ PEREZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

CAMILA YÁÑEZ MONDRAGÓN
COORD. INGENIERÍA BIOMÉDICA