
	RESPUESTA A OBSERVACIONES ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		CODIGO DEL FORMATO	ABS-FO-BS
Coordinador Adquisición bienes y servicios-JMC	Coordinador GABYS	Gerencia	Página 1 de 10	

RESPUESTA A OBSERVACIONES A LA EVALUACION TECNICA
PROCESO No: SS18-123
1. OBJETO CONTRACTUAL
SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA LA ESE HUEM
2. OBSERVACIONES
Publicada la evaluación técnica, se presentaron las siguientes observaciones:
1. ALMACENADORA DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS STRAPFARMA S.A.S.
Me permito informar que del Proceso SS18-123 del Grupo 2 Endoscopia ítem 10 No. 21114, Guía Hidrofílica Reusable # 0.35 ml para endoscopia fue el único que se ofertó y por ende se envió la ficha técnica
Respuesta:
<ol style="list-style-type: none"> 1. las fichas técnicas no están foliadas 2. se solicito que se le colocara el código del producto que se estaba ofertando y no lo trae. 3. al revisar en este momento nuevamente las fichas se encuentra al final del paquete 3 folios con el título "JAGWIRE", al leer la ficha claramente dice "no reutilizar" la institución está solicitando "reusable" en ese código. 4. tampoco dice la medida ofertada y en la pasada vigencia tuvimos problemas con este mismo ítem con el proveedor que despachó la medida que no correspondía y ocasionó inconvenientes en el normal funcionamiento del servicio de endoscopia.
A su vez se aclara al proponente que otras de las fichas aportadas también presentan inconsistencias al no estar presentes en las fichas técnicas las características de los productos solicitados
2. JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.S.
Para el GRUPO 3 ITEM 109 HEMOSTATICO DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA ABSORBIBLE PRESENTACION ESPONJA TEJIDA 5.1 x 10.2 cm
En la evaluación técnica publicada se evidencia que para el Ítem anteriormente relacionado no se cumplen las especificaciones técnicas y teniendo en cuenta las CAUSALES DE RECHAZO DE LA PROPUESTA : literal l) Cuando la propuesta presentada no cumpla con los requerimientos mínimos y obligatorios establecidos en la presente invitación y literal k) Cuando las ofertas no se ajusten a las especificaciones técnicas requeridas por la Entidad y se propongan especificaciones diferentes, mediante comentarios plasmados en la plataforma electrónica o a través de cualquier otro documento adjunto a la propuesta; salvo cuando en forma previa y expresa la entidad acepte alternativas de oferta (...).
Para el GRUPO 3 PARA EL ITEM 110 HEMOSTATICO DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA ABSORBIBLE PRESENTACION FIBRILAR 0 CAPAS DE 2,5 X 5 cms,
En la evaluación técnica publicada se evidencia que para el Ítem anteriormente relacionado no se cumplen las especificaciones técnicas y teniendo en cuenta las CAUSALES DE RECHAZO DE LA PROPUESTA : literal l) Cuando la propuesta presentada no cumpla con los requerimientos mínimos y obligatorios establecidos en la presente invitación y literal k) Cuando las ofertas no se ajusten a las especificaciones técnicas requeridas por la Entidad y se propongan especificaciones diferentes, mediante comentarios plasmados en la plataforma electrónica o a través de cualquier otro documento adjunto a la propuesta; salvo cuando en forma previa y expresa la entidad acepte alternativas de oferta (...).
ITEM 111 HEMOSTATICO DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA ABSORBIBLE PRESENTACION FIBRILAR a CAPAS DE 5 X 10 cms
En la evaluación técnica publicada se evidencia que para el Ítem anteriormente relacionado no se cumplen las especificaciones técnicas y teniendo en cuenta las CAUSALES DE RECHAZO DE LA PROPUESTA : literal l) Cuando la propuesta presentada no



	RESPUESTA A OBSERVACIONES ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		CODIGO DEL FORMATO	ABS-FO-BS
ELABORO	VERIFICÓ	APROBÓ	VERSIÓN DEL FORMATO: 01	FECHA ÚLTIMA ACTUALIZACION:
Coordinador Adquisición bienes y servicios-JMC	Coordinador GABYS	Gerencia	Página 2 de 10	

cumpla con los requerimientos mínimos y obligatorios establecidos en la presente invitación y literal k) Cuando las ofertas no se ajusten a las especificaciones técnicas requeridas por la Entidad y se propongan especificaciones diferentes, mediante comentarios plasmados en la plataforma electrónica o a través de cualquier otro documento adjunto a la propuesta; salvo cuando en forma previa y expresa la entidad acepte alternativas de oferta (...)

De acuerdo al ITEM 149 MALLA DE BAJA DENSIDAD PARCIALMENTE ABSORBIBLE 10X15 CM

En la evaluación técnica publicada se evidencia que para el ítem anteriormente relacionado no se cumplen las especificaciones técnicas y teniendo en cuenta las CAUSALES DE RECHAZO DE LA PROPUESTA : literal l) Cuando la propuesta presentada no cumpla con los requerimientos mínimos y obligatorios establecidos en la presente invitación y literal k) Cuando las ofertas no se ajusten a las especificaciones técnicas requeridas por la Entidad y se propongan especificaciones diferentes, mediante comentarios plasmados en la plataforma electrónica o a través de cualquier otro documento adjunto a la propuesta; salvo cuando en forma previa y expresa la entidad acepte alternativas de oferta (...)

Dado lo anterior se solicita amablemente validada la evaluación técnica realizada para este ITEM, ya que los anteriores oferentes NO CUMPLEN con las especificaciones técnicas solicitadas en el anuncio publicado para este proceso.

De acuerdo al ITEM 150 MALLA DE BAJA DENSIDAD PARCIALMENTE ABSORBIBLE 15X15 CM

Teniendo en cuenta la evaluación técnica se evidencia que los oferentes:

Dishospital, Quirúrgicos y Surgicon, sus Registros Sanitarios que no contiene la composición Polímero de Sutura MONOCRYL" (poliglecaprona 25) Malla de polipropileno Filamento macroporoso y delgado ; dicha composición es la que permite que la malla tenga la característica técnica: BAJA DENSIDAD PARCIALMENTE ABSORBIBLE

De acuerdo ITEM 151 MALLA DE BAJA DENSIDAD PARCIALMENTE ABSORBIBLE 30X30 CM

Teniendo en cuenta la evaluación técnica se evidencia que los oferentes :


Dishospital, Quirúrgicos y Surgicon, sus Registros Sanitarios que no contiene la composición Polímero de Sutura MONOCRYL" (poliglecaprona 25) Malla de polipropileno Filamento macroporoso y delgado ; dicha composición es la que permite que la malla tenga la característica técnica: BAJA DENSIDAD PARCIALMENTE ABSORBIBLE

ITEM 152 MALLA DE BAJA DENSIDAD PARCIALMENTE ABSORBIBLE 6 X 11 CM

Solicitamos considerar las especificaciones de la malla marca Dipromed, en cuanto a la especificación de baja de densidad teniendo en cuenta su peso en g/m2 Teniendo en cuenta la evaluación técnica se evidencia que los oferentes : Quirúrgicos y Surgicon , sus Registros Sanitarios que no contiene la composición Polímero de Sutura MONOCRYL" (poliglecaprona 25) Malla de polipropileno Filamento macroporoso y delgado ; dicha composición es la que permite que la malla tenga la característica técnica: BAJA DENSIDAD PARCIALMENTE ABSORBIBLE

GRUPO 3	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN					OBSERVACIONES
			SURGICON		JHONSON & JHONSON		
			CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	
109	21037	HEMOSTATICO DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA ABSORBIBLE PRESENTACION ESPONJA TEJIDA 5.1 x 10.2 cm		NO FICHA	X J&J		TAL COMO ACERTADAMENTE LO MANIFIESTAN EN EL OFICIO DE OBSERVACIONES A LA EVALUACIÓN, LAS FICHAS TÉCNICAS ALLEGADAS FUERON REVISADOS CON EL PERSONAL EXPERTO DEL ÁREA (CIRUJANO / INSTRUMENTADORA) CUMPLIENDO CON LAS ESPECIFICACIONES MÍNIMAS DEL ANUNCIO POR CONSIGUIENTE EN ARAS DE GARANTIZAR LA PLURALIDAD DE OFERENTES Y BRINDAR GARANTÍAS DE SELECCIÓN OBJETIVAS Y TRANSPARENCIA, SE ACEPTARON LAS ALTERNATIVAS PRESENTADAS POR OTROS PROPONENTES QUE BRINDAN SIMILARES CONDICIONES DE USO PARA SUPLIR LAS NECESIDADES INSTITUCIONALES
110	20600	HEMOSTATICO DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA ABSORBIBLE PRESENTACION FIBRILAR O CAPAS DE 2,5 X 5 cms		NO FICHA	X J&J		
111	20599	HEMOSTATICO DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA ABSORBIBLE PRESENTACION FIBRILAR O CAPAS DE 5 X 10 cms		NO FICHA	X J&J		
149	20846	MALLA DE BAJA DENSIDAD PARCIALMENTE ABSORBIBLE - 10 X 15 CM		NO FICHA	X J&J		SE RECOMIENDA REVISAR LA EVALUACIÓN, YA QUE SOLO HAY UN PROPONENTE QUE CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.



		RESPUESTA A OBSERVACIONES ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		CODIGO DEL FORMATO	ABS-FO-BS
ELABORO	VERIFICÓ	APROBÓ		VERSIÓN DEL FORMATO: 01	FECHA ULTIMA ACTUALIZACION:
Coordinador Adquisición bienes y servicios-JMC	Coordinador GABYS	Gerencia		Página 3 de 10	

150	20381	MALLA DE BAJA DENSIDAD PARCIALMENTE ABSORBIBLE - 15 X 15 CM	X HERNIAM ESH		X J&J	SE REVIS LA FICHA TÉCNICA CON EL CIRUJANO Y SE CONFIRMA LA EVALUACIÓN
151	20823	MALLA DE BAJA DENSIDAD PARCIALMENTE ABSORBIBLE - 30 X 30 CM	X HERNIAM ESH		X J&J	
152	20378	MALLA DE BAJA DENSIDAD PARCIALMENTE ABSORBIBLE - 6 X 11 CM	X HERNIAM ESH		X J&J	

Con relación al GRUPO 9 ITEM 2 DISECTOR CURVO DESECHABLE 5MM X 35MM CAUTERIO MONOPOLAR,

Con relación al GRUPO 9 ITEM 12 PINZA DESECHABLE GRASPER DE 5 X 35 MM

Con relación al GRUPO 9 ITEM 24 TIJERA DESECHABLE DE 5MMX35MM REF: C8030

En la evaluación técnica publicada se evidencia que para el ítem anteriormente relacionado no se cumplen las especificaciones técnicas y teniendo en cuenta las CAUSALES DE RECHAZO DE LA PROPUESTA literal j) Cuando la propuesta presentada no cumpla con los requerimientos mínimos y obligatorios establecidos en la presente invitación. y literal k) Cuando las ofertas no se ajusten a las especificaciones técnicas requeridas por la Entidad y se propongan especificaciones diferentes, mediante comentarios plasmados en la plataforma electrónica o a través de cualquier otro documento adjunto a la propuesta; salvo cuando en forma previa y expresa la entidad acepte alternativas de oferta, nos permitimos solicitar la revisión de la evaluación anteriormente nombrada.


Con relación al GRUPO 9 ITEM 29 TROCAR FIOS (DUAL PACK) ENTRE 5 Y 12 X 100MM,

En la evaluación técnica publicada se evidencia que para el ítem anteriormente relacionado se inhabilita a nuestra compañía, cabe anotar que durante la audiencia de observación virtual se manifestó que la palabra DUAL PACK es un nombre comercial el cual se solicitó retirar de la especificación técnica, teniendo en cuenta que la marca Applied Medical es el único que tiene esta tecnología en el mercado con nombre propio. Trocar DUAL PACK es una marca comercial y esto inhabilita a los oferentes con tecnologías similares que pueden cumplir con las especificaciones técnicas más no con una marca.

Respuestas:

GRUPO 9	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TECNOMEDICA		JHONSON & JHONSON		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	
			2	20985	DISECTOR CURVO DESECHABLE 5MM X 35 MM CAUTERIO MONOPOLAR	X GENICON	
12	20747	PINZA DESECHABLE GRASPER 5 X 35 MM	X GENICON		X J&J		SE REVISARON LAS FICHAS TECNICAS Y EL CD Y SE EVIDENCIA QUE LA OBSERVACION SE HACE COMO ITEM 29 Y EN LOS FOLIOS 3140 AL 3149 APARECE EL CODIGO EN MENCION COMO ITEM 30. AL REVISAR SU PRESENTACION, SE REFIERE A "EL TROCAR" SIENDO ESTA UNA
24	20611	TIJERA DESECHABLE DE 5mmX35mm REF: CB030	X GENICON		X J&J		
29	21142	TROCAR FIOS (DUAL PACK) ENTRE 5 Y 12 X 100MM		NO FICHA		X NO ES DUAL	



	RESPUESTA A OBSERVACIONES ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		CODIGO DEL FORMATO	ABS-FO-BS
ELABORO	VERIFICÓ	APROBÓ	VERSIÓN DEL FORMATO: 01	FECHA ULTIMA ACTUALIZACION:
Coordinador Adquisición bienes y servicios-JMC	Coordinador GABYS	Gerencia	Página 4 de 10	

							EXPRESION SINGULAR QUE NO CUMPLE CON LA ESPECIFICACION DUAL.
--	--	--	--	--	--	--	--

3. HOSPICLINIC DE COLOMBIA S.A.S.

Grupo N° 1 Bombas de Infusión

Según el pliego de condiciones no se solicita ficha técnica para este grupo, solo se hace la aclaración de que se deben entregar 160 bombas de 3 canales o su equivalente en bombas de un canal. Así mismo el pliego de condiciones es claro en la pagina 22 al indicar en el numeral 3 que.. " 3. No enviar fichas técnicas ni muestras de los ítems que no se soliciten"

Por otra parte, en la pagina 27 en tipos de oferta tampoco se hace relación a fichas técnicas:

" GRUPP 1 BOMBAS DE INFUSION: OFER]A POR GRUPO. Se requiere apoyo tecnológico con la cantidad de equipos (bombas de infusión y perfusores) que requiera la institucióir, conforme se detalla en las especificaciones técnicas"

Grupo N° 3 Generales

En relación a las grapadoras circulares curvas códigos: 20871, 20297, 20299 se observa que otros oferentes proponen marcas diferentes a Johnson & Johnson las cuales no son autoajustables y no se adaptan a las medidas solicitadas por el Hospital 21mm, 25mm, 29mm y 33mm.

En cuanto a las jeringas desechables códigos 20342, 20343, 20346, 20347 en bionexo se ofertan marca Nipro, si bien los calibres cambian la jeringa físicamente (material y calidad) es igual para todas e incluso la aguja es de la misma medida (aguja 21G x 11/2) por esta razón se envió muestra de solo una referencia.

Lo mismo ocurre con las jeringas desechables códigos 20345 y 20348 en bionexo se ofertan marca Precisión, al igual que en la observación anterior los calibres cambian, pero físicamente en relación al material, la aguja y a la calidad es igual para todas e incluso la aguja es de la misma medida (aguja 21G x 11/2) por esta razón se envió muestra de solo una referencia.

Códigos: 21037, 20600, 20599 según el pliego de condiciones se solicitan de celulosa oxidada regenerada con característica fibrilar, especificaciones propias de Johnson y Johnson ofertada por Hospiclinic, se evidencia que otros oferentes con otras marcas aparecen como en la evaluación como que ``cumplen" los requisitos mencionados anteriormente.

Códigos: 20284, 20285, 20746, 20748, 20286 se califica la oferta de Hospiclinic como ``no cumple con la norma 13795" es de aclarar que la norma en mención es de origen europeo aplicable a los productos de estos países evaluados directamente por el comité europeo de normalización. Hospiclinic oferta la marca UM (unión medical) de fabricación Nacional que cumple con todos los estándares y normas que rigen en nuestro país.

Grupo N° 8 Ostomia

Según el pliego de condiciones no se solicita ficha técnica para este grupo, e incluso la casilla de especificaciones está en blanco y en la pagina 27 en los tipos de oferta solo se solicita capacitación para el personal mas no ficha técnica. Así mismo el pliego de condiciones es claro en la p5gina 22 al indicar en el numeral: 3. No enviar fichas técnicas ni muestras de los ítems que no se soliciten"


Grupo N° 9 Laparoscopia

Código 21077 en la evaluación se hace la anotación para Hospiclinic de que no presento ficha técnica, se aclara que esta se relacion en el folio 131 de la carpeta entregada en día del cierre de la oferta.

Código 201142 se solicitan trocar dual pack, según adenda N° 01 ``Se aclara que para el ítem 29 del grupo 9, código 21142, TROCAR FIOS (DUAL PACK) ENTRE 5 Y 12 X 100MM, la especificación DUAL PACK corresponde a dos camisas y un punzón por unidad." Se solicita verificación de la oferta de Hospiclinic pues se nos califica como ``no cumple aduciendo que el producto no es dual", es de aclarar que en bionexo en la oferta de este ítem se relacionan las referencias K5LT, K11LT y K12LT de la marca Johnson y Johnson, según ficha técnica relacionada en los folios 135 y 136 de la carpeta entregada el día del cierre, se cumple con la característica dual pack.

Código 21143 según el pliego de condiciones se solicita trocar óptico, Hospiclinic oferta las referencias 85LT, B11LT y 812LT que según ficha técnica relacionada en los folios 139 y 140 de la carpeta entregada el día del cierre, los obturadores de 5mm, 11mm y 12mm de diámetro permiten la acomodación de un lente de laparoscopia de tamaño apropiado de 0° y proporcionan visibilidad de



	RESPUESTA A OBSERVACIONES ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		CODIGO DEL FORMATO	ABS-FO-BS
ELABORO	VERIFICÓ	APROBÓ	VERSIÓN DEL FORMATO: 01	FECHA ULTIMA ACTUALIZACION:
Coordinador Adquisición bienes y servicios-JMC	Coordinador GABYS	Gerencia	Página 5 de 10	

las capas individuales del tejido durante la inserción, esto indica que si son ópticos, aun cuando se nos califica como "no cumple", por otra parte se evidencia que al oferente Johnson & Johnson de Colombia que oferta las mismas referencias se les califica como "cumple".

Teniendo en cuenta las observaciones realizadas solicito amablemente se estudie la posibilidad de reevaluar según sus criterios las ofertas correspondientes.


Respuestas:

Con respecto a las observaciones de la evaluación técnica hecha por HOSPICLINIC acerca de sus ofertas se revisaron y se concluyo como aparece a continuación; respecto a las evaluaciones de otros oferentes, la entidad es autónoma en aceptar las alternativas que ofrece el mercado y cumplen con los requisitos básicos del producto.

1. grupo 1. es aceptada la observación, por omisión no se incluyo en el cuadro de este grupo.
2. grupo 8. es aceptada la observación, por omisión no se incluyo en el cuadro de este grupo.
3. grupo 3. ver cuadro
4. grupo 9. ver cuadro

GRUPO 3	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PROPONENTE		OBSERVACIONES
			HOSPICLINIC		
			CUMPLE	NO CUMPLE	
33	20284	BLUSA QX ESTERIL TALLA L CON BARRERA		X UM (CONCEPTO LÍDER SERVICIOS QUIRÚRGICOS)	LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS SON LAS QUE A CRITERIO DEL LÍDER DEL SERVICIO QUIRÚRGICO SE REQUIERE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ÁREA A SU CARGO EN LA REVISIÓN DE LA FICHAS TÉCNICA ALLEGADAS, NO APARECE NI APORTAN EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA EXIGIDA
34	20285	BLUSA QX ESTERIL TALLA XL CON BARRERA		X UM (CONCEPTO LÍDER SERVICIOS QUIRÚRGICOS)	LAS FICHAS TÉCNICAS ALLEGADAS FUERON REVISADOS CON EL PERSONAL EXPERTO DEL ÁREA (CIRUJANO / INSTRUMENTADORA) CUMPLIENDO CON LAS ESPECIFICACIONES MÍNIMAS DEL ANUNCIO POR CONSIGUIENTE EN ARAS DE GARANTIZAR LA PLURALIDAD DE OFERENTES Y BRINDAR GARANTÍAS DE SELECCIÓN OBJETIVAS Y TRANSPARENCIA, SE ACEPTARON LAS ALTERNATIVAS PRESENTADAS POR OTROS PROPONENTES QUE BRINDAN SIMILARES CONDICIONES DE USO PARA SUPLIR LAS NECESIDADES INSTITUCIONALES
96	20297	GRAPADORA CIRCULAR CORTANTE AUTOAJUSTABLE 21	X J&J		TAL COMO ACERTADAMENTE LO MANIFIESTAN EN EL OFICIO DE OBSERVACIONES A LA EVALUACIÓN, LAS FICHAS TÉCNICAS ALLEGADAS FUERON REVISADOS CON EL PERSONAL EXPERTO DEL ÁREA (CIRUJANO / INSTRUMENTADORA) CUMPLIENDO CON LAS ESPECIFICACIONES MÍNIMAS DEL ANUNCIO POR CONSIGUIENTE EN ARAS DE GARANTIZAR LA PLURALIDAD DE OFERENTES Y BRINDAR
97	20871	GRAPADORA CIRCULAR CORTANTE AUTOAJUSTABLE 29	X J&J		
98	20299	GRAPADORA CIRCULAR CURVA AUTOAJUSTABLE 25 mm	X J&J		
109	21037	HEMOSTATICO DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA ABSORBIBLE PRESENTACION ESPONJA TEJIDA 5.1 x 10.2 cm	X J&J		
110	20600	HEMOSTATICO DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA ABSORBIBLE PRESENTACION FIBRILAR O CAPAS DE 2,5 X 5 cms	X J&J		




	RESPUESTA A OBSERVACIONES ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		CODIGO DEL FORMATO	ABS-FO-BS
ELABORO	VERIFICÓ	APROBÓ	VERSIÓN DEL FORMATO: 01	FECHA ÚLTIMA ACTUALIZACION:
Coordinador Adquisición bienes y servicios-JMC	Coordinador GABYS	Gerencia	Página 6 de 10	

111	20599	HEMOSTATICO DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA ABSORBIBLE PRESENTACION FIBRILAR O CAPAS DE 5 X 10 cms	X J&J		GARANTÍAS DE SELECCIÓN OBJETIVAS Y TRANSPARENCIA, SE ACEPTARON LAS ALTERNATIVAS PRESENTADAS POR OTROS PROPONENTES QUE BRINDAN SIMILARES CONDICIONES DE USO PARA SUPLIR LAS NECESIDADES INSTITUCIONALES
122	20342	JERINGA DESECHABLE 1 ml		NO MUESTRA	EL PLIEGO DE CONDICIONES ES CLARO AL SOLICITAR QUE LAS MUESTRAS VENGAN DEBIDAMENTE MARCADAS CON LOS CÓDIGOS OFERTADOS, LAS MUESTRAS RECIBIDAS NO ESTABAN DEBIDAMENTE MARCADAS CON LAS REFERENCIAS OFERTADAS LO CUAL ERA DEBER DEL OFERENTE PRECISARLO.
123	20343	JERINGA DESECHABLE 10 ML		NO MUESTRA	
124	20345	JERINGA DESECHABLE 20 ML		NO MUESTRA	
125	20346	JERINGA DESECHABLE 3 ml	X NIPRO		
126	20347	JERINGA DESECHABLE 5 ML		NO MUESTRA	
127	20348	JERINGA DESECHABLE 50 ml	X PRECISION		
139	20746	KIT PAQUETE QUIRÚRGICO UNIVERSAL COMPLETO ESTÉRIL CON BARRERA		X UM (NO CUMPLE CON LA NORMA 13795)	
140	20748	KIT PAQUETE QX PARA ATROSCOPIA DE RODILLA ESTÉRIL CON BARRERA		X UM (NO CUMPLE CON LA NORMA 13795)	
141	20286	KIT PAQUETE QX NEUROCIRUGIA ESTERIL CON BARRERA		X UM (NO CUMPLE CON LA NORMA 13795)	

GRUPO 9	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PROPONENTE		OBSERVACIONES
			HOSPICLINIC		
			CUMPLE	NO CUMPLE	
29	21142	TROCAR FIOS (DUAL PACK) ENTRE 5 Y 12 X 100MM		X ETHICON NO ES DUAL	EN LOS FOLIOS 135 Y 136 LA FICHA TÉCNICA CORRESPONDE A "TROCAR CON PUNTA DILATADORA ENDOPATH XCEL". EXPLICACIÓN DADA DURANTE EL CHAT, QUE LA EXPRESIÓN "DUAL" CORRESPONDÍA A 2 TROCAR Y UN PUNZÓN EN UN SOLO EMPAQUE.
31	21143	TROCAR OPTICO ENTRE 5 Y 12 X 100MM	X ETHICON		SE REVISÓ FICHA TÉCNICA CON EL CIRUJANO Y SE DA COMO ACEPTADA LA OBSERVACIÓN
18	21077	RESERVORIO DE ASPIRACION DE 450ML CON CONECTOR EN Y / VALVULA ANTIREFLUJO	X ETHICON		SE ACEPTA OBSERVACIÓN POR ERROR SE OMITIÓ RELACIONAR ESTE ITEM
19	21052	SISTEMA ALEXIS LAPAROSCOPICO CON TAPA SMOL 2,5 - 6 CMS)		NO FICHA	ESTAS TRES FICHAS TÉCNICAS (ALLEGADAS A ESTA OFICINA EL DÍA DE HOY CON EL RADICADO 2018-136- 003053-2) NO SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA ENTREGADA EL DIA DEL CIERRE, SE VERIFICARON LOS FOLIOS DEL 105 AL 140 CORRESPONDIENTES AL GRUPO 9 Y EN NINGUNA PAGINA SE DETALLABAN LOS CÓDIGOS
20	21053	SISTEMA ALEXIS LAPAROSCOPICO CON TAPA (5 - 9 CMS)		NO FICHA	



	RESPUESTA A OBSERVACIONES ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		CODIGO DEL FORMATO	ABS-FO-BS
ELABORO	VERIFICÓ	APROBÓ	VERSIÓN DEL FORMATO: 01	FECHA ULTIMA ACTUALIZACION:
Coordinador Adquisición bienes y servicios-JMC	Coordinador GABYS	Gerencia	Página 7 de 10	

26	21055	TJ LAPAROSCOPICA DESECHABLE DE 5mm X 45mm		NO FICHA	REFERENCIADOS.
----	-------	---	--	-----------------	----------------

4. AMAREY NOVA MEDICAL S.A.

EVALUACIÓN TÉCNICA RV: 2602092 - SS18-123 GRUPO 3: GENERALES

De acuerdo al proceso del asunto y a su evaluación técnica agradecemos a ustedes su verificación debido a que en el informe no viene la evaluación de los ítems 302,303,307, 308 ofertados por nuestra empresa

Respuesta:

En el anuncio público no se solicitó ficha técnica ni muestra para evaluación de este dispositivo

5. SURGIPLAST

FICHAS TECNICAS GRUPO 6 EQUIPO PARA SISTEMA DE ESTERILIZACION POR PLASMA DE PEROXIDO DE HIDROGENO (PARA USO CON EQUIPO EN COMODATO). SURGIPLAST LTDA

Me permito adjuntar nuevamente las fichas técnicas para el grupo No 6 ofertado y el equipo en apoyo tecnológico ofertado por nuestra firma

Respuesta:

Se revisó las fichas técnicas aportadas en forma previa al cierre (14 febrero de 2018), pero no se encontró ni en físico ni en correo electrónico las correspondientes al apoyo tecnológico del Grupo 6, por lo tanto, de conformidad con el literal i) de las CAUSALES DE RECHAZO DE LA PROPUESTA, visto a folio 29 del Anuncio Público, el cual reza "Cuando el PROPONENTE habiendo sido requerido por el HOSPITAL para aportar documentos, información o aclaraciones, conforme a lo establecido en el anuncio, **no los allegue dentro del término fijado**, o habiéndolos aportado, no estén acorde con las exigencias", se establece que las fichas allegadas mediante correo electrónico del 16 de febrero reenviado el 26 de febrero de 2018 son extemporáneas.

Lo anterior, con fundamento a que los plazos del proceso estipulados en el cronograma son de forzoso cumplimiento, garantizando la igualdad de condiciones para los oferentes, por lo tanto debe prevalecer la garantía procesal de imparcialidad. En consecuencia, no se dable acceder a su solicitud.

6. DISHOSPITAL S.A.S.

EVALUACIÓN TÉCNICA GRUPO DE OSTOMIA

Referente a la evaluación técnica del grupo de ostomía, en el anuncio público, la parte de requisitos, para este grupo NO solicitaban fichas técnicas. Agradecemos su aclaración y respuesta.

Respuesta:

Con respecto a las observaciones de la evaluación técnica hecha por DIS HOSPITAL acerca de sus ofertas se revisaron y se concluyó como aparece a continuación;


Grupo 8. es aceptada la observación, por omisión no se incluyó en el cuadro de este grupo

Efectivamente, esta evaluación no debió publicarse ya que era por grupo.

DIS HOSPITAL oferto todos los ítems de este grupo por lo tanto cumple para este grupo

No obstante se aclara que la adjudicación de este grupo es global por lo tanto, solo continúan el proceso licitatorio del grupo 8



	RESPUESTA A OBSERVACIONES ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		CODIGO DEL FORMATO	ABS-FO-BS
ELABORO	VERIFICÓ	APROBÓ	VERSIÓN DEL FORMATO: 01	FECHA ULTIMA ACTUALIZACION:
Coordinador Adquisición bienes y servicios-JMC	Coordinador GABYS	Gerencia	Página 8 de 10	

quienes hayan ofertado todos los ítems de este grupo.

7. ALFA TRADING S.A.S

Revisando la evaluación técnica califica como NO CUMPLE para los ítems a mencionar según la norma EN 13795: ITEM 34 BATA QX ESTERIL TALLA L CON BARRERA ITEM 35 BATA QX ESTERIL TALLA XL CON BARRERA ITEM 139 KIT QUIRURGICO UNIVERSAL COMPLETO ESTERIL CON BARRERA Solicitamos cordialmente a la entidad aclarar para cuales aspectos de la norma se considera que nuestro producto NO CUMPLE, debido a que estos productos cuentan con los estándares de calidad propios que requiere el producto y certificamos que están fabricados de acuerdo a las normas internacionales incluyendo la solicitada EN 13795. Revisando las características de los exigido en la norma no cumplen con esta las batas o ropa desechable que su material que sea de algodón o tela tipo poliéster:

En el caso de batas, pijamas y cobertura quirúrgica, la norma UNE-EN 13795:2011 requiere de resistencia a la penetración de líquidos y emisión de partículas que ningún tejido de algodón, ni mezclado con poliéster podrá cumplir.

Los productos ALFA SAFE ofertados cumplen con la norma solicitada teniendo en cuenta material fabricación es polipropileno no tejido SMS 35 g y diseñado como barrera repelente de fluidos líquidos no transpirables.

Respuesta:

Con respecto a las observaciones de la evaluación técnica hecha por alfa trading acerca de su oferta se revisaron y se reviso nuevamente la propuesta con el líder de servicios quirúrgicos y se concluyo lo siguiente:

GRUP O 3	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PROPONENTE		OBSERVACIONES
			ALFA TRADING		
			CUMPLE	NO CUMPLE	
33	20284	BLUSA QX ESTERIL TALLA L CON BARRERA		X NO CUMPLE CON LA NORMA EN13795	LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS SON LAS QUE A CRITERIO DEL LIDER DEL SERVICIO QUIRURGICO SE REQUIERE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL AREA A SU CARGO EN LA REVISION DE LA FICHAS TECNICA ALLEGADAS, NO APARECE NI APORTAN EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA EXIGIDA
34	20285	BLUSA QX ESTERIL TALLA XL CON BARRERA		X NO CUMPLE CON LA NORMA EN13796	
139	20746	KIT PAQUETE QUIRURGICO UNIVERSAL COMPLETO ESTERIL CON BARRERA		X NO CUMPLE CON LA NORMA EN13795	

8. UCIPHARMA

De acuerdo al proceso del asunto presentado por la empresa UCIPHARMA S.A. y a su evaluación técnica agradecemos a ustedes su verificación de los siguientes puntos en el informe generado .

El detalle de cumple o no cumple de los siguientes ítems se encuentran ubicados en la casilla de Amarey pero estos fueron presentados por UCIPHARMA S.A.

Item No. 19 Código: 21181


Item No. 20 Código: 21182

Item No. 25 Código: 20237

Item No. 27 Código: 20234

Item No. 28 Código: 20235



	RESPUESTA A OBSERVACIONES ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		CODIGO DEL FORMATO	ABS-FO-BS
ELABORO	VERIFICÓ	APROBÓ	VERSIÓN DEL FORMATO: 01	FECHA ULTIMA ACTUALIZACION:
Coordinador Adquisición bienes y servicios-JMC	Coordinador GABYS	Gerencia	Página 9 de 10	

Item No. 117 Código: 20905

Item No. 178 Código: 20906

En el informe no se muestra la evaluación técnica de los siguientes productos

20831 HIDROGEL AMORFO ESTERIL EN JERINGA DOSIFICADORA X 15 G

20821 HIDROGEL AMORFO ESTERIL EN JERINGA DOSIFICADORA X 8 G

Respuestas:


Con respecto a las observaciones de la evaluación técnica hecha por UCIPHARMA se revisa nuevamente y las observaciones son las siguientes :

			UCIPHARMA		AMAREY		ESTE CUADRO ES COPIA DEL PUBLICADO Y LAS OBSERVACIONES DE CUMPLE Y NO CUMPLE ESTÁN EN LA COLUMNA CORRESPONDIENTE
			CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	
19	21181	APOSITO DE BARRERA ANTIMICROBIANA DE PLATA 10 X 10 CM		X HARTMANN		NO FICHA	EL APÓSITO OFERTADO NO ES DE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS, EL APÓSITO DE "BARRERA ANTIMICROBIANA DE PLATA" ES EL UTILIZADO EN SISTEMAS VAC.
20	21182	APOSITO DE BARRERA ANTIMICROBIANA DE PLATA 20 X 40 CM		X HARTMANN		NO FICHA	
25	20237	APOSITO HIDROACTIVO CON HIDROCOLOIDES 20X 30 CM	X HARTMANN	NO FICHA		NO FICHA	
27	20324	APOSITO TRANSPARENTE 5 X 7 CM	X HARTMANN	NO FICHA		NO FICHA	POR EQUIVOCACIÓN NO SE RETIRO LAS PALABRAS "NO FICHA" DE LA COLUMNA "NO CUMPLE"
28	20325	APOSITO TRANSPARENTE 8 X 12 CM	X HARTMANN	NO FICHA		NO FICHA	
177	20905	PELICULA TRANSPARENTE I.V. 6 X 8 CM		X HARTMANN		NO FICHA	LAS PELÍCULAS APORTADAS AL PROCESO NO TIENEN LAS CARACTERÍSTICAS QUE LA INSTITUCIÓN REQUIERE
178	20906	PELICULA TRANSPARENTE I.V. 8.5 X 11.5 CM		X HARTMANN		NO FICHA	

9. B BRAUN MEDICAL S.A.

Solicitamos a la entidad que se aplase la fecha de la subsanación del informe de requisitos Técnicos dentro del proceso Licitatorio de la referencia teniendo en consideración que los códigos que fueron relacionados en la propuesta y los cuales nosotros cotizamos no corresponden a los establecidos en el informe Técnico generando una gran confusión para cada uno de los participantes, así mismo solicitamos que el informe sea ajustado a la misma codificación que se estableció en el pliego y presentación de Ofertas, para así respetar el Principio de transparencia y selección objetiva que enmarca estos procesos Licitatorios lo que puede generar oscuridad en el proceso de selección En caso que la entidad no realice el cambio solicitado ajustando a los pliegos de condiciones y lo presentado en la licitación solicitamos muy respetuosamente que se informe por los medios oficiales la razón por la que la entidad no aclara lo solicitado quitándole la capacidad a los oferentes de subsanar el error



	RESPUESTA A OBSERVACIONES ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		CODIGO DEL FORMATO	ABS-FO-BS
ELABORO	VERIFICÓ	APROBÓ	VERSIÓN DEL FORMATO: 01	FECHA ULTIMA ACTUALIZACION:
Coordinador Adquisición bienes y servicios-JMC	Coordinador GABYS	Gerencia	Página 10 de 10	

de la administración y así evitar una adjudicación no ajustada a los principios de la contratación estatal lo que viciaría el proceso de Contratación adelantado por el Hospital.

Respuesta:

Solicitamos a la entidad que se aplase la fecha de la subsanación del informe de requisitos Técnicos dentro del proceso Licitatorio de la referencia teniendo en consideración que los códigos que fueron relacionados en la propuesta y los cuales nosotros cotizamos no corresponden a los establecidos en el informe Técnico generando una gran confusión para cada uno de los participantes, así mismo solicitamos que el informe sea ajustado a la misma codificación que se estableció en el pliego y presentación de Ofertas, para así respetar el Principio de transparencia y selección objetiva que enmarca estos procesos Licitatorios lo que puede generar oscuridad en el proceso de selección En caso que la entidad no realice el cambio solicitado ajustando a los pliegos de condiciones y lo presentado en la licitación solicitamos muy respetuosamente que se informe por los medios oficiales la razón por la que la entidad no aclara lo solicitado quitándole la capacidad a los oferentes de subsanar el error de la administración y así evitar una adjudicación no ajustada a los principios de la contratación estatal lo que viciaría el proceso de Contratación adelantado por el Hospital.

Respuesta:

Las fichas técnicas debían ser aportadas en forma previa al cierre (esto es, antes del 14 febrero de 2018 hasta las 3:00 p.m.), aspecto que era objeto de evaluación y por lo tanto no son subsanables". Lo anterior, con fundamento a que los plazos del proceso estipulados en el cronograma son de forzoso cumplimiento, garantizando la igualdad de condiciones para los oferentes, por lo tanto debe prevalecer la garantía procesal de imparcialidad. En consecuencia, no se dable acceder a su solicitud.

A su vez, se aclara que cada uno de los códigos indicados en el Anuncio Público fueron verificados al momento de ingresarlos a la Plataforma de BIONEXO por lo tanto, no es dable su observación de inconsistencia frente a dicha situación, la cual debía ser manifestada en su oportunidad, esto es, en el chat realizado el día 08 de febrero de 2018 que era el momento propicio para absolver las inquietudes del proceso y evitar dudas frente a la oferta registrada. De igual manera se corroboró el informe técnico y los códigos son coincidentes con los previstos en el Anuncio Público.

Se expide en San José de Cúcuta, a los **02 días del mes de marzo de 2018**

HERNANDO OTERO RODRIGUEZ
Subgerente de Servicios de Salud (e)

Revisión Jurídica: Angélica Chaparro Q, Abogada Actisalud GABYS
Proyectó: Elizabeth Camaño Vera, Coordinadora de Farmacia

