REVISION EVALUACION TECNICA

PROCESO No: SS18 - 242

OBJETO CONTRACTUAL

ADQUISISCION DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA LA ESE HUEM

EVALUACION

Teniendo en cuenta la observación presentada oportunamente por el oferente STRAPFARMA S.A S se procede a revisar las fichas técnicas allegadas al cierre, conceptuando.

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	STRAPFARMA	
			CUMPLE	NO CUMPLE
1	20701	AGUJA PARA BIOPSIA 16 g X 20cm		NO CUMPLE, LA FICHA TECNICA PRESENTADA PARA EVALUACION NO PRESENTA CALIBRE Y EL REGISTRO INVIMA TIENE FECHA DE VENCIMIENTO DE JULIO 2015, LA FICHA QUE ADJUNTA EN LA SOLICITUD ACTUAL NO ES LA MISMA ADJUNTADA PARA LA EVALUACION
12	21081	GUIA HIDROFILICA DESECHABLE 0,035" X 260 cm ANGULADA STANDARD	ATENDIENDO LA SOLICITUD LA FICHA CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS	
15	21012	KIT DE TUBOS DE USO INDIVIDUAL PARA CONEXION DE RESPIRADOR (Circuito Adulto FLIGHT 60 reusable)		NO CUMPLE, SE REQUIERE QUE SEA REUSABLE Y FICHA TECNICA DICE REUSABLE PERO SOLO EN EL MISMO PACIENTE POR LO TANTO NO CUMPLE LOS REQUERIMIENTOS

38	21092	SISTEMA KOH PARA ARCO DE ADVINCULA	ATENDIENDO LA SOLICITUD LA FICHA TECNICA CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS	
40	20078	SONDA DE GASTROSTOMIA DE BAJO PERFIL		LA FICHA TECNICA PRESENTADA NO CORRESPONDE CON SONDA DE GASTROSTOMIA SINO CON BOTON DE GASTROSTOMIA POR LO CUAL NO CUMPLE LOS REQUERIMIENTOS
51	21128	TORUNDA DE GASA RADIO-OPACA (GRANDE –MEDIANA-PEQUEÑA)	LA MUESTRA SI CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS	

SUBGERENTE ***CARGO JEFE DE AREA***