
	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	CODIGO: BS-FO-BS-029
	CERTIFICACION CHAT CONTRATACION ELECTRONICA	VERSION: 2
		FECHA: JUL 2018
		PAGINA 1 de 5

EL SUBGERENTE DE SERVICIOS DE SALUD

CERTIFICA

Que en la fecha, lugar y hora indicados en el cronograma del proceso No: SS19-091, se realizó el chat de grupo **GABYS ESE HUEM**, Cuenta Skype: **ESE HUEM**, con el objeto de recepcionar y absolver observaciones.

Que en constancia se adjunta pantallazo junto con las respectivas comunicaciones:



3:00 p.m. Buenas tardes, siendo las 3:00 p.m. del día 11 de enero de 2019, se da inicio al chat para absolver observaciones sobre el proceso SS19-091, cuyo objeto corresponde a SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PARA LA ESE HUEM

Angélica, 3:01 p.m.

Buenas tardes

nery cecilia salamanca jaimes, 3:01 p.m.

Buenas tardes

Christian, 3:01 p.m.


Buenas tardes

Angélica, 3:05 p.m.

Soy Angelica Mendoza De Arpa Medical y me gustaría poder hacer la primera observacion acerca de la fecha de cierre de la entrega de los documentos, ya que es el 14 de enero. Es posible ampliar este plazo para el envío de los documentos en físico?. Gracias

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	CODIGO: BS-FO-BS-029
	CERTIFICACION CHAT CONTRATACION ELECTRONICA	VERSION: 2
		FECHA: JUL 2018
		PAGINA 2 de 5

Christian, 3:07 p.m.

Estoy hablando en representación de B BRAUN MEDICAL y me pongo en común acuerdo de que se amplíe l fecha de cierre

Jenny Alexandra Pacheco Garcia, 3:08 p.m.

buenas tardes apoyo a la Sra Angelica solicito ampliar la fecha de cierre de entrega de los documentos ya que habemos muchos interesados en participar en otras ciudades

nery cecilia salamanca jaimes, 3:08 p.m.

Buenas tardes soy Nery de Quirumédicas y me gustaria solicitar sea explicada la causal de rechazo de propuestas literal f) ¿ que se entiende por interpuestas personas?

3:10 p.m.

Sobre el tema en particular de la ampliación del día del cierre no es posible ampliar dicha fecha, toda vez que se requieren con urgencia para la atención integral de los pacientes, no obstante, por la modalidad de selección que se trata de una mínima cuantía se permitirá la recepción de fichas técnicas y requisitos legales vía correo electrónico, los cuales deberán enviarse antes de la fecha fijada en el cronograma lunes 14 de enero hasta las 4:00 p.m, exclusivamente al correo indicado en el folio 1 del Anuncio Público, esto es gerencia.asesora@herasmomeoz.gov.co, dicha aclaración será publicada a través de adenda al finalizar la tarde de hoy

Angélica, 3:12 p.m.

y en caso de los documentos que se deben enviar de manera física, que se puede hacer ?
Angelica Mendoza, Arpa Medical

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ agregó a Nicolas Castiblanco a esta conversación

3:12 p.m.

Agradezco por favor al participar indicar a que empresa pertenencen

Christian, 3:13 p.m.

Por otra parte solicitamos aclarar si ustedes se registrarán a nuestra unidad mínima de venta

Es decir que ustedes están solicitando 10 unidades pero nuestra unidad mínima de venta es caja x 25

Jenny Alexandra Pacheco Garcia, 3:14 p.m.

pero de igual manera se debe enviar de manera física los documentos


Cordial saludo Jenny Pacheco de Ucipharma

3:15 p.m.

Arpa medical, como se indicó anteriormente, se publicará una adenda aclaratoria indicando lo siguiente:En el evento de remitirse la propuesta técnica y sus anexos en forma electrónica, el proponente debe enviarlas exclusivamente a las direcciones electrónicas establecidas en el primer folio del presente anuncio, con antelación a la hora y día fijado

A

AW

	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	CODIGO: BS-FO-BS-029
	CERTIFICACION CHAT CONTRATACION ELECTRONICA	VERSION: 2
		FECHA: JUL 2018
		PAGINA 3 de 5

para el cierre en el cronograma, so pena del rechazo de la oferta. Adicionalmente deben allegarse en forma física de manera previa a la evaluación.

3:20 p.m.

Nery de Quirumedicas sobre la causal f) de rechazo de la oferta es en el entendido que la persona que participe en el proceso, por poner un ejemplo la empresa X participa como oferente individual y presenta cotización dentro del proceso pero a su vez se une en consorcio con la empresa Y y presenta cotización dentro del mismo proceso, en consecuencia sería rechazada la propuesta de X en los dos eventos

Braun, para el caso, solo existe la necesidad de contratar lo estipulado en el Acapite de especificaciones técnicas del Anuncio Público, no es dable acceder a adquirir más cantidades de las expresamente señaladas, por cuanto ya fue aprobada una disponibilidad presupuestal y como se manifestó al principio es para garantizar la prestación del servicio de salud durante un periodo de un mes, mientras se adelanta un proceso de selección de mayor cuantía que logre cubrir la necesidad de dispositivos durante el resto de la vigencia 2019

Angélica, 3:28 p.m.

Angélica Mendoza, Arpa Medical, en cuanto a los productos ofertados el ítem 37 HIDROGEL AMORFO ESTERIL EN JERINGA DOSIFICADORA X 15G. ES ESTE UN HEMOSTÁTICO ???

Nicolas Castiblanco, 3:32 p.m.

Buenas tardes soy de Meditec, respecto al literal D Causales de rechazo, les agradezco se aclare en razón a que establece como causal de rechazo no consignar el valor a alguno de los ítems de la propuesta económica, lo que varía a lo consagrado en el numeral 1 del capítulo 5 que estipula que se aceptan propuestas por ítem.

3:34 p.m.

Angélica Mendoza, sobre el ítem 37 si aparece en la descripción como hemostático, sin embargo usted hace mención es a la descripción técnica del ítem 38 que es Hidrogel amorfo, el cual no es hemostático

Angélica, 3:35 p.m.

Solicito por favor ampliar las especificaciones técnicas del Hidrogel Amorfo. Gracias

3:37 p.m.

Meditec, sobre el literal d) de las causales de rechazo es de aclarar que no hay contradicción alguna, puesto que la oferta como bien lo indicas es por ítems, no global. Dicha causal hace referencia es cuando X oferente argumenta haber registrado en la plataforma Bionexo el valor de un ítem, por ejemplo el 38 Hidrogel Amorfo, pero al revisar la plataforma se constata que no se cargó dicha información, en consecuencia será rechazada la oferta, pero solo para ese ítem particular


Sobre el Hidrogel amorfo se requiere para el manejo de heridas, no se solicitan más detalles técnicos a los indicados en el anuncio que es JERINGA DOSIFICADORA X 15G

Angélica, 3:41 p.m.

Angélica Mendoza, Arpa Medical,

Handwritten signature

Handwritten signature

	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO: BS-FO-BS-029
	CERTIFICACION CHAT CONTRATACION ELECTRONICA	VERSION: 2
		FECHA: JUL 2018
		PAGINA 4 de 5

Angélica Mendoza, Hoy a la(s) 3:28 p.m.

solicito aclarar si es necesario certificar experiencia contractual, como certificaciones de contrato y documentación financiera.

Nicolas Castiblanco, 3:42 p.m.

Es posible que nos hagan llegar el formulario Sarlaft en Word para diligenciarlo, o debe ser manuscrito?

Angélica, 3:43 p.m.

Angélica Mendoza, Arpa Medical,

Angélica Mendoza, Hoy a la(s) 3:28 p.m.

Solicito aclarar si es necesario allegar póliza de seriedad de la oferta.

3:44 p.m.

por tratarse de una licitación electrónica de "MINIMA CUANTIA", no se exige una evaluación de indicadores financieros ni evaluación de experiencia, solo se solicitan aportar para el día del cierre los documentos legales señalados al folio 10 del Anuncio Público

El formulario SARLAFT se recomienda imprimir los tres folios para diligenciar a mano, se recuerda que a folio 3 de dicho documento debe ser firmado por el representante legal y plasmar la huella de su índice derecho

Tampoco se exige dentro de la presente licitación póliza de seriedad de la oferta

y por tratarse de un proceso de mínima cuantía se prescindió de la estipulación de pólizas conforme lo dispone el Manual de Contratación

MIGUEL ARIZA, 3:49 p.m.

Buenas tardes mi nombre es Miguel Ariza de Pharmeuropea de Colombia de acuerdo al formulario SARLAFT, nosotros transcribimos el formulario en papelería de nuestra compañía. ¿existe algún problema por hacerlo así?

Jenny Alexandra Pacheco Garcia, 3:50 p.m.

De los documentos técnicos se envían solo las fichas técnicas

3:52 p.m.

Miguel por control documental de la institución no es posible aceptar su propuesta sobre el formulario Sarlaft

HOSPICLINIC DE COLOMBIA SAS, 3:53 p.m.


buenas tardes

3:55 p.m.

Para el día del cierre deben remitirse las fichas técnicas únicamente de los ítems indicados en el Anuncio Público, los demás documentos técnicos como registro sanitario, INVIMA y CCAA se deben remitir una vez adjudicado el proceso, esto es en la fase de ejecución contractual

A

ada

	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	CODIGO: BS-FO-BS-029
	CERTIFICACION CHAT CONTRATACION ELECTRONICA	VERSION: 2
		FECHA: JUL 2018
		PAGINA 5 de 5

HOSPICLINIC DE COLOMBIA SAS, 3:55 p.m.

en relacion a los apositos es posible ofertar una medida de mayor cubrimiento por ejemplo solicitan aposito de 10*20 es posible ofertar 15*25?

3:56 p.m.

Hospiclinic no es posible aceptar su solicitud teniendo en cuenta que por necesidad institucional se requiere la medida de 10*20

HOSPICLINIC DE COLOMBIA SAS, 3:59 p.m.

en relacion a las lancetas del item 47 que solicitan me podria aclarar si son de glucometria o cual sera su uso?

4:00 p.m.

item 47 no son para glucometria

siendo las 4:00 p.m. se da por terminado el chat programado dentro del proceso SS19-091, esperando haber resuelto las inquietudes suscitadas

Se expide a los 11 días del mes de enero de 2019



ANDRES ELOY GALVIS JAIMES
Subgerente de Servicios de Salud (e)

Aprobó: Mauricio Pinzón Barajas, Coordinador Actisalud GABYS
Proyectó: Angélica María Chaparro Quintero, Abogado Actisalud GABYS

