

**INFORME EVALUACION TECNICA**

**PROCESO No: SS19-309**

**OBJETO CONTRACTUAL:**

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS DE ORTOPEDIA GENERAL, MATERIALES ESPECIALES, NEUROCIROGÍA, MAXILOFACIAL, CIRUGÍA DE MANO, LÍNEA BLANDA Y ARTROSCOPIA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ.

**EVALUACION**

Teniendo en cuenta el plazo otorgado para realizar observaciones a la evaluación técnica, se presentaron las siguientes:

- **TRAUMAIMPLANTES:** Solicita revisar en el sistema de **RADIO DISTAL ANGULO VARIABLE 2.4 / 2.7 BLOQUEADA EN TITANIO**, si el proveedor DIPROMEDICOS, cumple o no cumple.
- **LA INSTRUMENTADORA:** Solicita revisar en el sistema de **RADIO DISTAL ANGULO VARIABLE 2.4 / 2.7 BLOQUEADA EN TITANIO**, del proveedor DIPROMEDICOS ya que existe una observación de faltante pero tiene la respuesta CUMPLE.
- **STEIN:** Solicita revisar el ítem 701080022 CLAVO STENMANN ROSCADO DE 3.0 mm, debido a que ellos presentaron fue el 701080008 CLAVO STENMANN ROSCADO DE 3.0 mm.
- **MEDIREX:** Solicita revisar los ítems 701090023 y 701090024 debido a que se encuentran invertidos.

En mérito de los expuesto por los proveedores que realizaron observaciones y conforme a la audiencia de sustentación de especificaciones técnicas, la lista de asistencia y blas ofertas en bionexo, nos permitimos publicar la evaluación:

CODIGO BIONEXO	DESCRIPCION	STEIN
	GRUPO 1: ORTOPEDIA GENERAL EN ACERO	
70108	ACCESORIOS	
701080008	CLAVO STEINMAN 3.0 mm	CUMPLE

CODIGO BIONEXO	DESCRIPCION	MEDIREX
70109	SUSTITUTOS OSEOS	
701090023	MATRIZ OSEA CON CHIPS ESPONJOSO DE 10 CC	CUMPLE
701090024	MATRIZ OSEA CON CHIPS ESPONJOSO DE 20 CC	NO CUMPLE, NO PRESENTA MUESTRA
CODIGO BIONEXO	DESCRIPCION	DIPROMEDICOS
	GRUPO 11: RADIO DISTAL	
70605	RADIO DISTAL ANGULO VARIABLE 2.4 / 2.7 BLOQUEADA EN TITANIO	NO CUMPLE, NO PRESENTA LA PLACA DORSAL EN L


**OBSERVACIONES GENERALES:**

Se anexan las copias de las observaciones recibidas.

Se expide a los 30 dias del mes de septiembre de 2019.

  
 SUBGERENTE SERVICIOS DE SALUD

  
 COORDINADORA DE ESTERILIZACION



**TRAUMA-IMPLANTES S.A.S**

!LA EMPRESA AL SERVICIO DE LA SALUD!

San José de Cúcuta, septiembre 26 de 2019

Señores

**HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ**

Departamento de Contratación

Cúcuta

**Referencia: OBSERVACION A LA EVALUACIÓN TÉCNICA DEL PROCESO SS19-309**

En representación de la empresa TRAUMA IMPLANTES S.A.S. Nit: 807.001.353-7 En respuesta a la evaluación técnica del Proceso SS19-309. En la RADIO DISTAL ANGULO VARIABLE 2.4/2.7 BLOQUEADA EN TITANIO.

La empresa Dipromedicos **CUMPLE O NO CUMPLE**

Quedo atenta,

Cordialmente,

**SANDRA PILAR CAMPEROS**

Gerente

**TRAUMA IMPLANTES S.A.S**  
AV 11E N°5AN-166 Santa Lucía –Cúcuta –Colombia  
Tel: 577 3483 - 577 3481  
[Trauma\\_implantes@hotmail.com](mailto:Trauma_implantes@hotmail.com)

**esterilizacion@herasmomeoz.gov.co**

---

**De:** "CONTRATACION BYS" <contratacion.gabys@gmail.com>  
**Fecha:** jueves, 26 de septiembre de 2019 6:04 p. m.  
**Para:** <esterilizacion@herasmomeoz.gov.co>; <subsalud@herasmomeoz.gov.co>  
**Asunto:** Fwd: EVALUACION TECNICA

BUENAS TARDES

DIANA SOFIA DIAZ  
COORDINADORA DE ESTERILIZACIÓN

CORDIAL SALUDO

COMEDIDAMENTE ME PERMITO CORRER TRASLADO DE LA OBSERVACIÓN A LA  
EVALUACIÓN TÉCNICA PROPUESTA POR LA INSTRUMENTADORA

GRACIAS

----- Forwarded message -----


**De:** CUCUTA Instrumentadora <cucuta@lainstrumentadora.com>  
**Date:** jue., 26 de sep. de 2019 a la(s) 17:56  
**Subject:** EVALUACION TECNICA  
**To:** CONTRATACION <contratacion.gabys@gmail.com>

Buenas tardes

Revisando la evaluación técnica del proceso SS19-309, encontramos que hay una contradicción en la respuesta del ítem 70605 Sistema radio ángulo variable de la casa comercial Dipromedicos, ya que existe una observación de faltante pero tiene la respuesta CUMPLE por lo que solicitamos aclaración si la observación no es excluyente.

Cordialmente

LA INSTRUMENTADORA SAS



**STEIN & CIA. S.A.S.**

Bogotá D.C., Septiembre 26 de 2019

Señores

**E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ**

**Doctor ANDRES ELOY GALVIS JAIMES**

**SUBGERENTE DE SALUD**

Contratación

Cucuta

Respetado Señor.

Muy respetuosamente solicitamos la corrección al informe de la evaluación técnica del proceso SS19-309 donde participamos con el clavo de STEINMAN liso de 3.0 mm, al revisar la evaluación en la página aparecen las casillas en blanco, y en la casilla de clavo de STEINMAN roscado de 3.0 mm aparece que CUMPLE, pero STEIN & CIA no participó con este material.

Cordialmente

JOAO A. STEIN  
Representante Legal  
STEIN & CIA S.A.S





Bogotá, D.C. Septiembre 26 de 2019

Señores  
E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ  
Ciudad

REF: OBSERVACION A LA EVALUACION TECNICA DEL ANUNCIO PUBLICO N.  
SS19-309.

Teniendo en cuenta la evaluación técnica publicada sobre el proceso de la referencia, agradezco a ustedes la revisión de la evaluación técnica para los ítems N. 701090023 y 701090024, los cuales se encuentran invertidos, de acuerdo con la siguiente apreciación:

El ítem N. 701090023, Matriz ósea con Chip esponjoso de 10 CC, si se presentó la muestra correspondiente

El ítem N. 701090024, Matriz ósea con Chip esponjoso de 20 CC, NO se presento muestra porque no tenemos el ítem relacionado.

Cordialmente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'PAOLA ANDREA GUTIERREZ CAMACHO'.

**PAOLA ANDREA GUTIERREZ CAMACHO**  
Representante Legal  
C.C. 52.352.729 de Bogotá  
**Medirex SAS**

**MediRex S.A.S.**  
Nit. 830.091.676-9  
Office + 571 4833333 Mobile +57 310 8685112  
EMAIL [informacion@medirexsas.com](mailto:informacion@medirexsas.com); [comercial@medirexsas.com](mailto:comercial@medirexsas.com)  
Calle 85A N. 24 – 26 (El Polo)  
**BOGOTA; D.C. – COLOMBIA**

