

	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	CODIGO: BS-FO-BS-011
		VERSION: 2
	INFORME EVALUACION FICHA TECNICA	FECHA: JUL 2018
		PAGINA 1 de 3

INFORME EVALUACION FICHA TECNICA

PROCESO No: SA19-130

OBJETO CONTRACTUAL:

COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA LAS TOMAS Y BALAS DE GASES MEDICINALES DE LA E.S.E. HUEM

EVALUACION

Teniendo en cuenta el cronograma del proceso de la referencia se procede a evaluar las propuestas recepcionadas oportunamente.

ITEM	DESCRIPCION	Oxigenos del llano		EVALUACION (CUMPLE / NO CUMPLE)
		PROPUESTA	OBSERVACION	
RIBIO-0360	Flujometro Neonatal 0 -1 LPM	Bionexo		CUMPLE
RIBIO-0315	Reguladores de Vacio (con acople JGE)	Bionexo		CUMPLE
RIBIO-0316	Reguladores de Vacio (con acople chemetron)	Bionexo		CUMPLE
RIBIO-0303	Regulador precalibrado de oxigeno x 50 psig	Bionexo		CUMPLE
RIBIO-0304	Regulador precalibrado de CO2 x 60 psig	Bionexo		CUMPLE
RIBIO-0305	Regulador precalibrado de N2O x 50 psig	Bionexo		CUMPLE
RIBIO-0306	Regulador precalibrado de aire medicinal x 60 psig	Bionexo		CUMPLE
RIBIO-0317	Tomas chemetron Oxigeno TIPO 1 AMICO (Especificaciones técnicas)	Bionexo		CUMPLE
RIBIO-0307	Tomas chemetron de Vacio TIPO 1 AMICO (Especificaciones técnicas)	Bionexo		CUMPLE
RIBIO-0308	Tomas chemetron Oxigeno TIPO 2 ALLIED DE PANEL (Especificaciones técnicas)	Bionexo	No corresponde con los solicitado	NO CUMPLE
RIBIO-0309	Tomas chemetron de Vacio TIPO 2 ALLIED DE PANEL (Especificaciones técnicas)	Bionexo	No corresponde con los solicitado	NO CUMPLE
RIBIO-0310	Tomas JGE Aire TIPO 3 PARED (Especificaciones técnicas)	Bionexo	No corresponde con los solicitado	NO CUMPLE
RIBIO-0311	Tomas JGE Oxigeno TIPO 3 PARED (Especificaciones técnicas)	Bionexo	No corresponde con los solicitado	NO CUMPLE
RIBIO-0312	Tomas JGE de Vacio TIPO 3 PARED (Especificaciones técnicas)	Bionexo	No corresponde con los solicitado	NO CUMPLE
RIBIO-0392	Kit Mantenimiento Tomas Pared - JGE	Bionexo	No Presento propuesta	NO CUMPLE
RIBIO-0393	Kit Mantenimiento Tomas Pared - Amico	Bionexo	No Presento propuesta	NO CUMPLE
RIBIO-0394	Kit Mantenimiento Tomas	Bionexo	No Presento propuesta	NO CUMPLE

Pared - Allied de panel

ITEM	DESCRIPCION	Chaher		EVALUACION (CUMPLE / NO CUMPLE)
		PROPUESTA	OBSERVACION	
RIBIO-0360	Flujometro Neonatal 0 -1 LPM	Bionexo		CUMPLE
RIBIO-0315	Reguladores de Vacio (con acople JGE)	Bionexo		CUMPLE
RIBIO-0316	Reguladores de Vacio (con acople chemetron)	Bionexo		CUMPLE
RIBIO-0303	Regulador precalibrado de oxigeno x 50 psig	Bionexo	No Presento propuesta	NO CUMPLE
RIBIO-0304	Regulador precalibrado de CO2 x 60 psig	Bionexo	No Presento propuesta	NO CUMPLE
RIBIO-0305	Regulador precalibrado de N2O x 50 psig	Bionexo	No Presento propuesta	NO CUMPLE
RIBIO-0306	Regulador precalibrado de aire medicinal x 60 psig	Bionexo	No Presento propuesta	NO CUMPLE
RIBIO-0317	Tomas chemetron Oxigeno TIPO 1 AMICO (Especificaciones técnicas)	Bionexo	No corresponde con lo solicitado	NO CUMPLE
RIBIO-0307	Tomas chemetron de Vacio TIPO 1 AMICO (Especificaciones técnicas)	Bionexo	No corresponde con lo solicitado	NO CUMPLE
RIBIO-0308	Tomas chemetron Oxigeno TIPO 2 ALLIED DE PANEL (Especificaciones técnicas)	Bionexo		CUMPLE
RIBIO-0309	Tomas chemetron de Vacio TIPO 2 ALLIED DE PANEL (Especificaciones técnicas)	Bionexo		CUMPLE
RIBIO-0310	Tomas JGE Aire TIPO 3 PARED (Especificaciones técnicas)	Bionexo	No corresponde con los solicitado	NO CUMPLE
RIBIO-0311	Tomas JGE Oxigeno TIPO 3 PARED (Especificaciones técnicas)	Bionexo	No corresponde con los solicitado	NO CUMPLE
RIBIO-0312	Tomas JGE de Vacio TIPO 3 PARED (Especificaciones técnicas)	Bionexo	No corresponde con los solicitado	NO CUMPLE
RIBIO-0392	Kit Mantenimiento Tomas Pared - JGE	Bionexo	No Presento propuesta	NO CUMPLE
RIBIO-0393	Kit Mantenimiento Tomas Pared - Amico	Bionexo	No Presento propuesta	NO CUMPLE
RIBIO-0394	Kit Mantenimiento Tomas Pared - Allied de panel	Bionexo	No Presento propuesta	NO CUMPLE

ITEM	DESCRIPCION	Sensor Medical		EVALUACION (CUMPLE / NO CUMPLE)
		PROPUESTA	OBSERVACION	
RIBIO-0360	Flujometro Neonatal 0 -1 LPM	Bionexo		CUMPLE
RIBIO-0315	Reguladores de Vacio (con	Bionexo		CUMPLE

	acople JGE)			
RIBIO-0316	Reguladores de Vacío (con acople chemetron)	Bionexo		CUMPLE
RIBIO-0303	Regulador precalibrado de oxígeno x 50 psig	Bionexo	No Presento propuesta	NO CUMPLE
RIBIO-0304	Regulador precalibrado de CO2 x 60 psig	Bionexo	No Presento propuesta	NO CUMPLE
RIBIO-0305	Regulador precalibrado de N2O x 50 psig	Bionexo	No Presento propuesta	NO CUMPLE
RIBIO-0306	Regulador precalibrado de aire medicinal x 60 psig	Bionexo	No Presento propuesta	NO CUMPLE
RIBIO-0317	Tomas chemetron Oxígeno TIPO 1 AMICO (Especificaciones técnicas)	Bionexo		CUMPLE
RIBIO-0307	Tomas chemetron de Vacío TIPO 1 AMICO (Especificaciones técnicas)	Bionexo		CUMPLE
RIBIO-0308	Tomas chemetron Oxígeno TIPO 2 ALLIED DE PANEL (Especificaciones técnicas)	Bionexo	No corresponde con lo solicitado	NO CUMPLE
RIBIO-0309	Tomas chemetron de Vacío TIPO 2 ALLIED DE PANEL (Especificaciones técnicas)	Bionexo	No corresponde con lo solicitado	NO CUMPLE
RIBIO-0310	Tomas JGE Aire TIPO 3 PARED (Especificaciones técnicas)	Bionexo	No corresponde con lo solicitado	NO CUMPLE
RIBIO-0311	Tomas JGE Oxígeno TIPO 3 PARED (Especificaciones técnicas)	Bionexo	No corresponde con lo solicitado	NO CUMPLE
RIBIO-0312	Tomas JGE de Vacío TIPO 3 PARED (Especificaciones técnicas)	Bionexo	No corresponde con lo solicitado	NO CUMPLE
RIBIO-0392	Kit Mantenimiento Tomas Pared - JGE	Bionexo	No Presento propuesta	NO CUMPLE
RIBIO-0393	Kit Mantenimiento Tomas Pared - Amico	Bionexo	No Presento propuesta	NO CUMPLE
RIBIO-0394	Kit Mantenimiento Tomas Pared - Allied de panel	Bionexo	No Presento propuesta	NO CUMPLE

Se expide a los, 8 días de marzo de 2019

ORIGINAL FIRMADO

SORAYA TATIANA CACERES SANTOS
Subgerente Administrativa (E)

CAMILA YAÑEZ MONDRAGÓN
Coordinadora Ing. Biomedica