

INFORME EVALUACION FICHA TECNICA

PROCESO No: SA19-192

OBJETO CONTRACTUAL:

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LA CENTRAL DE MEZCLAS Y LA FARMACIA DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ.

EVALUACION

Teniendo en cuenta el cronograma del proceso de la referencia se procede a evaluar las propuestas recepcionadas oportunamente.

ITEM	DESCRIPCION	TECNOMEDICA SAS		EVALUACION (CUMPLE / NO CUMPLE)
		PROPUESTA	OBSERVACION	
2019000402	Selladora de impulso de pedal	Selladora de impulso electrónico marca THOR	Selladora 10" modelo: S10H	CUMPLE
2019000404	Selladora de cizalla 40cm	Selladora manual de impulso, 40cm de sellado marca: THOR	Selladora 40cm modelo: PFS 400	CUMPLE
2180202009	CAVAS DE TRANSPORTE 22L	CAVAS MARCA RUBBERMAID	INCLUYEN TERMOMETR O DIGITAL CALIBRADO CON CERT ONAC	CUMPLE
2180202010	CAVAS DE TRANSPORTE 9.5L	CAVAS MARCA RUBBERMAID	INCLUYEN TERMOMETR O DIGITAL CALIBRADO CON CERT ONAC	CUMPLE
21090 01502	CARROS UTILITARIOS	CARRO DE SERVICIO 3 ESTANTES	COLOR NEGRO O BEIGE CAP 136Kg	CUMPLE

ITEM	DESCRIPCION	SURGIPLAST		EVALUACION (CUMPLE / NO CUMPLE)
		PROPUESTA	OBSERVACION	
2019000404	Selladora de cizalla 40cm	Selladora de impulso, marca HAWO	Selladora de impulso modelo HM-450AS-8	CUMPLE

ITEM	DESCRIPCION	TECNOSALUD SA		EVALUACION (CUMPLE / NO CUMPLE)
		PROPUESTA	OBSERVACION	
2180201015	Nevera de almacenamiento FARMACIA	FRIGO 20 PIES, MEDIDAS: 77X68.5X215CM MARCA TECNOSALUD	NO SUPERA LA CAPACIDAD MÍNIMA DE 600L	NO CUMPLE
2180201028	NEVERA almacenamiento CENTRAL	FRIGO 20 PIES, MEDIDAS: 71.8X66.7X204CM MARCA TECNOSALUD	ALARMAS AUDIBLES, MEDIDAS ADCUADAS 540L	CUMPLE
2180303503	COLUMNA DE ALMACENAMIENTO FARMACIA	COLUMNA DE ALMACENAMIENTO MARCA TECNOSALUD	FABRICACIÓN NACIONAL	CUMPLE
21090 01502	CARROS UTILITARIOS	CARROS UTILITARIOS	COLOR BEIGE	CUMPLE
21803 03504	TORRE DE ALMACENAMIENTO DE LÍQUIDOS	TORRES MÓVILES DE ALMACENAMIENTO	4 CANASTAS	CUMPLE

7

ITEM	DESCRIPCION	CASA CIENTÍFICA		EVALUACION (CUMPLE / NO CUMPLE)
		PROPUESTA	OBSERVACION	
2180201015	Nevera de almacenamiento FARMACIA	NEVERA MEDIDAS: 81X75X196CMARCA SUPERNORDICO	ALARMAS AUDIBLES 623L	CUMPLE
2180201028	NEVERA almacenamiento CENTRAL	NEVERA 540L, MEDIDAS 75X81X196CM	MEDIDAS NO SON ADECUADAS PARA LA INSTALACION	NO CUMPLE
2100124004	CONGELADOR	CONGELADOR 280L MARCA SUPERNORDICO	SE ENTREGA CON CERTIFICACIÓN ONAC	CUMPLE
1030400112	BALANZA DIGITAL	BALANZA DIGITAL	0.1g De precisión	CUMPLE
2140300403	KIT PESAS PATRÓN	KIT PESAS PATRÓN	CERT ONAC	CUMPLE
22003 01006	KIT BOMBA DE FILTRACIÓN	Kit completo incluye membranas	Earlenmayer de 300m	CUMPLE

ITEM	DESCRIPCION	HOSPICLINIC DE COLOMBIA SAS		EVALUACION (CUMPLE / NO CUMPLE)
		PROPUESTA	OBSERVACION	
2180201015	Nevera de almacenamiento CENTRAL	FRIGO 20 PIES, MEDIDAS: 71.8X66.7X204CM MARCA TECNOSALUD	ALARMAS AUDIBLES MEDIDAS ADECUADAS 540L	CUMPLE
21090 01502	CARROS UTILITARIOS	CARRO MODULAR	MÓDULOS CERRADOS	CUMPLE

OBSERVACIONES GENERALES:

No se evaluaron las fichas técnicas del Oferente VALIDAR S.A.S., toda vez que no se registró oferta económica del mismo a través de la plataforma BIONEXO.

Para el ítem 22402005005 Pantalla para inspección visual no se registraron ofertas en la Plataforma Electrónica BIONEXO.

Se expide a los, 07 días del mes de mayo de 2019


SORAYA TATIANA CACERES SANTOS
Subgerente Administrativa (e)


CAMILA YAÑEZ MONDRAGON
Coordinadora Ing. Biomédica