
	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	CODIGO: BS-FO-BS-029
	CERTIFICACION CHAT CONTRATACION ELECTRONICA	VERSION: 2
		FECHA: JUL 2018
		PAGINA 1 de 13

**EL SUBGERENTE DE SERVICIOS DE SALUD**

**CERTIFICA**

Que en la fecha, lugar y hora indicados en el cronograma del proceso No: SS19-101, se realizó el chat de grupo GABYS ESE HUEM, Cuenta Skype: ESE HUEM, con el objeto de recepcionar y absolver observaciones.

Que en constancia se adjunta pantallazo junto con las respectivas comunicaciones.



8:00 a.m. Buenos días, siendo las 8:00 a.m. del día 30 de enero de 2019, se da apertura al chat para absolver observaciones sobre el proceso SS19-101, el cual tiene por objeto el SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PARA LA ESE HUEM

Se les agradece que para la participación en el chat, previa a las inquietudes, los participantes se presenten indicando la empresa que representan

Jessica, 8:00 a.m. Buenos días Jessica guerrero KCI ACELITY

Clara, 8:01 a.m. Buenos días clara Verdiguer de Quirurgicos Ltda.

nery cecilia salamanca jaimes, 8:01 a.m. buenos dias Nery Salamanca de Quirumédicas Ltda

Clara, 8:01 a.m. Solicitamos para el grupo Generales # 13 Ítem 8 especificar el numero de la aguja requerida

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ agregó a CAROLINA MURILLO a esta conversación


Jessica, 8:01 a.m. Buenos días señores Hospital universitario Erasmo Meoz

OBSERVACIONES AL PLIEGO GRUPO 9 PRESIÓN NEGATIVA

Se cuenta con el certificado de Distribución Exclusiva emitido en USA y debidamente apostillado. En la página 33 se menciona que se debe entregar el apostille original. Al no ser Persona Jurídica Extranjera ni un

4 ASJ

PLM

	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	CODIGO: BS-FO-BS-029
	CERTIFICACION CHAT CONTRATACION ELECTRONICA	VERSION: 2
		FECHA: JUL 2018
		PAGINA 2 de 13

documento relacionado a las facultades de la misma, se puede entregar el certificado apostillado en copia autenticada?

En las páginas 31 y 32 se mencionan las obligaciones del contratista. Se deben adjuntar a la propuesta técnica los documentos ahí mencionados?.

BPM

Registros Sanitarios Invima

Compromiso a Brindar Apoyo Tecnológico, entrenamiento y seguimiento para el uso de los productos ofertados.

CCAA

Póliza todo riesgo del equipo de apoyo tecnológico

Las divisiones de la pagina 37 numeral 7.7.2 son las divisiones que deben ir en cada carpeta o una carpeta por cada división.

Los 4 cuadernillos deben estar foliados de manera consecutiva o cada cuadernillo de forma independiente?

Cada cuadernillo debe ir en sobre sellado o todos en el mismo sobre?

El día 4 de febrero solo se entrega el cuadernillo de la propuesta técnica?

Los cuadernillos de Experiencia, Capacidad Jurídica y Capacidad Financiera y Organizacional deben entregarse el día 12 de febrero?

Cuántas certificaciones de experiencia (mínimo y máximo) se deben adjuntar?

En la capacidad financiera menciona que se deben entregar EEFF a 30 de junio de 2018 (auditados y certificados). La única forma de presentar EEFF a 31 de diciembre de 2017 es si en los estatutos de la empresa se especifica que estos se emiten anualmente únicamente?

Las cantidades que se enumeran en las especificaciones técnicas del grupo 9, corresponden a unidades o unidades anuales?

Clara, 8:02 a.m. ítem 280 grupo 13, solicitamos separar la placa pediátrica y neonatal ya que existen las 2 referencias y tienen diferentes precios

#### GRUPO 5 MALLAS

1. Solicitamos amablemente se permita presentar propuesta parcial por ítem, en este grupo o establecer grupos por separado de:

- Mallas Quirúrgicas para reparación de hernias en cirugía General
- Dispositivos o suturas para fijación de mallas.


Esto teniendo en cuenta que las Mallas Quirúrgicas se utilizan de forma habitual para reparación de hernias y los dispositivos para su colocación o fijación presentan múltiples alternativas de acuerdo con procedimiento y gusto de especialistas. De esta forma se permite la mayor pluralidad de oferentes.

2. Grupo 5 Mallas Código 2y 3: "MALLA MULTICAPAS SEPARADORA DE TEJIDOS. COMPOSICION POLIGLECAPRONE, POLIDIOXANONA Y POLIPROPILENO DE BAJA DENSIDAD 15 X 25 CM – 20 X 30 CM"

Solicitamos amablemente las especificaciones técnicas de estos ítems sean abiertas: "MALLA SEPARADORAS DE TEJIDOS QUE PERMITA EL CONTACTO CON LAS ASAS INTESTINALES DE BAJA DENSIDAD" de las medidas requeridas (15x 25 y 20x30)" ya que esta especificación técnica, permite la mayor pluralidad de oferente y no afecta la disposición final del dispositivo.

AS7

AS7

	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	CODIGO: BS-FO-BS-029
	CERTIFICACION CHAT CONTRATACION ELECTRONICA	VERSION: 2
		FECHA: JUL 2018
		PAGINA 3 de 13

3. Grupo 5 Mallas. Códigos 4, 5, 6, 7, "MALLA DE BAJA DENSIDAD PARICALMENTE ABSORBIBLE 10 X 15, 15 X 15 CM, 30 X 30 CM. 6 X 11 CM"

Solicitamos amablemente las especificaciones técnicas de estos ítems sean cambiadas por: "MALLA DE BAJA DENSIDAD PARA REPARACION DE HERNIAS" de las medidas requeridas (10x15, 15x15,30x30, 6x11 CM). Ya que esta descripción técnica no afecta ni altera la disposición final del dispositivo que es la de incorporarse al tejido circundante dar resistencia y refuerzo a la pared abdominal, y permite la mayor participación de oferentes.

4. Grupo 5 Mallas. Códigos 8 Y 10 "MALLA DE MEDIANA DENSIDAD 7.6 X 15 CM Y 36,5 X 30 CM" solicitamos amablemente la descripción técnica del dispositivo sea: "Malla de mediana densidad 7,6 x 15 cm + o – 6 Cm", "Malla de mediana densidad 36,5 X 30 Cm + o – 6 Cm" ya que esta medida no afecta la disposición final del dispositivo y permite la mayor pluralidad de oferentes.

CAROLINA MURILLO, 8:05 a.m.OBSERVACION SS19- 101 ALFA TRADING SAS.pdfBogotá 29 de Enero de 2019

Señores:

HOSPITAL ERASMO MEOZ

Ciudad

Respetados señores:

Coridialmente solicitamos permitir presentar la información financiera a corte 31 de Diciembre de 2017, teniendo en cuenta el decreto 2649 de 1993 Artículo 9 el cual se relaciona en el pliego de condiciones y que reglamenta que las organizaciones deben presentar como mínimo 1 vez en el año sus estados financieros a corte de Diciembre, ALFA TRADING SAS, así lo tiene estipulado y no genera Balances parciales, en este momento se encuentra proceso la presentación de los estados financieros del año anterior encontrándonos en el tiempo reglamentario, teniendo en cuenta lo anterior y que no estamos faltando a ley solicitamos aceptar evaluar con la información financiera del año 2017 corte a Diciembre.

Adjunto certificación de lo anterior con firma del representante legal y contador de nuestra compañía.

LABORATORIOS, 8:06 a.m.Buenos Días, En nombre de LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA nos permitimos realizar las siguientes observaciones:

Clara, 8:06 a.m.Observación financiera QUIRURGICOS LTDA., NIT 860.024.862-6 conforme a los estatutos sociales tiene corte anual en sus estados financieros, preparados con corte a diciembre 31 de cada año y aprobados en Junta de Socios, usualmente en los meses de marzo de cada año, por lo anterior para le proceso solicitamos sea aceptado los estados financieros con corte a 31/12/2017


Jessica Alejandra. KCI ACELITY agregó a Angelica Huertas a esta conversación

8:13 a.m.Sobre el grupo Generales # 13 Ítem 8 No se puede especificar número de aguja, por cuanto se requiere tanto para uso adulto como pediátrico, razón por la cual se solicitan fichas técnicas para ser objeto de evaluaciónEn el caso de no poder ser allegado apostillaje original, se aceptará entregar el certificado apostillado en copia autenticadaLas obligaciones señaladas en las páginas 31 y 32 son para cumplir una vez adjudicados los ítems, para la presentación de la propuesta técnica debe tenerse en cuenta lo previsto en el Cronograma del Anuncio Público visto a folio 50, los oferentes deben allegar las fichas técnicas y muestras, para el día del cierre (04 de febrero de 2019, hasta las 10:00 a.m.)

A su vez, se recomienda tener en cuenta para el día del cierre las condiciones de presentación de la propuesta técnica vistas a folio 31 del Anuncio Público: 1. Se tendrán en cuenta solo la descripción y las especificaciones técnicas del anuncio. 2. El oferente deberá entregar las fichas técnicas y muestras solicitadas, rotuladas, relacionadas y especificando al ítem o código a que corresponda en el estudio. 3. No enviar fichas técnicas ni muestras de los ítem que no se soliciten. 4. Deben entregarse las muestras y / o fichas técnicas de los

*Handwritten initials/signature*

*Handwritten initials/signature*

	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	CODIGO: BS-FO-BS-029
	CERTIFICACION CHAT CONTRATACION ELECTRONICA	VERSION: 2
		FECHA: JUL 2018
		PAGINA 4 de 13

dispositivos solicitados y las fichas técnicas de los equipos de apoyo tecnológico. 5. Entregar junto con la propuesta la Garantía de Seriedad

Angélica, 8:13 a.m. Buenos Días Soy Angélica Mendoza de Arpa Medical y me gustaría poder hacer la primera observacion acerca de la fecha de cierre de entrega de documentos , ya que es el 4 de febrero. es posible ampliar el plazo para el envío de los documentos en fisico? gracias .

Laura, 8:15 a.m. Buenos dias Laura Villamil - Surgicon & Cia S.A.S.

nery cecilia salamanca jaimes, 8:16 a.m. buenos dias soy Nery de Quirumédicas con las siguientes inquietudes

LABORATORIOS, 8:16 a.m. SS19-101 OBSERVACIONES E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ. – LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA

ESPECIFICACIONES TECNICAS: GRUPO 1 – ESTERILIZACION BAJA TEMPERATURA CON PEROXIDO DE HIDROGENO.

OBSERVACION 1: PAGINA 1 - COLUMNA "ESPECIFICACIONES TECNICAS".

Solicitamos respetuosamente a la entidad E.S.E Hospital universitario Erasmo Meoz, para el GRUPO 1 "ESTERILIZACION A BAJA TEMPERATURA CON PEROXIDO DE HIDROGENO" Columna "ESPECIFICACIONES TECNICAS – FICHA TECNICA / APOYO TECNOLOGICO (DOS AUTOCLAVES CON CAPACIDAD IGUAL O MAYOR A 100 LITROS DE DOS PUERTAS Y DOS SELLADORAS). Ampliar el rango en la capacidad de litros solicitados y aceptar equipos de una o doble puerta, dejando así la especificación: " FICHA TECNICA / APOYO TECNOLOGICO (DOS AUTOCLAVES CON CAPACIDAD DE 60 A 100 LITROS DE UNA O DOS PUERTAS Y DOS SELLADORAS)"

OBSERVACION 2: PAGINA 2 - COLUMNA "ESPECIFICACIONES TECNICAS"

CODIGO 8 20455: PAPEL PARA ESTERILIZACION BAJA TEMPERATURA CON PEROXIDO DE HIDROGENO DE 40 CM X 70 MTS.

Solicitamos respetuosamente a la entidad E.S.E Hospital universitario Erasmo Meoz, para el GRUPO 1 "ESTERILIZACION A BAJA TEMPERATURA CON PEROXIDO DE HIDROGENO" Columna "NOMBRE" – PAPEL PARA ESTERILIZACION A BAJA TEMPARTURA CON PEROXIDO DE HIDROGENO DE 40 CM X 70 MTS). Ampliar el rango de medida a: PAPEL PARA ESTERILIZACION A BAJA TEMPARTURA CON PEROXIDO DE HIDROGENO DE 38 a 40 CM X 70 MTS).

OBSERVACION 3: PAGINA 34 " 5 OFERTA"

Solicitamos respetuosamente a la entidad E.S.E Hospital universitario Erasmo Meoz, Ampliar el rango en la capacidad de litros solicitados y aceptar equipos de una o doble puerta, dejando así la especificación requerida: " DOS AUTOCLAVES CON CAPACIDAD DE 60 A 100 LITROS DE UNA O DOS PUERTAS Y DOS SELLADORAS".

8:17 a.m.

Se debe presentar una sola propuesta, dividida en cuatro carpetas o cuadernillos distribuidos como se indica en la página 37, esto es: 1. Ficha técnica, 2. Experiencia, 3. Capacidad Jurídica, 4. Capacidad Financiera y Organizacional, con la finalidad de facilitar el proceso de evaluación entre las diferentes áreas, cabe aclarar que se exige solo un ejemplar de la propuesta no original y copia


nery cecilia salamanca jaimes, 8:17 a.m.

para acreditar la experiencia hay un numero determinado (mínimo o máximo) de certificaciones?

sandra marquez torres, 8:17 a.m.

Muy buenos días  
ASJ

AJO

	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	CODIGO: BS-FO-BS-029
	CERTIFICACION CHAT CONTRATACION ELECTRONICA	VERSION: 2
		FECHA: JUL 2018
		PAGINA 5 de 13

LABORATORIOS, 8:17 a.m.

#### GRUPO 13 GENERALES

- Ítem No 109 CIRCUITO PARA ANESTESIA ADULTO CON MASCARA para mayor participación solicitamos a la entidad aclarar si incluye manguera y/o tubo es con balón de 3litros con látex o libre de látex, las máscaras no indican tallas, están son M o L o en números 5 o 4 no especifica en 1 ítem 109 y 110(estos son pediátricos).
- ITEM 110 CIRCUITO P ANESTESIA ADULTO CON MASCARA solicitamos a la entidad aclarar los circuitos que tipo de manguera solicitan : expandible , corrugada , coaxial .y las mangueras de los circuitos que metrajes usan de 1.5mts o de 1, 8mts.
- ITEM 158 FILTRO ANTIBACTERIANO ADULTO solicitamos a la entidad aclarar si los filtros antimicrobianos son con o sin puertos.
- ITEM 127 DETERGENTE NO IONICO, LUBRICANTE ANTICORROSIVO, Y CETRIMIDA AL 1% X 3750 C C Me permito solicitar ampliar la descripción técnica del ítem 127 de la siguiente forma lubricante formula con base no siliconada ,ph neutro,que no interfiera con la esterilización, contiene preservativos ; para permitir mayor pluralidad de oferentes.
- Ítem 128 DETERGENTE POLIENZIMATICO CON ACTIVIDAD PROTEOLITICA, LIPOLITICAY AMNIOTICA PARA LA LIMPIEZA DE INSTRUMENTAL C 3750 CC Me permito solicitar ampliar descripción técnica del ítem 128 de la siguiente forma detergente enzimático ultraconcentrado con doble proteasa, ph neutro ,inhibidores de corrosión ,baja formación de espuma ,biodegradable .Para permitir mayor pluralidad de oferentes.
- ITEM 261 PAPEL CREPADO GRADO MEDICO 54 CMS X 100 MTS Me permito solicitar a la entidad ampliar el rango de medida del ancho del rollo de 50 a 54cm para permitir mayor participación de oferentes

#### GRUPO 12 SOLUCIÓN ORTOFTALDEHIDO Y TIRAS

- Ítem 20757 CINTA DE PRUEBA PARA SOLUCIÓN DESINFECTANTE DE ALTO NIVEL A BASE DE ORTOFTALDEHIDO X 60 TIRAS Me permito solicitar ampliar descripción técnica del ítem 20757 de la siguiente forma tira de prueba para verificar concentración mínima en técnica oxidativa para desinfectante de alto nivel, para permitir mayor pluralidad de oferentes.
- Ítem 20181 SOLUCIÓN DESINFECTANTE DE ALTO NIVEL A BASE DE ORTOFTALDEHIDO Me permito solicitar ampliar descripción técnica del ítem 20181 de la siguiente forma desinfectante de alto nivel a base peróxido al 2%,química oxidativa ,inhibidor de corrosión , amigable con el medio ambiente ,para permitir mayor pluralidad de oferentes.

#### OBSERVACIONES A LOS TERMINOS DEL PLIEGO DE CONDICIONES

- Solicitamos a la entidad permitir presentar los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2017 ya que nuestra compañía maneja los estados financieros con corte al año fiscal.
- De acuerdo con el listado de productos que relacionan los que requieren ficha técnica y/o muestra, mi pregunta es si en los ítems que no solicitan ni muestra ni ficha técnica y uno desea participar con este ítem que información se debe enviar para no quedar deshabilitado teniendo en cuenta que es un producto que la institución no conoce además que permite mayor participación de oferentes.


sandra marquez torres, 8:18 a.m.

Sandra Marquez organización ladmedis

nery cecilia salamanca jaimes, 8:18 a.m.

solo se envian las fichas técnicas el 4 de febrero?y los documentos el 12?

fu0

	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	CODIGO: BS-FO-BS-029
	CERTIFICACION CHAT CONTRATACION ELECTRONICA	VERSION: 2
		FECHA: JUL 2018
		PAGINA 6 de 13

los documentos se deben enviar en fisico y por correo?

Manuel Diaz, 8:19 a.m.

Buenos dias, de manera formal queremos solicitar si existe la posibilidad de allegar muestras fisicas solicitadas para este proceso en un tiempo superior, ya que algunos laboratorios se encuentran en convension y se dificulta que alleguen estas unidades para aportar, la intencion es si podemos ampliar al plazo para la radicacion de estas mismas?

8:20 a.m.

Es opcional de los oferentes la foliatura de los cuadernillos, pueden foliarlos de manera consecutiva todos o cada uno en forma independiente, también es opcional la forma de presentar los cuadernillos, pueden venir en sobres separados o todos los cuatro cuadernillos en un mismo sobre

sandra marquez torres, 8:20 a.m.

Respetuosamente solicitamos Ampliar el rango en el diametro de barreras y bolsas de Ostomia , que por ejemplo se considere un rango de 38-40milimetos , 57-60 , 45-50

Angélica, 8:20 a.m.

Angélica Mendoza de Arpa medical, cual es la fecha en las que se deben entregar las muestras? y en el grupo 10 de suturas quisiera saber cuantas muestras se deben entregar por Item?

nery cecilia salamanca jaimes, 8:21 a.m.

solicitamos colaboración con el formulario sarlaf en word o excel para facilita su diligenciamiento

LABORATORIOS, 8:22 a.m.

SS19-101 OBSERVACIONES ERASMO MEOZ - LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA.docx

nery cecilia salamanca jaimes, 8:22 a.m.

en caso de los productos que tengan registros invimas vencidos se podria presentar carta de solicitud de renovación?

8:22 a.m.

El 4 de febrero deben registrar en Bionexo la oferta económica y deben allegar Póliza de Seriedad de la Oferta, así como las fichas técnicas y muestras de los ítems que lo requieran conforme se detalla en las especificaciones técnicas del Anuncio, se recuerda que entregar las fichas técnicas y muestras solicitadas, rotuladas, relacionadas y especificando al ítem o código a que corresponda en el estudio. No enviar fichas técnicas ni muestras de los ítem que no se soliciten. Deben entregarse las muestras y / o fichas técnicas de los dispositivos solicitados y las fichas técnicas de los equipos de apoyo tecnológico.

Clara, 8:23 a.m.

Grupo 13 ítem 21 y 22 solicitamos aclarar si los resucitadores neonato y pediátrico requieren válvula PEEP

8:23 a.m.


Por favor para efectos del registro del chat se agradece al oferente Laboratorio Gothaplast transcribir las observaciones, no adjuntar docuementos para descargar

Clara, 8:24 a.m.

Grupo 13 ítem 275 electrodos, solicitamos modificar la unidad de medida de este ítem por unidad

*Handwritten initials/signature*

*Handwritten initials/signature*

	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	CODIGO: BS-FO-BS-029
		VERSION: 2
	CERTIFICACION CHAT CONTRATACION ELECTRONICA	FECHA: JUL 2018
		PAGINA 7 de 13

8:25 a.m.

El 12 de febrero hasta las 10 a.m. los oferentes tienen plazo de presentar los cuadernillos de Experiencia, Capacidad Jurídica y Capacidad Financiera y Organizacional, sin embargo, de nuevo recuerdo la importancia de allegar para el 4 de febrero Póliza de Seriedad de la Oferta

Jenny Alexandra Pacheco Garcia, 8:25 a.m.

Cordial saludo Soy jenny Pacheco de Ucipharma

LABORATORIOS, 8:26 a.m.

Buenos Días de acuerdo con la solicitud de la Institución las Observaciones de nuestra Firma LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA se transcribieron en el chat antes de ser enviado el archivo. como se evidencia en la parte superior del chat.

Jenny Alexandra Pacheco Garcia, 8:27 a.m.

Solicitamos ampliar la fecha de entrega de las fichas técnicas y las muestra ya que algunas empresas estamos fuera de la ciudad y es muy difícil el envío

8:28 a.m.

No existe mínimo ni máximo de certificaciones de experiencia, lo único es que la suma de lo ejecutado sume por lo menos el valor total ofertado, y que las certificaciones o actas de liquidación aportadas deben ser de contratos ejecutados entre el 04/02/2014 al 04/02/2019. No se aceptan copias de contratos, ni actas de terminación deben ser Certificaciones de contratos expedidas por la empresa contratante o actas de liquidación debidamente suscritas

Angélica, 8:29 a.m.

Angelica Mendoza de Arpa Medical, de la manera mas atenta solicito ampliar la fecha de las muestras en fisco ya que algunas empresas no nos encontramos en la ciudad y se nos dificulta cumplir con este tema por cuestiones de envío.

8:30 a.m.

En cuanto a los Estados Financieros se deben presentar con corte a 30 de junio de 2018, sin embargo el mismo Anuncio Público en el folio 45 a 46 contempla "En el evento de acreditar el oferente que conforme los estatutos de la Empresa los Estados Financieros se realizan por periodo anual, se admitirán los Estados Financieros vigentes para la época certificados por el Representante Legal y el Contador de la Empresa".

Las cantidades previstas en las especificaciones técnicas del grupo 9, así como en los demás grupos son para toda la anualidad, es la necesidad institucional para ejecutar desde la fecha en que se adjudique y legalice el contrato hasta el 31 de diciembre de 2019

Jenny Alexandra Pacheco Garcia, 8:32 a.m.

se puede acreditar la periodicidad de los estados financieros anuales con una carta del representante Legal o revisor fiscal?

8:33 a.m.


en el histórico de compras institucionales nos han ofertado para el ítem 280 del grupo 13, las dos referencias, por ello es que se solicitan fichas técnicas a los oferentes para ser objeto de evaluación+

nery cecilia salamanca jaimes, 8:33 a.m.

solicito respetuosamente sea aclarado la causal de rechazo de la propuesta literal h) Que se entiende por interpuestas personas?

*Y ASI*

*ALO*

	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	CODIGO: BS-FO-BS-029
	CERTIFICACION CHAT CONTRATACION ELECTRONICA	VERSION: 2
		FECHA: JUL 2018
		PAGINA 8 de 13

8:33 a.m.

Se agradece a los oferentes revisar las respuestas de la entidad y evitar preguntar sobre las mismas inquietudes ya absueltas a otros oferentes

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ agregó a BIDS - Johnson y Johnson . a esta conversación

Jenny Alexandra Pacheco Garcia, 8:34 a.m. por favor aclarar el requerimiento de los indicadores financieros capital de trabajo ,patrimonio

Laura, 8:35 a.m.

OBSERVACIONES SURGICON & CIA S.A.S.

Grupo 1 Esterilización a baja temperatura con peróxido de Hidrogeno: Solicitamos se permita la presentación y adjudicación de ofertas parciales POR ÍTEMS, lo anterior admitiendo la participación de pluralidad de oferentes y no forzando el principio de equidad que atiende el interés general.

Obligaciones Especiales del contratista: literal 7: Con la entrega de los equipos en comodato la entidad contratante garantizara el consumo total de las unidades referidas en el pliego?

Literal 15: El comodante se obliga asegurar los bienes objeto del comodato; Solicitamos respetuosamente excluir la responsabilidad de parte del comodante de la entrega de garantías con respecto a la entrega de los equipos en calidad de comodato; lo anterior teniendo en cuenta que El Comodatario es responsable de tomar la póliza de seguros que cubra la perdida parcial o total del bien objeto de este contrato, causado o sobrevenido por fuerza mayor y caso fortuito como son incendio, terremoto, inundaciones, asonadas, daños por sustracción, terrorismo, motín entre otros; para asegurar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato.

Vigencia de productos- Parágrafo: Solicitamos respetuosamente que la autorización de parte del Subgerente de servicios de salud y el supervisor con respecto a la entrega de los productos con vigencia inferior a 12 meses, proceda también para los dispositivos médicos no solo para medicamentos; adicionalmente solicitamos excluir de los términos del proceso la obligación de parte del contratista de reponer el producto en el evento de vencerse antes de su consumo; lo anterior teniendo en cuenta que las diferentes casas comerciales pueden realizar ofertas de este tipo de productos con fecha próxima a vencer con un costo inferior y este caso no procede cambio ni devolución de producto.

Grupo 5: Mallas: Solicitamos se permita la presentación y adjudicación de ofertas parciales POR ÍTEMS, lo anterior admitiendo la participación de pluralidad de oferentes y no forzando el principio de equidad que atiende el interés general.

Grupo 13:

Item 195 : Solicitamos confirmar las unidades requeridas por caja

Item 128 : Solicitamos respetuosamente ampliar el rango de presentación del detergente de tal forma que quede establecido hasta 5.000 ml

Item 286 Solicitamos aclarar si el dispositivo medico requerido es en dacron o ptf.


Muestras: Solicitamos respetuosamente se sirvan realizar evaluación técnica con base a las fichas técnicas y demás documentos técnicos aportados a la propuesta, lo anterior en razón al alto costo que tiene los productos; adicionalmente nos permitimos informar que nos encontramos en disposición de realizar trabajo de campo con estos productos cuando así lo requiera su institución.

8:37 a.m. Por directriz institucional la forma de adjudicación del grupo 5 mallas es por grupo, no es posible acceder a su solicitud, en cuanto a las especificaciones técnicas fueron dadas por los cirujanos del grupo de pared abdominal, razón por la cual tampoco se puede acceder a su petición

*Handwritten signature/initials*

*Handwritten signature/initials*



	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	CODIGO: BS-FO-BS-029
	CERTIFICACION CHAT CONTRATACION ELECTRONICA	VERSION: 2
		FECHA: JUL 2018
		PAGINA 9 de 13

en cuanto a las especificaciones técnicas del apoyo tecnológico GRUPO 1 "ESTERILIZACION A BAJA TEMPERATURA CON PEROXIDO DE HIDROGENO, fueron dadas por el área de ingeniería Biomédica, después de analizar la necesidad institucional, razón por la cual no es dable acceder a la solicitud de cambio de la especificación

Jenny Alexandra Pacheco Garcia, 8:41 a.m.

Se puede enviar la garantía y las fichas técnicas por correo y el 12 todos los documentos físicos

LABORATORIOS, 8:41 a.m.

En cuanto a los Estados Financieros se deben presentar con corte a 30 de junio de 2018, sin embargo el mismo Anuncio Público en el folio 45 a 46 contempla "En el evento de acreditar el oferente que conforme los estatutos de la Empresa los Estados Financieros se realizan por periodo anual, se admitirán los Estados Financieros vigentes para la época certificados por el Representante Legal y el Contador de la Empresa".

OBSERVACION: de acuerdo con esta respuesta solicitamos a la entidad aclarar si se permite presentar los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2017.

8:41 a.m.

en cuanto a las especificaciones técnicas del apoyo tecnológico PAPEL PARA ESTERILIZACION A BAJA TEMPARTURA CON PEROXIDO DE HIDROGENO DE 38 a 40 CM X 70 MTS, serán revisadas las fichas técnicas por el área encargada quien se encargará de validar al momento de la evaluación técnica si cumplen o no las especificaciones solicitadas

en cuanto a las especificaciones técnicas del apoyo tecnológico DOS AUTOCLAVES CON CAPACIDAD DE 60 A 100 LITROS DE UNA O DOS PUERTAS Y DOS SELLADORAS, fueron dadas por el área de ingeniería Biomédica, después de analizar la necesidad institucional, para dar cumplimiento a la norma en materia de acreditación, razón por la cual no es dable acceder a la solicitud de cambio de la especificación,

Gothplast y Jenny Pacheco sobre los estados financieros ya fue aclarado "los Estados Financieros se deben presentar con corte a 30 de junio de 2018, sin embargo el mismo Anuncio Público en el folio 45 a 46 contempla "En el evento de acreditar el oferente que conforme los estatutos de la Empresa los Estados Financieros se realizan por periodo anual, se admitirán los Estados Financieros vigentes para la época certificados por el Representante Legal y el Contador de la Empresa".

en caso de que los estatutos de la entidad indiquen que los estados financieros son con cortes anuales, esto es que solo cuentan con información financiera a corte 31 de diciembre de 2017, deben allegar la respectiva certificación expedida por el Representante Legal y el Contador de la Empresa, o Revisor Fiscal

HOSPICLINIC DE COLOMBIA SAS, 8:47 a.m.

Buenos días

8:48 a.m.


En cuanto al grupo 1 Esterilización a baja temperatura con peróxido de Hidrogeno, por directriz institucional la forma de adjudicación es por Grupos, no se permite adjudicación por ítems

HOSPICLINIC DE COLOMBIA SAS, 8:48 a.m.

Con respecto a los Estados Financieros, en la siguiente expresión: "Tanto los estados financieros solicitados como sus notas deben ser elaborados y presentados conforme al Decreto 2649 de 1993, por el cual se reglamente la contabilidad en general y se expiden los principios o normas de contabilidad generalmente aceptadas en Colombia" para el caso de entidades de naturaleza privada..." Me permito presentar las siguientes observaciones:

*AS*

*AS*

	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	CODIGO: BS-FO-BS-029
	CERTIFICACION CHAT CONTRATACION ELECTRONICA	VERSION: 2
		FECHA: JUL 2018
		PAGINA 10 de 13

1. El 13 de julio de 2009, se expidió la Ley 1314, por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e información financiera (NIIF) y de aseguramiento de información en Colombia (NIA), se señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento. La acción del Estado se dirigirá hacia la convergencia de tales normas de contabilidad, de información financiera y de aseguramiento de la información, con estándares internacionales de aceptación mundial

2. En virtud de la Ley 1314 de 2009 se expidieron los decretos reglamentarios para entidades clasificadas en los Grupo 1 (Decreto 2784 de 2012), Grupo 2 (Decreto 3022 de 2013) y Grupo 3 (Decreto 2706 de 2012), que aplicarían NIIF plenas, NIIF para Pymes y contabilidad simplificada para Microempresas, respectivamente.

3. La vigencia de los decretos reglamentarios, compilados en el Decreto Unico Reglamentario No.2420 de 2015, establecieron que a partir de la fecha de aplicación de los marcos técnicos normativos, no seguirían aplicando lo dispuesto en los Decretos 2649 y 2650 de 1993 y las normas que los modifiquen o adicione y demás normatividad contable vigente sobre la materia para ese entonces.

4. Los últimos Estados Financieros preparados conforme a los Decretos 2649 y 2650 de 1993 fue con corte a 31 de Diciembre de 2014 para el Grupo 1 y 3, y a 31 de Diciembre de 2015 para el Grupo 2.

8:48 a.m.

A los oferentes que están ingresando al chat reviera las respuestas ya dadas a otros participantes, con la finalidad de evitar responder sobre las mismas inquietudes

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ agregó a Fernando Rincón a esta conversación

HOSPICLINIC DE COLOMBIA SAS, 8:49 a.m.

grupo generales

código 21223 paquete de cirugía general estéril: por favor confirmar que debe contener el paquete

código 20064CI Bata desechable manga larga con puño resortado: por favor confirmar si el puño es en caucho o rib y en que área las van a usar si es para UCI, aislamiento.....

Por favor informar si para los códigos 20830 y 20829 apósito transparente de 10x20 y de 9x10 respectivamente y el código 20321 película transparente 12x25 se aceptan alternativas en relación a las medidas por ejemplo 15x25 y 11x14

grupo presión negativa

En relación a los códigos 21115, 21185 y 21210 por favor confirmar si aceptan alternativas pues las medidas solicitadas son de una marca específica.

Grupo laparoscopia

código 20733 trocar roscado 5x35 desechable corto pediátrico: por favor confirmar si acepta alternativa de 5x75mm

código 20990 trocar flexible para torax 5mm x 12mm y 15mm es posible ofertar solo la medida de 15mm

grupo de neurocirugía


En relación a los códigos 21037 y 20599 por favor confirmar si hay alguna diferencia técnica entre los dos tipos de hemostáticos

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ agregó a fernando.rincon1 a esta conversación

Fernando Rincón, 8:52 a.m.

*Handwritten signature/initials*

*Handwritten initials*

	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	CODIGO: BS-FO-BS-029
		VERSION: 2
	CERTIFICACION CHAT CONTRATACION ELECTRONICA	FECHA: JUL 2018
		PAGINA 11 de 13

buenos días. el tamaño de los injertos de duramadre que se debe cotizar, cuál es?

8:52 a.m. sobre ampliar la fecha del cierre no es posible acceder a su solicitud, por manual de contratación en la modalidad electrónica contempla un plazo mínimo de 3 días de publicación, frente a lo cual observamos que se dio un plazo razonable de 5 días para poder presentar oferta BIDS, 8:53 a.m. Buen día,

Respetados Señores

Una vez revisado el proyecto de pliego de condiciones del proceso citado, Johnson & Johnson de Colombia S.A., se permite realizar las siguientes observaciones:

Observación 1

## 2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Grupo 1 – Esterilización a Baja Temperatura – Apoyo Tecnológico

Solicitamos amablemente a el Hospital considerar que sea permitido presentar como apoyo tecnológico el esterilizador de una sola puerta garantizando que su funcionamiento será de optimas condiciones y se encontrará totalmente habilitado para proveer el mismo servicio que uno de dos puertas.

Observación 2

## 2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Grupo 12 – Solución Ortoftaldehido y Tiras

Solicitamos respetuosamente sea permitido ofertar productos con fechas de vencimiento inferiores a 12 meses ya que dadas las condiciones de las tiras por ejemplo, estas generalmente tienen una fecha de vencimiento corta por contener un reactivo químico (sulfito de sodio).

Observación 3

## 2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Grupo 10 - Suturas

Solicitamos amablemente confirmar para el ítem 20267 - POLIESTER TRENZADO RECUBIERTO CON POLIBUTILATO 2/0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 35-38 MM HEBRA 75 CMS O MAS el tamaño de la aguja o el calibre ya que actualmente en el marco no existe 2/0 de 35-38mm, solamente de 26 mm.

Observación 4

## 3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONTRATISTA

Solicitamos amablemente a la Entidad permitir la oferta de productos con fechas de vencimiento inferiores a 12 meses ya que algunos de estos debido a sus propiedades y características, pueden estar llegando al Hospital con plazos de vencimiento inferiores.

Observación 5


## 7.3. CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL

ESTADOS FINANCIEROS

Solicitamos amablemente a la Entidad permitir la presentación de Estados Financieros con corte a diciembre 31 de 2017 ya que conforme los estatutos de la compañía, los Estados Financieros se realizan por periodo anual certificados por el Representante Legal y Contador de la empresa. Por otro lado, estos Estados estos concuerdan con la experiencia registrada en el Registro Único Proponentes.

AS

AS

	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	CODIGO: BS-FO-BS-029
	CERTIFICACION CHAT CONTRATACION ELECTRONICA	VERSION: 2
		FECHA: JUL 2018
		PAGINA 12 de 13

Observación 6

## 2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### MUESTRAS

Solicitamos amablemente al Hospital aclarar las unidades de muestras que deben ser presentadas. En caso de que sea según presentación comercial, solicitamos sea permitida la presentación de muestras unitaria del producto según corresponda.

Observación 7

### 11. CRONOGRAMA

Solicitamos muy respetuosamente a la Entidad sea ampliado el plazo de presentación de ofertas en tres días hábiles, esto con el fin de lograr hacer la entrega de una oferta económica que satisfaga la necesidades del Hospital teniendo en cuenta la complejidad e importancia del proceso en cuestión.

Fernando Rincón, 8:55 a.m. para la presentación de la oferta física se puede enviar directamente por correo certificado? o requiere presentación personal de un apoderado de la empresa?

8:56 a.m. Sobre el literal 15 de las obligaciones especiales del contratista se deja la salvedad desde el inicio del proceso la necesidad de que el comodante asegure los bienes objeto del comodante, para evitar inconvenientes al momento de la adjudicación. Sin embargo este numeral debe leerse en forma integral con el PARAGRAFO: En el evento de presentarse siniestros que debían ser amparados por la Póliza contra todo riesgo y el comodante no haya otorgado la misma, asumirá en forma plena y exclusiva los perjuicios causados a los bienes objeto del comodato.

ENDOSURIGICAL, 8:58 a.m. Bueno días, por medio del presente Chat solicitamos sean tenidas en cuenta la ampliacion de las medidas de los siguientes ítems, permitiendo así la participación d varios oferentes y marcas y no solo ¿quedar un solo proveedor:

1. Item 25: Aposito poliuretano de 10\*20AG, ampliar medida para poder ofrecer entre un rago de 17.5\*17.5cm
2. Item 27: Aposito hidrocoloide de 5\*20cm, ampliar medidas para poder ofrecer 15\*15cm
3. Item 29: Aposito autoadhesivo de 15\*15, ampliar esta opción a 17.5\*17.5, ya que el pad tiene una medida de 15\*15 y adhesivo de 2.5CM

sandra marquez torres, 8:58 a.m. Buen días , sandra marquez ladmedis , No obtuve respuesta respecto a ampliar los rangos en bolsas y barreras de ostomia

Laura, 8:59 a.m. No obtuve respuesta de la vigencia de los productos


8:59 a.m. En cuanto al comodato de equipos y consumo de las unidades, vale la pena aclarar que el consumo de la entidad depende de la rotación de los pacientes, y el comodato tendrá una vigencia igual a la duración del contrato principal o hasta el agotamiento del insumo, se dejan las dos opciones al momento de la firma del contrato de comodato

nery cecilia salamanca jaimes, 9:00 a.m. buenos dias solicito respuesta a la pregunta sobre aquellos productos cuyo registro invima se encuentra vencido pero se cuenta con carta de solicitud de renovación . la pregunta es es aceptada dicha carta

Clara, 9:00 a.m. por favor dar respuesta a esta solicitud Grupo 13 ítem 21 y 22 solicitamos aclarar si los resucitadores neonato y pediátrico requieren válvula PEEP Grupo 13 ítem 275 electrodos, solicitamos modificar la unidad de medida de este ítem por unidad

*Handwritten signature/initials*

*Handwritten signature/initials*

	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	CODIGO: BS-FO-BS-029
	CERTIFICACION CHAT CONTRATACION ELECTRONICA	VERSION: 2
		FECHA: JUL 2018
		PAGINA 13 de 13

9:00 a.m. se aclara que se revisaran y resolverán las preguntas que fueron formuladas oportunamente dentro del chat y se absolverán mediante adenda que se publicará en la página web del Hospital

Siendo las 09:01 a.m. se da por terminado el chat del Proceso SS19-101

Fernando Rincón, 9:01 a.m. gripe 15 cód 20326 buenos días. el tamaño de los injertos de duramadre que se debe cotizar, cuál es?


ENDOSURIGICAL, 9:01 a.m. 1. Item 30: Aposito autoadhesivo de 20\*20, poder incluir medidas de 15\*15, incluyendo un pad 2.5cm


2. Item 35: Pelicula transparente 15\*20, ampliar medidas para poder ofrecer 15\*25cm

Jessica, 9:01 a.m. Muchas gracias por sus respuestas

9:02 a.m. A partir de este momento la entidad dará cierre a la etapa de formulación de observaciones y responderá exclusivamente las que se hayan suscitado dentro del presente chat en forma oportuna, no serán válidas observaciones presentadas por otros medios

Se expide a los treinta (30) días del mes de enero de 2019

  
 \_\_\_\_\_  
**ANDRÉS ELOY GALVIS JAIMES**  
 Subgerente de Servicios de Salud (e)

  
 Revisó y Aprobó: Mauricio Pinzón Barajas, Coordinador Actisalud Gabys  
 Proyectó: Angélica María Chaparro Quintero, Abogada Actisalud Gabys  
