

123 -

S.A.

San José de Cúcuta,

Doctor
CARLOS RAFAEL ORTEGA ZAMORANO
Representante Legal
LABORATORIO GOTHAPLAST LTDA
Carrera 72A No. 70-17
Teléfono 2516284
ventas@labgothaplast.com.co
Bogotá



Rad No. 2019-136-001760-1
2019-02-01 11:47 -
CEGDOCAUX4
Dest: CONTRATACION B
Rem/D: LABORATORIOS GOT
Asun: RESPUESTA A OBSE
Folios: 0
Anexos: SIN ANEXOS

www.opecolombia.com

Asunto: Respuesta a Observación Proceso SS19-101

Teniendo en cuenta la observación allegada mediante correo electrónico el día 31 de enero de 2019, a través del cual el oferente LABORATORIO GOTHAPLAST LTDA manifiesta que " no se tuvieron en cuenta las siguientes observaciones realizadas durante el chat realizado el día 30 de enero", nos permitimos aclarar que se realizó una revisión exhaustiva de cada una de las preguntas formuladas dentro del chat de Skype, programado dentro del proceso de la referencia, así como de cada una de las respuestas otorgadas por la entidad dentro de dicha etapa pre-contractual, encontrando que las mismas fueron absueltas mediante Certificación del Chat y Adenda No. 01, publicado el 30/01/19 en el SECOP (<https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-8933842>), y página web del Hospital link (<http://www.herasmomeoz.gov.co/index.php/contratacion/proceso-de-contratacion-2019>) y tal como se detalla a continuación:

Frente a la OBSERVACION 1: En el documento Certificación del Chat, visto en el inciso primero del folio 9, consta la respuesta a su inquietud.

Respecto a la OBSERVACIÓN 2, en el mismo documento Certificación del Chat, visto a folio 9, a las 8:41 consta la respuesta de la ESE HUEM.

De igual manera, sobre la OBSERVACIÓN 3 en el mencionado documento Certificación del Chat, visto a folio 9, a las 8:41, seguido de la respuesta a la Observación 2 consta la respuesta a su inquietud:

A su vez, previa consulta al área de Esterilización, se conceptuó modificar la especificación para el Apoyo Tecnológico Grupo 1 – Esterilización a Baja Temperatura, tal como se puede evidenciar en el folio 11 de la Adenda.

En consecuencia, no es admisible el oficio presentado por el oferente **LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA**.

Atentamente



ANDRÉS ELOY GALVIS JAIMES
Subgerente de Servicios de Salud (e)

Revisó y Aprobó: Judith Magaly Carvajal, Asesora Jurídica Actisalud GABYS
Proyecto: Angélica María Chaparro Q., Abogada Actisalud GABYS

Bogotá D.C., 31 de Enero de 2019

Señores:
 HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ E.S.E
 Cúcuta, Norte de Santander

ASUNTO: OBSERVACIONES PROCESO No SS19-101

Cordial Saludo,

Por medio de la presente nuestra firma LABORATORIOS GOTHA PLAST LTDA, se permite realizar las siguientes observaciones:

Revisando las respuestas emitidas por la institución mediante adenda No 01 al anuncio público No SS19-101, evidenciamos que no se tuvieron en cuenta las siguientes observaciones realizadas durante el chat realizado el día 30 de enero. Por lo cual solicitamos se revise el chat y se genere las respuestas solicitadas por nuestra firma

OBSERVACIONES E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ.

ESPECIFICACIONES TECNICAS: GRUPO 1 - ESTERILIZACION BAJA TEMPERATURA CON PEROXIDO DE HIDROGENO.
OBSERVACION 1: PAGINA 1 - COLUMNA "ESPECIFICACIONES TECNICAS".

2. ESPECIFICACIONES TECNICAS					
Bienes: Con base en la experiencia institucional, los reportes de eventos adversos y de tecnovigilancia, se requiere el cumplimiento mínimo de las siguientes especificaciones técnicas:					
GRUPO 1 ESTERILIZACION A BAJA TEMPERATURA CON PEROXIDO DE HIDROGENO					
CODIGO	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	ESPECIFICACIONES TECNICAS	CANTIDAD	
1	20717	ACCESORIOS PARA ESTERILIZACION A BAJA TEMPERATURA CON PEROXIDO DE HIDROGENO	KIT	FICHA TECNICA / APOYO TECNOLÓGICO (DOS AUTOCLAVES CON CAPACIDAD IGUAL O MAYOR A 100 LTS DE DOS PUERTAS Y DOS SELLADORAS)	1
2	20118	AGENTE ESTERILIZANTE PARA ESTERILIZACION A BAJA TEMPERATURA CON PEROXIDO DE HIDROGENO	CICLO		2450
3	20185	CINTA TESTIGO PARA PEROXIDO DE HIDROGENO	ROLLO		70
4	2033201	INDICADOR BIOLÓGICO PARA PEROXIDO DE HIDROGENO	UNIDAD		1000
5	20590	INDICADOR QUÍMICO PARA PEROXIDO DE HIDROGENO	UNIDAD		30000



Solicitamos respetuosamente a la entidad E.S.E Hospital universitario Erasmo Meoz, para el GRUPO 1 "ESTERILIZACION A BAJA TEMPERATURA CON PEROXIDO DE HIDROGENO" Columna "**ESPECIFICACIONES TECNICAS** - FICHA TECNICA / APOYO TECNOLOGICO (DOS AUTOCLAVES CON CAPACIDAD IGUAL O MAYOR A 100 LITROS DE DOS PUERTAS Y DOS SELLADORAS). Ampliar el rango en la capacidad de litros solicitados y aceptar equipos de una o doble puerta, dejando así la especificación: "**FICHA TECNICA / APOYO TECNOLOGICO (DOS AUTOCLAVES CON CAPACIDAD DE 60 A 100 LITROS DE UNA O DOS PUERTAS Y DOS SELLADORAS)**"

OBSERVACION 2: PAGINA 2 - COLUMNA "ESPECIFICACIONES TECNICAS"
CODIGO 8 20455: PAPEL PARA ESTERILIZACION BAJA TEMPERATURA CON PEROXIDO DE HIDROGENO DE 40 CM X 70 MTS.

ITEM 835:					
6	20765	PAPEL PARA ESTERILIZACION A BAJA TEMPERATURA CON PEROXIDO DE HIDROGENO 50 cm x 70 mts	ROLLO		48
7	20764	PAPEL PARA ESTERILIZACION A BAJA TEMPERATURA CON PEROXIDO DE HIDROGENO 7.5 cm x 70 mts	ROLLO		28
8	20455	PAPEL PARA ESTERILIZACION A BAJA TEMPERATURA CON PEROXIDO DE HIDROGENO DE 40CM X 70 MTS.	ROLLO		26
9	20454	PAPEL PARA ESTERILIZACION A BAJA TEMPERATURA CON PEROXIDO DE HIDROGENO DE 10CM X 70 MTS	ROLLO		48



Solicitamos respetuosamente a la entidad E.S.E Hospital universitario Erasmo Meoz, para el GRUPO 1 "ESTERILIZACION A BAJA TEMPERATURA CON PEROXIDO DE HIDROGENO" Columna "NOMBRE" - PAPEL PARA ESTERILIZACION A BAJA TEMPARTURA CON PEROXIDO DE HIDROGENO DE 40 CM X 70 MTS). Ampliar el rango de medida a: **PAPEL PARA ESTERILIZACION A BAJA TEMPARTURA CON PEROXIDO DE HIDROGENO DE 38 a 40 CM X 70 MTS).**

5. OFERTA

1. **TIPOS DE OFERTA:** Las ofertas serán tenidas en cuenta bajo los siguientes criterios:

GRUPO 1 ESTERILIZACION A BAJA TEMPERATURA CON PEROXIDO DE HIDROGENO (PARA USO CON EQUIPO EN COMODATO). OFERTA POR GRUPO. Los oferentes deben presentar la tecnología a usar como apoyo tecnológico (ficha técnica) se requieren dos esterilizadores con capacidad igual o mayor a 100 LTS de dos puertas y dos selladoras.

GRUPO 2 BOMBA DE INFUSION: OFERTA POR GRUPO. Se requiere apoyo tecnológico con equipos compatibles con los insumos ofertados, duración de la batería mínimo de media hora. Se deben entregar 140 equipos de tres canales o 420 equipos apilables de 1 canal. La entrega de los mismos debe realizarse en el momento del inicio del contrato.

OBSERVACION 3: PAGINA 34 " 5 OFERTA "

Solicitamos respetuosamente a la entidad E.S.E Hospital universitario Erasmo Meoz, Ampliar el rango en la capacidad de litros solicitados y aceptar equipos de una o doble puerta, dejando así la especificación requerida: "**DOS AUTOCLAVES CON CAPACIDAD DE 60 A 100 LITROS DE UNA O DOS PUERTAS Y DOS SELLADORAS**".

Atentamente,



CARLOS RAFAEL ORTEGA ZAMORANO
REPRESENTANTE LEGAL
JSM

