

San José de Cúcuta, Norte de Santander

Señor
JUAN CARLOS MARTINEZ C.
Representante Legal
QUINBERLAB S.A.
licitaciones@quinberlab.com

ASUNTO: OBSERVACIONES A EVALUACIONES DEFINITIVAS

REF. PROCESO SS19-140 SUMNISTRO REACTIVOS DE INMUNOLOGIA-HEMATOLOGIA-COAGULACION-GASES ARTERIALES, INMUNOLOGIA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, INMUNOHEMATOLOGIA ESPECIAL, QUIMICA-UROANALISIS, MICROBIOLOGIA CON APOYO TECNOLÓGICO Y MATERIALES E INSUMOS VARIOS PARA EL LABORATORIO CLINICO DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ.

Cordial Saludo;

En atención a la comunicación de la referencia en virtud de la cual presentan observaciones al Informe de Revisión de Evaluación Técnica del proceso SS19-140 publicado en la página web de la entidad el día primero de abril de 2019, la subgerencia de salud y el servicio de laboratorio se permita dar respuesta en los siguientes términos :

RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR QUINBERLAB

OBSERVACION No. 1

Debe instalarse un Equipo nuevo, y si se encuentra en comodato debe haber renovación tecnológica y no ser mayor a 5 años. Que realice de 100 a 240 pruebas por hora, que los tiempos de incubación sean menores a 18 minutos, que pueda cargar hasta 30 envases de reactivos, refrigerada entre 4°C y 8°C. Control de integridad Identificación de reactivos con

Respuesta 1 . El analizador Cobas E-601 no cumple con los tiempos de incubación según pliego menores a 18 minutos con todas las pruebas contratadas, como es el caso de Core IgG - Ig M , Vitamina B12 por citar.

OBSERVACION No. 2

EQUIPOS BACKUP DE HEMATOLOGÍA AUTOMATIZADO DE CUARTA GENERACIÓN: Que de reportes numéricos y gráficos igual o mayor a 26 parámetros: WBC, 3C, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, VPM, IDE, PLT, PCT, IDP, LYM, MON, GRA, rM%, MON%, GRA% o los que correspondan e Histogramas; con sistema de muestreo anual y automático , con capacidad para procesar 100 cuadros hemáticos por hora. El



Respuesta 2.

El analizador XN 550 de back up ofertados no tienen la capacidad de procesar 100 CH/hora

SOPORTE PROPONENTE QUIMBERLAB S.A.

EQUIPO XN 550

Dimensions / weights

W x H x D [mm / kg]

XN-550: 450 x 450 x 660 / approx. 53 kg

Throughput

up to 60 samples/h in WB mode

up to 70 samples/h in WB mode with the optional Speed-up licence

Aspiration volume

25 µL in WB mode,

70 µL in PD and BF mode

OBSERVACIÓN 3.

Puntas desechables para evitar el arrastre de muestras.

Sin embargo, el equipo ofertado IMMULITE 1000 como se evidencia en la imagen posee una punta de acero o teflón.

Respuesta 3: La plataforma Immulite 1000 no constituye un equipo de back up, dado que la plataforma principal es CENTAUR XPT con su back up CENTAUR CP. Además, por la tecnología usada por centrifugación vertical evita la presencia de sustancias inespecíficas generando resultados de calidad.

Además, esta plataforma solo se usará para el procesamiento de dos pruebas, cuya rotación no es de alto volumen.

IMMULITE 1000

Sistema de Inmunoensayos

Pantalla Touch Screen y software en plataforma Windows 2000 de fácil navegación.
Diluciones a bordo para pruebas específicas.

Dos modos de funcionamiento, estándar y

Especificaciones técnicas

Tecnología

- Quimioluminiscencia enzimática amplificada que permite el desarrollo de pruebas de tercera generación.
- Tecnología patentada de lavado por centrifugación vertical que permite la remoción efectiva de sustancias inespecíficas generando resultados de excelente calidad.



OBSERVACION No. 4

En el pliego de condiciones se estipula:

GRUPO No. 1: INMUNOLOGIA- HEMATOLOGIA				
No:	CODIGO INTERNO	DESCRIPCION	UNIDAD/ MEDIDA	CANTIDAD
16	30836	CITOMEGALOVIRUS IgM	PRUEBAS	500
17	30857	CITOMEGALOVIRUS IgG	PRUEBAS	500

Para las pruebas anteriormente relacionadas el oferente SIEMENS HEALTHCARE S.A.S oferta IMMULITE 1000; sin embargo, no relaciona un equipo backup que procese dichas pruebas, es decir que en caso de presentarse una falla la entidad no cuenta con otro analizador de respaldo. Por consiguiente, **NO CUMPLE** con lo solicitado en el pliego de condiciones.

Respuesta 4:

La presente convocatoria deja saber:



“*En caso de daño en equipos en apoyo tecnológico y/o no envío de reactivos oportunamente, el contratista debe garantizar un Plan B de Contingencia para transporte de las muestras y realización de las pruebas, sin generación de costo adicional alguno para el Hospital, lo anterior lo debe garantizar con un contrato firmado con un Laboratorio Clínico de la misma tecnología y de nivel de alta complejidad 24 horas / 7 días, inmediatamente legalizado el contrato con el Hospital. “” (Página 18 de 47). Además, esta plataforma solo se usara para el procesamiento de las pruebas en mención (SOLO UN 5%) , cuya rotación no es de alto volumen. Caso específico también con el Dímero D (solo un 4%) que por ser una sola prueba no se exige equipo backup, sino que aplicara lo antes mencionado.

Por lo anterior, se consideran resueltas las observaciones presentadas por QUINBERLAB S.A., en consecuencia la Revisión del Informe de Evaluación Técnica de la fecha 1 de abril de 2019 del proceso SS19-140, permanecerá vigente y sin sufrir modificación alguna.

Atentamente,


ANDRES ELOY GALVIS JAIMES
Subgerente de Salud (e)


NANCY BUSTOS SOSA
Coordinadora Laboratorio Clínico

 **Barobó, Mauricio Pinzón Barajas – Coordinador Actisalud GABYS**
 **Proyecto. Paola Cornejo Carrascal-Abogada Actisalud GABYS.**