ADENDA No: 01 A LA INVITACION PUBLICA DE MINIMA CUANTIA

PROCESO No: SA20M-161

1. OBJETO CONTRACTUAL

CALIBRACIÓN DE MANOMÉTROS INSTALADOS EN LOS AISLADORES ASEPTICOS PERTENECIENTES A LA CENTRAL DE MEZCLAS

2. OBSERVACIONES

Publicada la invitación publica de mínima cuantía , dentro del plazo fijado en el cronograma se presentaron las siguientes observaciones:

No:	NOMBRE	OBSERVACION	RESPUESTA
1	**CELSIUS METROLOGIA**	Analizando la propuesta para los manómetros de presión diferencial, agradecemos nos puedan informar el rango y la exactitud o marca y modelo de los 7 equipos, ya que estos es fundamental para mirar si nuestro laboratorio cumple con el alcance y podernos presentar. Adicional confirmar si es obligatorio que el servicio sea prestado en sitio del cliente.	**RTA.. Se procede aclarar a continuación en el siguiente acápite.**

3. ACLARACIONES

Teniendo en cuenta las observaciones planteadas se realizan las siguientes aclaraciones :

1. especificaciones técnicas de los manómetros del aislador, un aislador es un control de ingeniería primario que provee un ambiente de trabajo ISO 5. cuenta con una cámara y una antecámara, ese diferencial de presión se mide con dos manómetros análogos de las siguientes características :

   Fabricante DWYER
   Rango de Mediciones: -0,5 inH20 A 0.5 inH2O
   División de escala: 0,02 in H2O
   CANT: 6

2. especificaciones técnicas del manómetro de área, se usa para medir el diferencial de presión entre dos recintos cerrados y posee las siguientes características...
   manómetro de área:

   Faricante DWYER
   Rango de Mediciones: 0inH2O(4°C) a 0,25 inH2O(4°C)
   División de escala: 0,005inH2O
   CANT: 1.

3. las calibraciones deben llevarse a cabo en el sitio a no ser de que el proveedor instale manómetros como back up y estos cumplan con las especificaciones y que no afecte las actividades de producción del sitio.

Se expide en San José de Cúcuta, a los Cuatro (4) días del mes de Marzo de 2020

FIRMADO ORIGINAL

_____

SORAYA TATIANA CACERES SANTOS
Subgerente Administrativo

Revisó y Aprobó: Mauricio Pinzón Barajas, Coordinador Actisalud GABYS
Proyectó: Ana Ortiz- Técnica Administrativa GABYS