
	3.7.1 ADENDA		CODIGO DEL FORMATO	ABS-FO-BS- 044
	PLIEGO DE CONDICIONES O INVITACION PUBLICA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS			
ELABORO	VERIFICÓ	APROBÓ	VERSIÓN DEL FORMATO: 01	FECHA ULTIMA ACTUALIZACION: 26 DE NOVIEMBRE 2013
Coordinador Adquisición bienes y servicios-JMC	Coordinador GABYS	Gerencia	Página 1 de 1	

ADENDA No: 001 AL ANUNCIO PUBLICO			
PROCESO No: SS14-112			
1. OBJETO CONTRACTUAL			
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABILITACIÓN EN EL SERVICIO DE URGENCIAS DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ DE CÚCUTA.			
2. OBSERVACIONES			
Publicado el anuncio público, dentro del plazo fijado en el cronograma se presentaron las siguientes observaciones:			
NO:	NOMBRE	OBSERVACION	RESPUESTA
1	IME COLOMBIA SAS	VALIDEZ DE LA PROPUESTA	IRREVOCABLE, SIN EMBARGO PARA EFECTOS DEL PROCESO SE PUEDE PLANTEAR 90 DIAS.
2	IME COLOMBIA SAS	OFERTA DE UNION TEMPORAL PRESENTADA POR UNA EMPRESA	ES POSIBLE HACIENDO LA OBSERVACION DE LA CONFORMACION DE LA UNION TEMPORAL
3	HOSPICLINIC COLOMBIA SA	AMPLIACION DEL PLAZO A 60 DIAS	SE RECHAZA LA OBSERVACION POR NECESIDAD
4	IME COLOMBIA SAS	NO SE INCLUYO ESTIMULADOR NERVI PERISFERICO EN EL PDC - BIONEXO	SE ANULA ID 1071632 Y SE APERTURA PDC EN BIONEXO 1072606 INCLUYENDO EL ITEM ESTIMULADOR NERVI PERISFERICO
	HOSPICLINIC	CUNA DE OBSERVACION PERILLA METALICA Y/O PLASTICA	SOLO METALICA
	HOSPICLINIC	CARRO PORTAHISTORIA METALICA Y/O MADECOR BLANCO	SOLO METALICO
	IME COLOMBIA SAS	D5935 BANCOS GIRATORIOS SE SUGIERE QUE LA ALTURA GRADUABLE ESTE DENTRO DE UN RANGO DE 50 A 80 +0- 3	LAS ALTURAS GRADUABLES QUE OSCILEN ENTRE 0.50 Y 0.80, MODIFICATORIAS DE LAS PREVISTAS INICIALMENTE EN EL ANUNCIO.
	HOSPICLINIC	BIOMBO REQUERIDO ES DE 3 CUERPOS O DE 2 CUERPOS YA QUE SEGUN LA ESPECIFICACION LOS QUE CONTIENE 5 PATAS SON LOS DE 2 CUERPOS	BIOMBO DE 3 CUERPOS, LAS PATAS DEBEN TENER TAPONES DE CAUCHO, SE OMITI EL NUMERO DE PATAS.
	CAROLINA RAMIREZ	SOLICITA VIABILIDAD PROPUESTAS PARCIALES	SE RECHAZA, SOLO SE ADMITE PROPUESTA TOTAL QUE INCLUYA LOS (3) GRUPOS
	HOSPICLINIC DE COLOMBIA SAS	CAMILLAS FIJAS CON BASTIDOR METALICO Y/O MADERA	METALICO
	HOSPICLINIC	INCUBADORA DE TRANSPORTE REQUIERE MONITOR	SIN MONITOR
	CAROLINA RAMIREZ	PROCESO INSCRIPCION BANCO DE OFERENTES	NO SE HA IMPLEMENTADO
	HOSPICLINIC	ACLARACION ITEM BONIFICACIONES	VALOR AGREGADO DEBIDAMENTE CUANTIFICADO, ES DECIR BENEFICIOS ADICIONALES QUE SERAN OBJETO DE EVALUACION
	HOSPICLINIC	MEDIDAS CIZALLAS	PEQUEÑAS ENTRE 145 Y 170 ML, MEDIANA ENTRE 175 A 190 ML Y GRANDE ENTRE 200 Y 280 ML


	3.7.1 ADENDA		CODIGO DEL FORMATO	ABS-FO-BS- 044
	PLIEGO DE CONDICIONES O INVITACION PUBLICA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS			
ELABORO	VERIFICÓ	APROBÓ	VERSIÓN DEL FORMATO: 01	FECHA ULTIMA ACTUALIZACION: 26 DE NOVIEMBRE 2013
Coordinador Adquisición bienes y servicios-JMC	Coordinador GABYS	Gerencia	Página 2 de 1	

HOSPICLINIC	MEDIDAS GRUPO INSTRUMENTAL	
DESCRIPCION		MEDIDA
CLAMP DE KERNS, ESPECIFICACIÓN REQUERIDA: PEQUEÑA, MEDIANA Y GRANDE, SE SOLICITA ESPECIFICAR LA LONGITUD YA QUE EN EL MERCADO EXISTEN DIVERSAS MEDIDAS.		PEQUEÑA: 155MM MEDIANA: 240MM GRANDE: 320MM
CLAMP DE LOWMAN, ESPECIFICACIÓN REQUERIDA: PEQUEÑA, MEDIANA Y GRANDE, SE SOLICITA ESPECIFICAR LA LONGITUD YA QUE EN EL MERCADO EXISTEN DIVERSAS MEDIDAS.		PEQUEÑA: 170MM MEDIANA: 205MM GRANDE: 210MM
PINZAS HARTMAN, ESPECIFICACIÓN REQUERIDA: PEQUEÑA, MEDIANA, SE SOLICITA ESPECIFICAR LA LONGITUD YA QUE EN EL MERCADO EXISTEN DIVERSAS MEDIDAS.		PEQUEÑA: 85MM MEDIANA: 140MM
TIJERA DE MAYO, ESPECIFICACIÓN REQUERIDA: RECTA PEQUEÑA, SE SOLICITA ESPECIFICAR LA LONGITUD YA QUE EN EL MERCADO EXISTEN DIVERSAS MEDIDAS		140MM
TIJERA DE MAYO, ESPECIFICACIÓN REQUERIDA: MEDIANA, SE SOLICITA ESPECIFICAR LA LONGITUD YA QUE EN EL MERCADO EXISTEN DIVERSAS MEDIDAS.		155MM
TIJERA DE METZEMBAUT, SE REQUIEREN PEQUEÑA Y MEDIANA, SE SOLICITA ESPECIFICAR LA LONGITUD YA QUE EN EL MERCADO EXISTEN DIVERSAS MEDIDAS.		PEQUEÑA: 145MM MEDIANA: 180MM
TIJERA FINA, SE REQUIEREN RECTA, SE SOLICITA ESPECIFICAR LA LONGITUD YA QUE EN EL MERCADO EXISTEN DIVERSAS MEDIDAS.		145MM
CINCEL, SE REQUIERE RECTO Y CURVO FINO PARA NARIZ, SE SOLICITA ESPECIFICAR MEDIDA.		DE 5MM Y DE 6MM
CINCEL, SE REQUIERE PEQUEÑOS, MEDIANOS Y GRANDES, SE SOLICITA ESPECIFICAR MEDIDA		PEQUEÑOS: 15MM MEDIANOS: 20MM GRANDES: 25MM
IME COLOMBIA	CUNAS DE OBSERVACION NO SE HACE REFERENCIA A COLCHONES	INCLUYE COLCHONES
IME COLOMBIA	CÓDIGO D5403 SOLICITAMOS CONSIDERAR QUE EL TAMAÑO DE LA PANTALLA SEA DE MÍNIMO: 5	MINIMO 5"
IME COLOMBIA	GARANTIAS REQUERIDAS POR CADA GRUPO	GARANTIAS MINIMOS: 1 AÑO PARA EQUIPOS, GRUPO 2 10 AÑOS Y GRUPO 3 1 AÑO.
HOSPICLINIC	ID 385 LARINGOSCOPIO, ESPECIFICAR QUE CANTIDAD Y QUE NUMERO DE HOJAS RECTAS Y CURVAS SE SOLICITAN	NUMEROS DE HOJAS 0, 00, 2, 3 Y 4 - CANTIDAD 1 HOJA DE CADA NUMERO DE HOJAS TANTO RECTAS COMO CURVAS.
	SOLICITAMOS ACLARAR EN EL EQUIPO DE BIOENDOSCOPIA EL VIDEOUDENOSCOPIA, ESPECIFICAR LA MARCA ESPECIFICA Q SE REQUIERE YA QUE EXISTEN VARIAS MARCAS EN EL MERCADO PARA SABER CUAL ES COMPATIBLE CON LA TORRE QUE LA INSTITUCION UTILIZA.	NO SE REQUIERE PRECISION DE MARCA POR CUANTO SE VA ADQUIRIR EL EQUIPO COMPLETO, INCLUIDO TORRE.

3. MODIFICACIONES

Teniendo en cuenta las observaciones planteadas se realizan las siguientes modificaciones y/o



	3.7.1 ADENDA		CODIGO DEL FORMATO	ABS-FO-BS- 044
	PLIEGO DE CONDICIONES O INVITACION PUBLICA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS			
ELABORO	VERIFICÓ	APROBÓ	VERSIÓN DEL FORMATO: 01	FECHA ULTIMA ACTUALIZACION: 26 DE NOVIEMBRE 2013
Coordinador Adquisición bienes y servicios-JMC	Coordinador GABYS	Gerencia	Página 3 de 1	

complementación:

1. MEDIDAS CIZALLAS
2. MEDIDAS GRUPO INSTRUMENTAL
3. CÓDIGO D5403 SOLICITAMOS CONSIDERAR QUE EL TAMAÑO DE LA PANTALLA SEA DE MÍNIMO: 5”.
4. NUMERO DE HOJAS Y CANTIDADES LARINGOSCOPIO
5. GARANTIAS POR CADA GRUPO

4. ACLARACIONES

1. Mediante chat celebrado el día 26 de febrero de 2014 se plantearon observaciones y se dio respuesta a las mismas.
2. No obstante lo anterior, a través de esta adenda se precisan respuestas, aclarando, modificando y complementando los ítems y condiciones representativas.
3. Las siguientes empresas presentaron oferta en el PDC anulado ID 1071632 INCLUYENDO EL ITEM ESTIMULADOR NERVI PERISFERICO 1031632. Por tanto, **deben diligenciar nuevamente la oferta en el PDC ID 1072606:**

IME, UNION TEMPORAL DOMINE, INDUSTRIAS NORTECAUCANAS Y/O INORCA LTDA, L.A.S. ELECTROMEDICINA SA, MANUFACTURAS HOSPITALARIAS LTDA Y TECNOSALUD AMERICA.

En consecuencia, se modifica el anuncio público teniendo en cuenta las observaciones planteadas, con el objeto de salvaguardar los principios que rigen la contratación estatal y los fines de la E.S.E. HUEM. La presente adenda forma parte integrante del contrato y deben tenerse en cuenta en las respectivas ofertas.

Se expide en San José de Cúcuta, a los 27 días del mes de febrero de 2014

ORIGINAL FIRMADO

JUAN ALBERTO BITAR MEJIA
Subgerente de Servicios de Salud

Aprobó: Comité de Contratación
Proyectó: Coordinador GABYS

