

	6. CERTIFICACION CHAT CONTRATACION ELECTRÓNICA		CODIGO DEL FORMATO	ABS-FO-BS-057
ELABORO	VERIFICÓ	APROBÓ	VERSIÓN DEL FORMATO: 01	FECHA ULTIMA ACTUALIZACION: 16 ENERO 2014
Coordinador Adquisición Bienes y Servicios	Coordinadora GABYS	Gerencia	Página 1 de 28	

EL SUBGERENTE DE SALUD

CERTIFICA

Que en la fecha, lugar y hora indicados en el cronograma del proceso No:SS14-182, se realizó el chat de grupo **GABYS ESE HUEM**, Cuenta Skype: **ESE HUEM**, con el objeto de receptionar y absolver observaciones.

Que en constancia se adjunta pantallazo junto con las respectivas comunicaciones :




[10:33:58 a. m.] *** ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ ha agregado a Milena Ramírez

[10:34:16 a. m.] ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ: BUEN DIA



Av. 11 Este 5AN - 71 Guaimaral - PBX 574 6888
www.herasmomeoz.gov.co
Cúcuta - Norte de Santander



	6. CERTIFICACION CHAT CONTRATACION ELECTRÓNICA		CODIGO DEL FORMATO	ABS-FO-BS-057
ELABORO	VERIFICÓ	APROBÓ	VERSIÓN DEL FORMATO: 01	FECHA ULTIMA ACTUALIZACION: 16 ENERO 2014
Coordinador Adquisición Bienes y Servicios	Coordinadora GABYS	Gerencia	Página 2 de 28	

[10:34:23 a. m.] *** ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ ha agregado a licitaciones-jomedical ***

[10:34:25 a. m.] *** ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ ha agregado a live:comercial.steris ***

[10:34:29 a. m.] *** ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ ha agregado a Capacitacion Quirurgil ***

[10:34:29 a. m.] Manuel Diaz: Muy buenos dias

[10:34:40 a. m.] *** ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ ha agregado a Cristina Jácome ***

[10:35:08 a. m.] licitaciones-jomedical: Buenos Dias

[10:35:15 a. m.] Surgiplast Ltda: Muy buen dia

[10:35:21 a. m.] Capacitacion Quirurgil: BUENOS DIAS

[10:35:30 a. m.] Cristina Jácome: Buenos días

[10:35:34 a. m.] ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ: Buenos días, se apertura chat proceso SS14-182 EQUIPOS PARA URGENCIAS


[10:36:45 a. m.] Capacitacion Quirurgil: buenos días por favor nos informan el procedimiento sobre cómo se va a desarrollar el chat

[10:37:48 a. m.] Sandra Milena: buen dia

[10:38:38 a. m.] ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ: DURANTE EL LAPSO DE TIEMPO SEÑALADO, SE RECEPCIONAN OBSERVACIONES Y SE DA RESPUESTA A LAS MISMA, DE SER NECESARIO, SE ELABORAN ADENDAS AL ANUNCIO PUBLICO QUE SERAN PUBLICADAS EN LA PAGINA WEB DE LA ENTIDAD. www.herasmomeoz.gov.co LINK CONTRATACION

[10:39:07 a. m.] ronal manzano "IMPORTADORA MEDICA LOS ANDES": DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN LA EXPERIENCIA DEL PROCESO N° SS14-182 EN EL NÚMERO 6.1 PROPONEMOS LO SUIGUIENTE:



	6. CERTIFICACION CHAT CONTRATACION ELECTRÓNICA		CODIGO DEL FORMATO	ABS-FO-BS-057
ELABORO	VERIFICÓ	APROBÓ	VERSIÓN DEL FORMATO: 01	FECHA ULTIMA ACTUALIZACION: 16 ENERO 2014
Coordinador Adquisición Bienes y Servicios	Coordinadora GABYS	Gerencia	Página 3 de 28	

1. Solicitamos tener en cuenta la experiencia en contratos de MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, ya que las ofertas y garantías son muy significativas e importantes en el cumplimiento de este tipo de contratos.

2. De igual forma solicitamos tener en cuenta la experiencia en los siguientes grupos:

1. Equipos biomédicos y dispositivos médicos para urgencias
2. Instrumental para urgencias.
3. Mobiliario.

POR LO TANTO SOLICITAMOS TENER EN CUENTA LA EXPERIENCIA DE LOS ULTIMOS 5 AÑOS, CON CONTRATOS DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO

[10:40:02 a. m.] rodolfo celis quintero: Buenos dias

[10:41:04 a. m.] Adriana Santana: Dentro del numeral 6.1 EXPERIENCIA

[10:42:15 a. m.] Adriana Santana: LA ENTIDAD SOLICITA QUE LA EXPERIENCIA DEBE SER A PARTIR DEL 2012, SOLICITAMOS SEA AMPLIADA A LOS ULTIMOS 5 AÑOS GARANTIZANDO DE ESTA MANERA UNA TRAZABILIDAD DE LA EMPRESA PARTICIPANTE EN LA COMERCIALIZACION DE EQUIPOS BIOMEDICOS EN EL TERRITORIO NACIONAL

[10:44:03 a. m.] Capacitacion Quirurgil:


1. En la página 18 numeral 4. OFERTA establece: 1. TIPOS DE OFERTA: no se aceptan propuestas parciales, se registrá por el Sistema de Precios Unitarios, sin ajustes.

Solicitamos a la entidad precisar si aceptan que las Compañías presentemos ofertas por grupo, o es de obligatorio cumplimiento presentar oferta por los 3 grupos.

[10:44:24 a. m.] ronal manzano "IMPORTADORA MEDICA LOS ANDES": .1 EXPERIENCIA

El proponente debe acreditar, mediante certificación y/o acta de liquidación, la ejecución de contratos relacionados con el objeto del presente proceso, o con el mantenimiento de equipos biomédicos, o con lo titulo de los grupos del numeral 2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, por un



	6. CERTIFICACION CHAT CONTRATACION ELECTRÓNICA		CODIGO DEL FORMATO	ABS-FO-BS-057
ELABORO	VERIFICÓ	APROBÓ	VERSIÓN DEL FORMATO: 01	FECHA ULTIMA ACTUALIZACION: 16 ENERO 2014
Coordinador Adquisición Bienes y Servicios	Coordinadora GABYS	Gerencia	Página 4 de 28	

monto igual o mayor al cincuenta (50%) del presupuesto oficial del proceso actual, a partir de la vigencia 2010.”

[10:44:37 a. m.] Cristina Jácome: Con relación a la experiencia, dentro del numeral 6.1, se puede observar con todo respeto que contra toda lógica humana, la experiencia en este caso se pierde con los años pues solo aceptan experiencia a partir del año 2.012 (es decir un poco más de un año) con lo que el hospital deja cerrada la posibilidad a empresas con gran experiencia, pero que en el último año no han realizado contratos , contrariando la lógica humana de que la experiencia se gana con los años; por tanto solicito que si no han habido cambios técnicos o científicos que valoren el reducir a un año la experiencia debe aceptarse cualquier tipo de experiencia de lo contrario se rompería el principio de igualdad , de transparencia , de imparcialidad y de buena fe .


Se solicita romper con esta inapropiada medida de solo experiencias menores a un año, porque esto daría a entender que solo los contratistas que se ganaron procesos en ese hospital, se ganaran el presente.

[10:44:43 a. m.] ronald manzano "IMPORTADORA MEDICA LOS ANDES": SOLICITAMOS QUE LA EXPERIENCIA SEA DE MAYOR O IGUAL I

[10:45:30 a. m.] rodolfo celis quintero: Con el fin de garantizar la pluralidad de oferentes sugerimos que sean revisados los siguientes indicadores: liquidez mayor o igual a 2, nivel de endeudamiento menor o igual a 60%, prueba acida mayor o igual a 1,5, rentabilidad del activo mayor o igual a 8, y rentabilidad del patrimonio mayor o igual al 15%

[10:47:45 a. m.] Adriana Santana: 2. LA ENTIDAD EN EL NUMERAL 4 INCISO 1 EL HSOPITAL ESTABLECE QUE NO SE ACEPTAN PROPUESTA PARCIALES., le solciitamos a la Entidad permitir la participacion poritem, toda vez que la totalidad de empresas comercializadoras de equipos médicos a nivel nacional segregan su mercado por especialidades médicas, por lo tanto no cuentan con la totalidad de equipos solicitados por la Entidad en el pliego de condiciones.

Considerando que de esta manera no se esta garantizando el principio de pluralidad para los procesos de contratacion mencionado en la Ley.

	6. CERTIFICACION CHAT CONTRATACION ELECTRÓNICA		CODIGO DEL FORMATO	ABS-FO-BS-057
ELABORO	VERIFICÓ	APROBÓ	VERSIÓN DEL FORMATO: 01	FECHA ULTIMA ACTUALIZACION: 16 ENERO 2014
Coordinador Adquisición Bienes y Servicios	Coordinadora GABYS	Gerencia	Página 5 de 28	


[10:48:28 a. m.] ronal manzano "IMPORTADORA MEDICA LOS ANDES": AL VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL DANDO ASI UN TRANQUILIDAD A LA ENTIDAD DE CONTRATAR CON UNA MEORESA

[10:48:42 a. m.] Adriana Santana: OBSERVACIONES DE CARACTER FINANCIERO

[10:49:16 a. m.] Adriana Santana: La Entidad establece en el indicador Nivel de Endeudamiento un porcentaje de menor o igual al 30%, por lo que nos permitimos especificarle a la Entidad que este indicador está dirigido a una empresa pequeña o a una persona natural, desconociendo que existen empresas con mayor nivel de endeudamiento, adicionalmente este indicador no refleja la solvencia inmediata de la compañía ya que el activo incluye las cuentas por cobrar que este podría ser de difícil cobro, lo que no garantiza un buen nivel de liquidez y puede ser distractor al evaluar la capacidad de endeudamiento. Adicionalmente se deben mirar otros indicadores como la capacidad de apalancamiento y el comportamiento crediticio con el sistema financiero, teniendo en cuenta lo anterior le solicitamos a la Entidad ampliar el indicador a un 36%.

[10:49:31 a. m.] Adriana Santana: OBSERVACIONES DE CARACTER TECNICO

[10:49:42 a. m.] Cristina Jácome: Con relación a los requisitos financieros, dentro del numeral 6.3, no habría un sentido lógico administrativo entre los requisitos exigidos en el proceso ss14-112 del mes de marzo ya declarado desierto y el presente , pues se cambian sustancialmente los requisitos financieros sin que existan elementos de mínima razonabilidad que permitan sostener dichos cambios , lo anterior podría desobedecer al artículo 209 de la constitución sobre los principios de las funciones públicas e incluso el manual de contratación del huem , puesto que se desconocen sus principios al realizar cambios sin sustento técnico , lógico o normativo , es mas en lugar de ampliar la posibilidad de participación se reduciría ya que los índices financieros se hacen más difíciles con relación a la situación de la región ; además en colombia compra eficiente donde debe publicar el huem en sus manuales se han definido formas objetivas para determinar los requisitos habilitantes con el tema financiero en donde por ejemplo se utilizan sistemas estadísticos para establecer de manera más objetiva parámetros habilitantes , que sin formula se cambian en este caso y en lugar de permitir un acceso amplio de participantes lo reducen al tornarse más exigentes .se solicita se haga una valoración objetiva y no se realicen cambios sin fundamentos , por ejemplo solicitar más de 3 en índice de liquidez , o un endeudamiento del 30% ya no tiene cabida en los pliegos modernos , (ver hospitales de Antioquia) y se reduzcan todos los índices a proporciones justas y objetivas .

	6. CERTIFICACION CHAT CONTRATACION ELECTRÓNICA		CODIGO DEL FORMATO	ABS-FO-BS-057
ELABORO	VERIFICÓ	APROBÓ	VERSIÓN DEL FORMATO: 01	FECHA ULTIMA ACTUALIZACION: 16 ENERO 2014
Coordinador Adquisición Bienes y Servicios	Coordinadora GABYS	Gerencia	Página 6 de 28	

[10:49:47 a. m.] Adriana Santana: ITEM BISTURI ARMONICO PARA PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS

Es preciso aclararle a la Entidad que en el mercado existen 3 tipos de tecnologías que lo son radiofrecuencia, ultrasónica y alta frecuencia, por lo tanto solicitamos que la Entidad no solicite una sola tecnología como lo es la ultrasónica sino por el contrario acepte cualquiera de las tres tecnologías que son aplicables para procedimientos en el servicio de urgencias.

ITEM DESFIBRILADOR

Le solicitamos a la Entidad ampliar el rango de energía solicitado entre 0 a 360 joules, rango normalmente utilizado por la gran mayoría de equipos comercializados a nivel nacional.

[10:50:05 a. m.] Capacitacion Quirurgil: CONDICIONES GENERALES:

1. En la página 18 numeral 4. OFERTA establece: 1. TIPOS DE OFERTA: no se aceptan propuestas parciales, se regirá por el Sistema de Precios Unitarios, sin ajustes.


Solicitamos a la entidad precisar si aceptan que las Compañías presentemos ofertas por grupo, o es de obligatorio cumplimiento presentar oferta por los 3 grupos.

[10:51:30 a. m.] ronal manzano "IMPORTADORA MEDICA LOS ANDES": EMPRESA SOLIDA Y QUE SEA VERIFICABLE CON ACTA DE CONTRATO TERMINADO DANDO ASI UNA MAYOR TRANQUILIDAD

[10:52:17 a. m.] Manuel Diaz: De caracter tecnico, con respecto al item Bugies para tubo orotraqueal

Adultos, no presenta especificaciones tecnicas para asi poder asimilar o relacionar para la presente oferta

[10:52:36 a. m.] Cristina Jácome: Para finalizar, mi tercera observacion con relación al cronograma, dentro del numeral 10., se rompería el principio de transparencia, imparcialidad, publicidad, igualdad de oportunidades, buena fe entre otros que para un proceso de este valor y complejidad se otorguen menos de cinco días hábiles para presentar ofertas, esta decisión

	6. CERTIFICACION CHAT CONTRATACION ELECTRÓNICA		CODIGO DEL FORMATO	ABS-FO-BS-057
ELABORO	VERIFICÓ	APROBÓ	VERSIÓN DEL FORMATO: 01	FECHA ULTIMA ACTUALIZACION: 16 ENERO 2014
Coordinador Adquisición Bienes y Servicios	Coordinadora GABYS	Gerencia	Página 7 de 28	

tampoco tiene razonabilidad administrativa , con ello solo quien ya haya realizado cotizaciones nacional e internacionalmente puede cotizar en la presente invitación , de lo contrario se estaría direccionando el proceso y solamente podrían presentarse quienes han venido participando en el proceso y no cumplieron en la invitación anterior , seguramente por falta de tiempo para hacer un análisis técnico serio y presentar propuestas completas y concretas .

Por lo anterior solicito se amplié el plazo del cronograma de manera que garantice y permita una participación conforme a los principios que el manual del huem tiene y que debe aplicarse en casos como estos .

[10:53:25 a. m.] Manuel Diaz: al igual con el item Bugies para tubo oro traqueal Pediatrico, que no presenta características técnicas para así poder realizar la oferta correspondiente


[10:53:44 a. m.] ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ: [10:39 a. m.] ronald manzano "IMPORTADORA MEDICA LOS ANDES":

<<< DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN LA EXPERIENCIA DEL PROCESO N° SS14-182 EN EL NÚMERO 6.1 PROPONEMOS LO SIGUIENTE:

1. Solicitamos tener en cuenta la experiencia en contratos de MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, ya que las ofertas y garantías son muy significativas e importantes en el cumplimiento de este tipo de contratos.
2. De igual forma solicitamos tener en cuenta la experiencia en los siguientes grupos:
 1. Equipos biomédicos y dispositivos médicos para urgencias
 2. Instrumental para urgencias.
 3. Mobiliario.

POR LO TANTO SOLICITAMOS TENER EN CUENTA LA EXPERIENCIA DE LOS ULTIMOS 5 AÑOS, CON CONTRATOS DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, INSTRUMENTAL Y MOBILIARIOSE ACEPTA LA OBSERVACION Y SE PLANTEARA EN LA ADENDA



	6. CERTIFICACION CHAT CONTRATACION ELECTRÓNICA		CODIGO DEL FORMATO	ABS-FO-BS-057
ELABORO	VERIFICÓ	APROBÓ	VERSIÓN DEL FORMATO: 01	FECHA ULTIMA ACTUALIZACION: 16 ENERO 2014
Coordinador Adquisición Bienes y Servicios	Coordinadora GABYS	Gerencia	Página 8 de 28	

[10:53:44 a. m.] HOSPICLINIC DE COLOMBIA S.A.S.: BUenos dias, sugerimos que sea ampliado el rango solicitado en el numeral 6.1 Eexperiencia en contratos durante los 5 ultimos años al cierre de la convocatoria.

[10:55:37 a. m.] ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ: [10:44 a. m.] Capacitacion Quirurgil:

<<< 1. En la página 18 numeral 4. OFERTA establece: 1. TIPOS DE OFERTA: no se aceptan propuestas parciales, se registrá por el Sistema de Precios Unitarios, sin ajustes.

Solicitamos a la entidad precisar si aceptan que las Compañías presentemos ofertas por grupo, o es de obligatorio cumplimiento presentar oferta por los 3 grupos.ES OBLIGATORIO PRESENTAR OFERTAS POR LOS TRES GRUPOS - SOLO SE ACEPTAN PROPUESTAS TOTALES.

[10:56:31 a. m.] Adriana Santana: Le solicitamos a la Entidad ampliar el plazo de presentacion de las ofertas toda vez que el presupuesto del proceso lo amerita junto con la complejidad de los equipos solicitados, adicionalmente es preciso que la Entidad tenga presente que la gran mayoría de empresas comercializadoras de equipos medicos se encuentran ubicadas en ciudades tales como Bogota y Medellin en donde el tiempo de transporte es de aproximadamente 3 dias para la entrega de mercancías.

[10:57:52 a. m.] Manuel Diaz: continuado con la parte tecnica hacemos énfasis en las mayores características técnicas requeridas de la intitucion de Equipo de calentamiento corporal


[10:58:18 a. m.] Manuel Diaz: al igual con características técnicas ya que no expresa ninguna de Equipo de intubación retrógrada

[10:58:26 a. m.] Surgiplast Ltda: buen dia

en el ítem D2021 Lampara cielitica se solicita modificar tiempo de vida útil de los leds a mínimo 20.000 horas, ya que hay bombillos con mayor durabilidad

[10:59:31 a. m.] ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ: EL COMITE DE CONTRATACION ESTUDIA LAS OBSERVACIONES RELACIONADAS CON LOS REQUISITOS FINANCIEROS, LOS CUALES SERAN DEFINIDOS EN LA ADENDA QUE SE PUBLICARA EN LA PAG. WEB DE LA ENTIDAD



	6. CERTIFICACION CHAT CONTRATACION ELECTRÓNICA		CODIGO DEL FORMATO	ABS-FO-BS-057
ELABORO	VERIFICÓ	APROBÓ	VERSIÓN DEL FORMATO: 01	FECHA ULTIMA ACTUALIZACION: 16 ENERO 2014
Coordinador Adquisición Bienes y Servicios	Coordinadora GABYS	Gerencia	Página 9 de 28	

[10:59:44 a. m.] Adriana Santana: EN EL ITEM D5864 BISTURI ARMONICO PARA PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS

[11:00:05 a. m.] Manuel Diaz: al igual con el item con codigo D5871, las especificaciones tecnicas mas especificas para su respectiva oferta

[11:00:06 a. m.] Adriana Santana: ITEM BISTURI ARMONICO PARA PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS

Es preciso aclararle a la Entidad que en el mercado existen 3 tipos de tecnologías que lo son radiofrecuencia, ultrasónica y alta frecuencia, por lo tanto solicitamos que la Entidad no solicite una sola tecnología como lo es la ultrasónica sino por el contrario acepte cualquiera de las tres tecnologías que son aplicables para procedimientos en el servicio de urgencias.

[11:00:20 a. m.] Adriana Santana:

ITEM DESFIBRILADOR

Le solicitamos a la Entidad ampliar el rango de energía solicitado entre 0 a 360 joules, rango normalmente utilizado por la gran mayoría de equipos comercializados a nivel nacional.


[11:00:24 a. m.] Capacitacion Quirurgical: 3. Establecen los términos a página 36 - Forma de Pago: Un pago anticipado del 50% posterior a la firma del contrato y el restante 50% dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al giro del recurso económico por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, el cual se realizará después de recibido a satisfacción...

Puede la entidad confirmarnos cuánto tiempo se tardará el Ministerio en realizar el desembolso, con el propósito de promediar el tiempo en el que se realizará el pago del restante 50%.

4. El proceso establece la fecha de cierre para entrega de oferta el próximo viernes 15 de abril a las 8:00 a.m., consideramos que es insuficiente el tiempo asignado para entregar una oferta en las condiciones requeridas. Por lo anterior, solicitamos a la entidad aplazar el cierre del proceso

[11:00:27 a. m.] Sandra Milena: De manera respetuosa solicita a la entidad que se pueda presentar oferta por Items, y no por la totalidad para los tres grupos ya que es complicado que una sola compañía distribuya o suministre la totalidad de los productos y equipos solicitados.



	6. CERTIFICACION CHAT CONTRATACION ELECTRÓNICA		CODIGO DEL FORMATO	ABS-FO-BS-057
ELABORO	VERIFICÓ	APROBÓ	VERSIÓN DEL FORMATO: 01	FECHA ULTIMA ACTUALIZACION: 16 ENERO 2014
Coordinador Adquisición Bienes y Servicios	Coordinadora GABYS	Gerencia	Página 10 de 28	

[11:00:52 a. m.] ronald manzano "IMPORTADORA MEDICA LOS ANDES": SOLICITAMOS QUE SE TENGA EN CUENTA LA COPIA DE LA DECLARACION DE RECTA DEL 2013 PARA QUE SE VERIFICABLE CON LA INFORMACION FINANCIERA Y CONCUERDE CON LOS INDICADORES QUE EL HOSPITAL SOLICITA.

[11:01:26 a. m.] ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ: SE REITERA QUE LAS OFERTAS NO SON PARCIALES. LA PLURALIDAD DE OFERENTES NO SE PREDICA DE LAS OFERTAS POR ITEMS SINO DE LA POSIBILIDAD DE PRESENTAR PROPUESTAS UN MAYOR NUMERO DE PERSONAS, LO CUAL SE VIABILIZA MEDIANTE LAS CONVOCATORIAS PUBLICAS POR BIONEXO Y LA PAG. WEB.

[11:01:36 a. m.] Surgiplast Ltda: se solicita a la entidad en el item D5872 lampara quirurgica rodable modificar iluminacion a minimo 140.000 luxes, puesto que otros equipos cumplen con 140.000 a 160.000 luxes

[11:02:12 a. m.] Milena Ramirez: Buenos dias


[11:03:30 a. m.] Surgiplast Ltda: para el item D4847 mesa de cirugia, se solicita especificar o aclarar que accesorios solicita la institucion para los diferentes procedimientos que se realizaran en ellas, puesto que los accesorios aumentarían el valor de la mesa y otros serían innecesarios

[11:04:50 a. m.] Capacitación Quirúrgica: Como pueden observar somos varias las compañías que solicitamos se acepten presentar ofertas por ítems, hecho que representa para la entidad el seleccionar equipos de excelente calidad en razón a que las Compañías se especializan en la venta de equipos de diferente tecnología como son equipos médicos, instrumental, mobiliario, etc., el mantener como requisito para presentar oferta que una sola empresa presente oferta por la totalidad de los equipos hace que el mantenimiento deba ser sub-contratado con el importador autorizado

[11:05:30 a. m.] Capacitación Quirúrgica: De otra parte, no entendemos para qué la entidad conforme grupos si es requisito de obligatorio cumplimiento presentar oferta por la totalidad de los ítems

[11:06:49 a. m.] Milena Ramirez: INTELNET MEDICA SAS: Numeral 4 Tipo de oferta: Solicitamos amablemente se acepte la participación por ítem y/o grupo teniendo en cuenta que hay muchos oferentes que no cuentan con todos los equipos requeridos dentro de su portafolio de productos y que pueden ofrecer calidad y garantía dentro de los equipos solicitados.



	6. CERTIFICACION CHAT CONTRATACION ELECTRÓNICA		CODIGO DEL FORMATO	ABS-FO-BS-057
ELABORO	VERIFICÓ	APROBÓ	VERSIÓN DEL FORMATO: 01	FECHA ULTIMA ACTUALIZACION: 16 ENERO 2014
Coordinador Adquisición Bienes y Servicios	Coordinadora GABYS	Gerencia	Página 11 de 28	

[11:07:26 a. m.] Surgiplast Ltda: en la propuesta tecnica aclarar q tanto los manuales tecnicos como de usuario en español sean entregados al momento de la entrega de Iso equipos

[11:07:41 a. m.] Adriana Santana: Es ilogico que la Entidad mantenga el requerimiento de la participacion por la totalidad de los equipos requeridos desconociendo que las empresas comercializadoras de equipos medicos a nivel nacional no cuentan con todo lo solicitado, haciendo necesario la sub contratacion generando sobre costos para la Entidad contratante

[11:08:46 a. m.] Surgiplast Ltda: Especificar "Bonos adicionales con costo representativo"

[11:08:56 a. m.] ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ: LOS REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS SERAN: CAPITAL MAYOR O IGUAL 5000 SMLMV, LIQUIDEZ MAYOR O IGUAL A 2, NIVEL DE ENDEUDAMIENTO MENOR O IGUAL A 60, PRUEBA ACIDA MAYOR O IGUAL A 1.5, PATRIMONIO MAYOR O IGUAL A 5000SMLMV, RENTAB. PATRIMONIO 15% Y RENT. ACTIVOS 8%

[11:11:02 a. m. | Editado 11:16:32 a. m.] Capacitacion Quirurgical: La pluralidad de oferta no puede considerarse por la entidad por el simple hecho de publicar un proceso en la página ó en Bionexdo, la pluralidad de oferentes se da cuando existen varios proveedores y/o ofertantes que puedan presentar oferta par satisfacer las necesidades de la entidad


[11:11:10 a. m.] Surgiplast Ltda: en OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONTRATISTA

dejar en un documento que se deben entregar tanto manuales, diagramas e instrucciones, asi como soporte a la institucion y entregar esto al momento de entrega de los equipos

[11:12:02 a. m.] Adriana Santana: Al revisar las especificaciones tecnicas del item D5226 EQUIPO DE VIDEOENDOSCOPIA evidenciamos que estan dirigiendo la compra de este equipo a la marca PENTAX distribuida por la firma SELIG DE COLOMBIA, desconociendo la existencia de las otras dos empresas que comercializan este tipo de tecnologia en el mercado colombiano como lo son FUJIFILM y OLYMPUS quienes a su vez claramente muestran mayor experiencia en el mercado y base instalada a nivel nacional. A continuacion presentamos algunas observaciones que claramente demuestran el direccionamiento mencionado

[11:12:04 a. m.] Adriana Santana: PROCESADOR



	6. CERTIFICACION CHAT CONTRATACION ELECTRÓNICA		CODIGO DEL FORMATO	ABS-FO-BS-057
ELABORO	VERIFICÓ	APROBÓ	VERSIÓN DEL FORMATO: 01	FECHA ULTIMA ACTUALIZACION: 16 ENERO 2014
Coordinador Adquisición Bienes y Servicios	Coordinadora GABYS	Gerencia	Página 12 de 28	

Tal y como lo mencionamos anteriormente las especificaciones técnicas solicitadas por la Entidad en el pliego de condiciones, corresponden a los equipos PENTAX, específicamente al modelo EPK-I, por lo que a continuación nos permitimos presentar algunas observaciones al respecto:

- Bomba de Aire: “Con 5 niveles de presión”, es preciso que la entidad tenga presente que en el mercado existen tres tipos de marcas de equipos de endoscopia tales como Fujifilm, Olympus y Pentax, cada una con diferentes características técnicas que garantizan la total funcionalidad del equipo y aplicabilidad en cualquier procedimiento endoscópico, como lo es los niveles de presión de las bombas de aire dos de las tres empresas mencionadas anteriormente cuentan con bombas de aire de 3 y 4 niveles de presión (Fujifilm – Olympus), y la única que cuenta con los 5 niveles de presión es la bomba de aire de la marca PENTAX, no generando ningún beneficio ni ventaja para el paciente. Por lo tanto le solicitamos a la Entidad ampliar el rango solicitado.


- “Con puertos USB universal para captura de fotos”, nos permitimos aclararle a la Entidad que los puertos USB no son los únicos medios para la captura de imágenes en este tipo de tecnologías, también existen las tarjetas tipo flash card que garantizan la misma función que es la de almacenar las imágenes adquiridas para posteriormente ser transmitidas o almacenadas en otro dispositivo (PC), incluso los sistemas de marcas FUJIFILM y OLYMPUS garantizan el almacenamiento de las imágenes en su memoria interna. Teniendo en cuenta lo anterior le solicitamos a la Entidad ampliar la especificación a un cualquier medio de captura externo.

VIDEO COLONOSCOPIO DE ALTA DEFINICION (HD)

Tal y como lo mencionamos anteriormente al revisar las especificaciones técnicas requeridas evidenciamos que están dirigiendo la compra al modelo: EC-3890LIHD, de la marca PENTAX, distribuido por la firma SELIG DE COLOMBIA, por lo que a continuación presentamos algunas observaciones con el fin de que sean tenidas en cuenta garantizando de esta manera la pluralidad de oferentes.

- “Tubo de inserción de 13.2 mm”, en las marcas como OLYMPUS y FUJIFILM, el diámetro total del colonoscopio es de 12.8 mm, lo que significaría un beneficio directo al paciente ya que al ser un



	6. CERTIFICACION CHAT CONTRATACION ELECTRÓNICA		CODIGO DEL FORMATO	ABS-FO-BS-057
ELABORO	VERIFICÓ	APROBÓ	VERSIÓN DEL FORMATO: 01	FECHA ULTIMA ACTUALIZACION: 16 ENERO 2014
Coordinador Adquisición Bienes y Servicios	Coordinadora GABYS	Gerencia	Página 13 de 28	

tubo de inserción más delgado el examen sería más cómodo para este, distinto a lo que sucede con el requerido por la entidad.


- “Largo de trabajo (mm): 1700”, le solicitamos a la Entidad ampliar el rango a mínimo 1690 mm, longitud utilizada por las otras dos marcas existentes en el mercado.

VIDEO DUODENOSCOPIO

Tal y como lo mencionamos anteriormente al revisar las especificaciones técnicas requeridas evidenciamos que están dirigiendo la compra al modelo: ED-3670TK, de la marca PENTAX, distribuido por la firma SELIG DE COLOMBIA, por lo que a continuación presentamos algunas observaciones con el fin de que sean tenidas en cuenta garantizando de esta manera la pluralidad de oferentes.

- “Canal de trabajo de 4.8 mm”, a pesar de ser un canal de trabajo amplio superior al de sus competidores ningún instrumento de los que actualmente se comercializan y son utilizados en el mercado requieren un canal tan amplio, de hecho las marcas FUJIFILM y OLYMPUS ofrecen canales de 4.2 mm, el cual es suficiente para los procedimientos CPRE, en donde se utilizan estos equipos, por lo anterior le solicitamos a la Entidad ampliar el rango solicitado dejándolo de mínimo 4.2mm.
- “Diámetro del tubo de 12.1 mm”, solicitamos ampliar el rango incluyendo la palabra mínimo a esta especificación técnica.
- “Angulaciones arriba/abajo 120/90 y derecha/izquierda 110/90”, la capacidad de flexión de otros equipos en el mercado es superior a la solicitada, lo que garantiza que el especialista pueda realizar un examen más concienzudo y efectivo, solicitamos ampliar el rango superior incluyendo la palabra mínimo.
- “Angulo de visión 100 (10 retro)”, le solicitamos ampliar el rango a mínimo 98° (8° retro), ya que la proporción no es significativa en el buen desempeño del equipo, durante un procedimiento.



	6. CERTIFICACION CHAT CONTRATACION ELECTRÓNICA		CODIGO DEL FORMATO	ABS-FO-BS-057
ELABORO	VERIFICÓ	APROBÓ	VERSIÓN DEL FORMATO: 01	FECHA ULTIMA ACTUALIZACION: 16 ENERO 2014
Coordinador Adquisición Bienes y Servicios	Coordinadora GABYS	Gerencia	Página 14 de 28	

VIDEO GASTROSCOPIO DE ALTA DEFINICION (HD)

Tal y como lo mencionamos anteriormente al revisar las especificaciones técnicas requeridas evidenciamos que están dirigiendo la compra al modelo: EG-2990K, de la marca PENTAX, distribuido por la firma SELIG DE COLOMBIA, por lo que a continuación presentamos algunas observaciones con el fin de que sean tenidas en cuenta garantizando de esta manera la pluralidad de oferentes.


- “Tubo de inserción de 9.8mm”, solicitamos a la Entidad ampliar el rango a mínimo 9.6mm ya que como lo mencionamos anteriormente entre mas delgado sea el tubo de inserción mayor comodidad se brindara al paciente y al especialista durante la realización del procedimiento.
- “Longitud de trabajo de 1050 mm”, solicitamos a la Entidad incluir la palabra mínimo a la especificación requerida.
- “Angulo de visión Arriba/Abajo 210°/120°”, nos permitimos aclararle a la Entidad que en este tipo de tecnologías no se maneja el concepto de ángulo de visión arriba/abajo ni izquierda/derecha, este concepto corresponde a la capacidad de flexión o angulación del endoscopio, por lo cual consideramos este concepto debe ser modificado en el pliego de condiciones y de esta manera ampliar los rangos de angulación arriba a mínimo 210°/ Abajo 90°, Derecha/Izquierda 100°, ampliando de esta manera la pluralidad de oferentes en el presente proceso.

MONITOR DE 21 PULGADAS

Le solicitamos a la Entidad permitir la oferta de monitores grado medico de 19” LCD con retroiluminación fluorescente, los cuales también garantizan la optima visibilidad de las imágenes adquiridas.

[11:12:18 a. m.] Surgiplast Ltda: ampliar el plazo de ejecucion a 90 dias calendario



	6. CERTIFICACION CHAT CONTRATACION ELECTRÓNICA		CODIGO DEL FORMATO	ABS-FO-BS-057
ELABORO	VERIFICÓ	APROBÓ	VERSIÓN DEL FORMATO: 01	FECHA ULTIMA ACTUALIZACION: 16 ENERO 2014
Coordinador Adquisición Bienes y Servicios	Coordinadora GABYS	Gerencia	Página 15 de 28	

gracias

[11:12:34 a. m.] Sandra Milena: [11:04 a. m.] ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ:

<<< PATRIMONIO MAYOR O IGUAL A 5000SMLMV, RENTAB. PATRIMONIO 15% Y RENT. ACTIVOS 8% Solicitamos se reevalue el valor del patrimonio y que se estudiada la posibilidad de que sea mayor o igual a 2000smmlv.

[11:13:22 a. m.] Milena Ramirez: La entidad le esta quitando la posibilidad de participar a los distribuidores de marca reconocidas en el mercado al no aceptar la participacion por grupo teniendo en cuentas que seran pocos o minimos los oferentes que tengan todos los productos dentro del su portafolio.

[11:13:51 a. m.] HOSPICLINIC DE COLOMBIA S.A.S.: Solicitamos asi mismo que las certificaciones especifiquen claramente :

[11:14:28 a. m.] HOSPICLINIC DE COLOMBIA S.A.S.: *Equipos Biomedicos y dispositivos


[11:14:35 a. m.] HOSPICLINIC DE COLOMBIA S.A.S.: *Instrumental

[11:14:57 a. m.] HOSPICLINIC DE COLOMBIA S.A.S.: *Mobiliario

[11:15:17 a. m.] Sandra Milena: Como se puede observar somos varias las compañías las que estamos solicitamos se acepten presentar ofertas por ítems, hecho que representa para la entidad el seleccionar equipos de excelente calidad en razón a que las Compañías se especializan en la venta de equipos de diferente tecnología como son equipos médicos, instrumental, mobiliario, etc., el mantener como requisito para presentar oferta que una sola empresa presente oferte por la totalidad de los equipos hace que el mantenimiento deba ser sub-contratada con el importador autorizado, solicitamos a la entidad ser consecuente con las observaciones presentadas para este tema en especifico.

[11:15:49 a. m.] HOSPICLINIC DE COLOMBIA S.A.S.: Q no se tenga en cuenta certificación cuando especifiquen en su objeto diferentes a los anteriores.



	6. CERTIFICACION CHAT CONTRATACION ELECTRÓNICA		CODIGO DEL FORMATO	ABS-FO-BS-057
ELABORO	VERIFICÓ	APROBÓ	VERSIÓN DEL FORMATO: 01	FECHA ULTIMA ACTUALIZACION: 16 ENERO 2014
Coordinador Adquisición Bienes y Servicios	Coordinadora GABYS	Gerencia	Página 16 de 28	

[11:18:08 a. m.] Capacitacion Quirurgil: El principio de transparencia dice: se definirán reglas objetivas, justas, cloaras y completas que permitan la cofección de ofrecimientos de la misma índole, que aseguren la escogencia objetiva y eviten la declaratoria desierta del proceso

[11:18:31 a. m.] Adriana Santana: En relacion al item TORRE DE VIDEOENDOSCOPIA, en CALIDAD DE IMAGEN la entidad habla de DICOM, es necesario aclarar que el unico equipo de endoscopia que cuenta con el protocolo de comunicacion DICOM es lamarca FUJIFILM, el cual viene por setup en el videoprocesador del equipo encargado de adquirir y procesar las imagenes endoscopicas, caso contrario a las otras dos marcas del mercado que requeririan aditamentos adicionales (Dicomizadores) para lograr esta conectividad algunos de ellos pueden ser pantallas tal y como lo solicita la Entidad en el pliego de condiciones lo que no garantiza la comunicacion DICOM del equipo al servidor directamente, sino que para lograr esto se requieren interfases innecesarias.

[11:19:05 a. m.] Manuel Diaz: Por otra parta para continuar con las observaciones tecnicas que no hemos obtenido respuesta, con respecto al intrumental en general debe ajustarse a lo solicitado o en su defecto pueden haber diferencias no tan significativas


[11:19:47 a. m.] Manuel Diaz: ya que las características y medidas no se ajustan a las comercializadas a nivel nacional con las mejores marcas reconocidas

[11:20:06 a. m.] Capacitacion Quirurgil: el mismo principio de transparencia establece: No se incluirán condiciones y exigencias de imposible cumplimiento y el mantener este requisito como exigencia para presentar oferta hace imposible el cumplimiento de lo requerido en el proceso

[11:20:31 a. m.] Adriana Santana: ITEM D5462 INCUBADORA DE TRANSPORTE, le solicitamos a la Entidad aceptar que la luz para examen sea tipo LED o Halogena.

[11:27:59 a. m.] ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ: LA INFORMACION SOLICITADA EN LOS REQUISITOS FINANCIEROS ES SUFICIENTE PARA EL ESTUDIO DE CAPACIDAD FINANCIERA, POR TANTO, NO SE SOLICITARA DECLARACION DE RENTA DEL AÑO 2013, LOS ESTADOS FINANCIEROS OFRECEN LOS ELEMENTOS DE JUICIO NECESARIOS.

[11:28:58 a. m.] Sandra Milena: Mesa de Cirugía de tres cuerpos, con movimientos de trendelenburg e inverso, lateral, levantamiento de espaldar, piceros, puente de riñon, cabecero. Traslucida a los rayos X, de fácil traslado y ruedas con sistema de movimiento de 360°. Sistema de frenado. Conexión eléctrica a 120 vac y frecuencia de 60hz. Debe incluir todos los accesorios para

	6. CERTIFICACION CHAT CONTRATACION ELECTRÓNICA		CODIGO DEL FORMATO	ABS-FO-BS-057
ELABORO	VERIFICÓ	APROBÓ	VERSIÓN DEL FORMATO: 01	FECHA ULTIMA ACTUALIZACION: 16 ENERO 2014
Coordinador Adquisición Bienes y Servicios	Coordinadora GABYS	Gerencia	Página 17 de 28	

las diferentes cirugías (general, cardiovascular, oftalmología, facial, plástica, neurocirugía, columna, urología, craneotomía. Cirugía de riñón, vesicular, cirugía de hombro, o de rodillo, etc). SOLICITAMOS ACLARAR A QUE SE REFIERE CON EL ETC, YA QUE SON ACCESORIOS QUE REPRESENTAN COSTOS SIGNIFICATIVOS Y QUE INCITAN A COMETER ERRORES EN LA PRESENTACION DE LÑA OFERTA ECONOMICA.

[11:30:42 a. m.] ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ: SE ACLARA QUE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DESCRITAS, TAL COMO SE ESTABLECE EN EL TITULO RESPECTIVO, SON MINIMAS, LAS MEJORAS EN DICHO SENTIDO CONSTITUYEN CRITERIO DE EVALUACION QUE PERMITIRA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE PARA LA ENTIDAD.

[11:32:31 a. m.] Adriana Santana: El hospital indica que las características técnicas son mínimas pero es claro que en la ley de contratación establece que no pueden ser direccionadas o específicas a una marca existente como sucede en el caso de la torre de videoendoscopia en donde solicitan rangos y dimensiones específicos que ninguna otra marca podría ofertar

[11:33:13 a. m.] Adriana Santana: por lo tanto solicitamos sea revisado las especificaciones técnicas frente a lo ofrecido por las 3 empresas existentes en el mercado

[11:34:50 a. m.] Capacitación Quirúrgica: REQUISITOS TÉCNICOS


GRUPO 1 – EQUIPOS BIOMÉDICOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA URGENCIAS

CÓDIGO D5692 – ASPIRADOR RODABLE

Dentro de las características técnicas requeridas se encuentran:

1. “Presión de -150 a 680 mmHg”. Solicitamos establecer rangos desde 25 a 635 mm Hg, en razón a que esta presión es suficiente para realizar cualquier procedimiento quirúrgico, sin afectar la vida del paciente.



	6. CERTIFICACION CHAT CONTRATACION ELECTRÓNICA		CODIGO DEL FORMATO	ABS-FO-BS-057
ELABORO	VERIFICÓ	APROBÓ	VERSIÓN DEL FORMATO: 01	FECHA ULTIMA ACTUALIZACION: 16 ENERO 2014
Coordinador Adquisición Bienes y Servicios	Coordinadora GABYS	Gerencia	Página 18 de 28	

2. “Con filtro antibacterial”. Solicitamos que esta característica sea requerida como opcional y se acepten equipos con tecnologías de cierre mecánico de flotador, que previene la contaminación de los líquidos.

3. “Dos frascos de 4 litros”. Solicitamos establecer rangos para los frascos a partir de los 2800 ml.

4. “Con intercambiador, con pedal”. Solicitamos que esta característica sea requerida como opcional para permitir la pluralidad de oferentes.

CÓDIGO D4960 – DESFIBRILADOR

Dentro de las características técnicas requeridas se encuentran:


1. "Conexión a PC". Solicitamos que esta característica sea requerida como opcional, manteniendo la especificación: "Resumen de eventos" para ser impresa en el registrador térmico integrado del equipo, en el momento que sea requerido, en el sitio de atención del paciente.

CÓDIGO D5462 - INCUBADORA DE TRANSPORTE

Dentro de las características técnicas requeridas se encuentran:

1. “Portezuelas con apertura iris mínimo tres”. Solicitamos se acepten equipos con una (1) portezuela con apertura iris y dos (2) portezuelas ovales en policarbonato, teniendo en cuenta que son portezuelas en un material más resistentes y aumenta la vida útil de la incubadora.



	6. CERTIFICACION CHAT CONTRATACION ELECTRÓNICA		CODIGO DEL FORMATO	ABS-FO-BS-057
ELABORO	VERIFICÓ	APROBÓ	VERSIÓN DEL FORMATO: 01	FECHA ULTIMA ACTUALIZACION: 16 ENERO 2014
Coordinador Adquisición Bienes y Servicios	Coordinadora GABYS	Gerencia	Página 19 de 28	

2. “Batería recargable con autonomía de trabajo mínimo de 6 horas”. Solicitamos se acepten baterías de 4.5 horas de funcionamiento, teniendo en cuenta que son baterías recargables y este tiempo es suficiente para manejar al paciente en un traslado intra o extra hospitalario.

CÓDIGO 5603 – MÁQUINA DE ANESTESIA ADULTO, PEDIÁTRICOS Y NEONATAL


Dentro de las características técnicas requerida se encuentra:

1. Cambio de ventilación manual a controlada mediante activación del modo ventilatorio sin deshabilitar la válvula APL.

Dependiendo del diseño del sistema neumático del ventilador en algunas máquinas La válvula APL puede deshabilitarse o no, ya que esta es un sistema mecánico de control manual de la máquina de anestesia que permite ajustar la presión límite durante la ventilación manual realizada por el anestesiólogo, permitiéndole al paciente realizar respiraciones espontaneas si llegase a ser necesario, pero la función de ventilar al paciente se cumple aun estando deshabilitada ya que en el modo de ventilación controlada de la mayoría de equipos de anestesia incluyen un mecanismo que permite al paciente tomar aire del ambiente, si se presenta alguna falla del ventilador.

Solicitamos esta característica sea modificada, ya que en los sistemas que están ustedes solicitando esta función la cumple un botón en la pantalla del equipo, donde se aleja al anestesiólogo de la atención del paciente, ya que para atender una emergencia que necesite de ventilación manual tendrá que girar hasta la máquina buscar dicho botón y después atender al paciente, segundos o minutos (dependiendo de la pericia y experiencia del médico) que sin duda podrán hacer diferencia en la atención del paciente, en el caso de un sistema en el absorbedor con palanca o válvula selectora rápidamente el médico podrá accionarla sin siquiera estar mirando al equipo, esto sin duda resolverá más pronto la asistencia al paciente en caso de emergencia. .




	6. CERTIFICACION CHAT CONTRATACION ELECTRÓNICA		CODIGO DEL FORMATO	ABS-FO-BS-057
ELABORO	VERIFICÓ	APROBÓ	VERSIÓN DEL FORMATO: 01	FECHA ULTIMA ACTUALIZACION: 16 ENERO 2014
Coordinador Adquisición Bienes y Servicios	Coordinadora GABYS	Gerencia	Página 20 de 28	

También, al solicitar un cambio automático se entiende que el equipo; con base en un algoritmo de control, decide cuando cambiar de ventilación manual a controlada o viceversa.

CÓDIGO D5403 - VENTILADOR DE TRANSPORTE PARA RECUPERACION

Dentro de las características técnicas requeridas se encuentran:

1. “Dentro de los modos ventilatorios están solicitando el modo SPONT”. Solicitamos nos indiquen cómo funciona este modo ventilatorio en presión o volumen, teniendo en cuenta que CPAP da la capacidad de manejar al paciente en modo espontaneo en razón a que el paciente se encarga de iniciar y finalizar el ciclo respiratorio y es soportado por una presión positiva continua en vía aérea.
2. “Blender de oxígeno incorporado”. Solicitamos se acepten equipos a los cuales se pueda adicionar blender para realizar la mezcla de aire y oxígeno y ser programada una FIO2 de 21 – 100%, según las especificaciones solicitadas y no necesariamente que venga incorporado al ventilador.
3. “Pantalla LCD de 7”. Solicitamos se acepten pantallas LCD menores a 7” con el fin de que haya pluralidad de oferentes.
4. “Batería recargable con autonomía de 6 horas”. Solicitamos se acepten equipos que manejen baterías internas con una duración entre 5 y 6 horas, tiempo suficiente para ventilar un paciente fuera de la institución.

	6. CERTIFICACION CHAT CONTRATACION ELECTRÓNICA		CODIGO DEL FORMATO	ABS-FO-BS-057
ELABORO	VERIFICÓ	APROBÓ	VERSIÓN DEL FORMATO: 01	FECHA ULTIMA ACTUALIZACION: 16 ENERO 2014
Coordinador Adquisición Bienes y Servicios	Coordinadora GABYS	Gerencia	Página 21 de 28	

5. “Con SPO2 y ETCO2”. Solicitamos que esta característica técnica sea requerida como opcional, en razón a que pocas casas comerciales cuentan con equipos que proporcionen esta característica y por tal razón no se permitiría la pluralidad de oferentes.

CODIGO 5872 - LAMPARA QUIRURGICA DE PIE RODABLE

Dentro de las especificaciones técnicas requeridas se encuentran:

1. “Iluminación de 140.000 lux”. Solicitamos se establezcan rangos a partir de 50.000 lux, con el fin de permitir la pluralidad de oferentes.

CODIGO D4847 - MESA DE CIRUGIA ELECTROMECHANICA


1. Solicitamos que para éste equipo el requerimiento “Mesa Electromecánica” sea opcional y se acepten mesas electrohidráulicas.

GRUPO N. 3 - MOBILIARIO

CODIGO D1025 - CAMILLAS

Dentro de las características técnicas publicadas, solicitamos;



	6. CERTIFICACION CHAT CONTRATACION ELECTRÓNICA		CODIGO DEL FORMATO	ABS-FO-BS-057
ELABORO	VERIFICÓ	APROBÓ	VERSIÓN DEL FORMATO: 01	FECHA ULTIMA ACTUALIZACION: 16 ENERO 2014
Coordinador Adquisición Bienes y Servicios	Coordinadora GABYS	Gerencia	Página 22 de 28	

1. “Estructura fabricada en tubería redonda” solicitamos que sean aceptadas partes cuadradas en plástico, resistente y duradero. Solicitamos que la especificación tendida en lámina de acero sea opcional y sean aceptados materiales de plástico laminado.

2. “Tubería redonda”. Solicitamos se acepten pasamanos en plástico.

3. “Barandas que se guarden bajo el tendido”. Solicitamos se acepten barandales plegables con barandillas resistentes para agarre ergonómico que al bajarse, quedan al lado de la plataforma del colchón sin impedir la transferencia del paciente

CODIGO D1729 – CAMILLAS DE RECUPERACIÓN Y TRANSPORTE

Dentro de las características técnicas requeridas se encuentra:

1. “Superficie de paciente fabricada en acero inoxidable”. Solicitamos que esta característica sea requerida como opcional y sean aceptados materiales de plástico laminado.


2. Solicitamos el favor de aclarar en la especificación: ‘Atril portasueros con bloqueo’, a que hace referencia la parte de bloqueo.

CODIGO D3765 – CUNAS DE OBSERVACIÓN CON BARANDAS DE SEGURIDAD

Dentro de las características técnicas requeridas se encuentra:

1. Solicitamos muy respetuosamente que la especificación cabecero y piecero con panel central de acrílico, sean aceptadas en tubería redonda.



	6. CERTIFICACION CHAT CONTRATACION ELECTRÓNICA		CODIGO DEL FORMATO	ABS-FO-BS-057
ELABORO	VERIFICÓ	APROBÓ	VERSIÓN DEL FORMATO: 01	FECHA ULTIMA ACTUALIZACION: 16 ENERO 2014
Coordinador Adquisición Bienes y Servicios	Coordinadora GABYS	Gerencia	Página 23 de 28	

2. Tendido en cuatro planos uno fijo y tres móviles en lámina pintada, sea opcional y se acepten Superficies lisas con las posiciones de Trendelenburg/Trendelenburg Invertido.

3. “Dimensiones Externas largo 153 cm, Ancho 81cm +/- 3 cm’. Solicitamos se establezcan rangos a partir de: Dimensiones Externas largo 165 cm, Ancho 83 cm”.

4. Útiles largo 145 cm, ancho 70 cm, altura 80 +/- 3 cm. Solicitamos se establezcan rangos de largo 136 cmm, ancho 70 cm, alto 78 cfm a 109 cm

4. Solicitamos se acepte que la Capacidad de carga sea de 70 Kg.


[11:38:17 a. m.] Cristina Jácome: Con lo referente al cronograma, reitero se amplié el plazo de 5 días hábiles para presentar ofertas, de manera que garantice y permita una participación conforme a los principios que el manual del huem tiene y que debe aplicarse en casos como estos.

[11:43:24 a. m.] ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ: CONFORME LO EVIDENCIADO EN EL PROCESO DECLARADO DESIERTO, SE PRESENTARON VARIAS PROPUESTAS, LAS CONVOCATORIAS EN MEDIOS MASIVOS, ESPECIALMENTE, A TRAVES DE UN MEDIO ELECTRONICO CON APROXIMADAMENTE 3000 OFERENTES HABILITADOS EN EL SECTOR SALUD, INDUBITABLEMENTE PROMUEVEN LA PLURALIDAD DE OFERENTES, INDISTINTAMENTE DE LA VOLUNTAD DE LOS MISMOS PARA PARTICIPAR O NO.

[11:48:09 a. m.] Capacitacion Quirurgil: Si existieron 3000 oferentes habilitados para ese proceso, no es consecuente que con tantos posibles oferentes, la entidad haya tenido que declarar DESIERTO el proceso, lo que ratifica nuestra apreciación a que las reglas establecidas son de imposible cumplimiento y el mantener este requisito como exigencia para presentar oferta, el proceso será nuevamente declarado DESIERTO

[11:50:30 a. m.] ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ: LOS MANUALES DE USUARIO Y MANUAL TECNICO SE DEBEN PRESENTAR EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS, DEJANDO LA PRECISIÓN EN LA RESPECTIVA PROPUESTA, ASI COMO LA ACLARACIÓN DE QUE SERAN PRESENTADOS EN IDIOMA CASTELLANO.



	6. CERTIFICACION CHAT CONTRATACION ELECTRÓNICA		CODIGO DEL FORMATO	ABS-FO-BS-057
ELABORO	VERIFICÓ	APROBÓ	VERSIÓN DEL FORMATO: 01	FECHA ULTIMA ACTUALIZACION: 16 ENERO 2014
Coordinador Adquisición Bienes y Servicios	Coordinadora GABYS	Gerencia	Página 24 de 28	

[11:50:36 a. m.] Capacitacion Quirurgil: No existe en el sector Salud una empresa que cuente dentro de su portafolio con equipos tan diferentes, para diferentes áreas, con características técnicas tan específicas que le oferten a la entidad.

[11:51:01 a. m.] Milena Ramirez: Consideramos que en el pais pueden existir muchos oferentes con diferentes productos medicos pero pocos son los que pueden tener todo dentro de su mismo portafolio, si la idea es presentar por subcontratacion debieron aclarar esto desdel el principio para hacer participacion conjunta y en un mayor tiempo para cerrar la convocatoria.

[11:53:23 a. m.] Capacitacion Quirurgil: Las compañías que hemos estado participando en este tipo de procesos desde hace varios años, hemos visto que las entidades del estado, de economía mixta que mantienen estos requisitos de imposible cumplimiento para los procesos de compra, siempre han llegado a lo que describe la entidad y es DECLARAR DESIERTO los procesos

[11:54:32 a. m.] Cristina Jácome: Perdón por la insistencia pero no me han dado respuesta con lo referente al cronograma

[11:54:52 a. m.] Capacitacion Quirurgil: Teniendo en cuenta que el plazo establecido para hacer las observaciones y obtener la respuesta de la entiva vence a las 12 del medio dia, por favor informar cómo responderán la totalidad de las consultas presentadas y que no han dado respuesta


[11:55:54 a. m.] Capacitacion Quirurgil: Como pueden observar el 95% de las compañías que participamos en este chat hemos solicitado aceptar presentar oferta por ítem, este es un indicativo mas que suficiente para que la entidad evalúe este requisito

[11:56:40 a. m.] *** ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ ha agregado a Luis Eduardo Garcia Q ***

[11:56:51 a. m.] Adriana Santana: En relacion a las observaciones tecnicas presentadas de las cuales a un no hemos tenido respuesta y teniendo en cuenta que el chat se acaba a las 12 m me gustaria saber como dara respuesta la entidad a estas observaciones

[11:56:53 a. m.] Capacitacion Quirurgil: De los 3000 posibles oferentes del escor salud, unicamente participamos 27 empresas

[11:57:03 a. m.] Capacitacion Quirurgil: este es otro indicativo a evaluar por la entidad

	6. CERTIFICACION CHAT CONTRATACION ELECTRÓNICA		CODIGO DEL FORMATO	ABS-FO-BS-057
ELABORO	VERIFICÓ	APROBÓ	VERSIÓN DEL FORMATO: 01	FECHA ULTIMA ACTUALIZACION: 16 ENERO 2014
Coordinador Adquisición Bienes y Servicios	Coordinadora GABYS	Gerencia	Página 25 de 28	

[11:59:30 a. m.] ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ: EL COMITE DE CONTRATACION, CON APOYO DE LOS EXPERTOS EN EL AREA, DEFINIRA LOS ASPECTOS TECNICOS OBJETO DE OBSERVACIONES, LOS CUALES SE PLANTEARAN DENTRO DE LA ADENDA QUE SE EXPIDA PARA TALES FINES Y SE PUBLIQUE EN LA PAG. WEB

[11:59:55 a. m.] Adriana Santana: El hospital si quiere adquirir equipos con especificaciones tecnicas de una marca especifica como lo es la marca PENTAX en el item torre de video endoscopia, en el proceso pasado declarado desierto las especificaciones eran de OLYMPUS preguntamos a la Entidad como rpetenden manejar pluralidad de oferentes cuando los condicionamientos tecnicos son tan cerrados, si la idea es comprar un equipo de marca especifica porque no realizar una contratacion directa y asi se evitaria el desgaste a los demas proponentes.

[12:01:13 p. m.] Luis Eduardo Garcia Q: De acuerdo con Adriana, y peor aun este grupo queda cerrado a solo tres oferentes PENTAX, OLYMPUS Y FUJINON

[12:02:15 p. m.] Luis Eduardo Garcia Q: Porque la torre de endoscopia no la sacan en un grupo aparte por ser tan especializada ?????

[12:02:26 p. m.] Adriana Santana: solicitamos respetuosamente el comite estructurador del pliego evalúe las diferentes tecnologías existentes en el mercado y establezca características técnicas que permitan evaluar estas tecnologías


[12:02:50 p. m.] ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ: LA ENTIDAD RESPONDERA OBSERVACIONES CLARAS Y CONCRETAS, NO APRECIACIONES SUBJETIVAS. 3000 OFERENTES HABILITADOS O INSCRITOS EN BIONEXO, NO PARTICIPES NI HABILITADOS EN EL PROCESO DE CONTRATACION

[12:03:36 p. m.] Milena Ramirez: Estoy de acuerdo en que si ya tienen marcas o proponentes definidos es mejor evitar polemicas entre los proponentes y hacer compra directa.

[12:04:11 p. m.] Luis Eduardo Garcia Q: Señores del HOSPITAL solo tres proponentes en Colombia, venden endoscopia digestiva flexible es por eso nuestra observacion

[12:04:52 p. m.] Adriana Santana: En relacion a la respuesta dada por la Entidad las observaciones presentadas por nosotros no son cometarios subjetivos sino concretos frente a la realidad del mercado por esta razon se mencionan en este chat para que sean tenidos en cuenta por ustedes



	6. CERTIFICACION CHAT CONTRATACION ELECTRÓNICA		CODIGO DEL FORMATO	ABS-FO-BS-057
ELABORO	VERIFICÓ	APROBÓ	VERSIÓN DEL FORMATO: 01	FECHA ULTIMA ACTUALIZACION: 16 ENERO 2014
Coordinador Adquisición Bienes y Servicios	Coordinadora GABYS	Gerencia	Página 26 de 28	

[12:06:32 p. m.] ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ: CON RELACION AL CIERRE, SE APLAZA HASTA LAS 5:00 PM DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2014.

[12:07:08 p. m.] Adriana Santana: solicitamos nuevamente reconsideren las respuestas que emitiran desde el punto de vista que es donde se genera la mayor polemica y de esta manera amplien en un tiempo prudencial el cierre del proceso, por otra parte como propuesta solicitamos se realice una audiencia publica en donde el comite tecnico sea participe en esta

[12:07:40 p. m.] ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ: LA PARTICIPACION PUEDE SER POR EMPRESA, CONSORCIO O UNION TEMPORAL, LO CUAL PERMITE PARTICIPAR PARA TODOS LOS GRUPOS

[12:07:50 p. m.] Capacitacion Quirurgil: Podemos entender que la respuesta dada por la entidad sobre los 3000 oferentes habilitados o inscritos es una respuesta subjetiva, nuestra observación es clara y precisa, si anteriormente hubo un proceso declarado decierto, no es consecuente pensar que este proceso tendrá el mismo resultado


[12:07:53 p. m.] Adriana Santana: con relacion a la respuesta dada por el hospital en cuanto a la prorroga del cierre consideramos objetivamente que no es un tiempo prudencial en la que se puedan analizar las dferentes solicitudes hechas por los proponentes

[12:08:15 p. m.] ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ: SE REITERA QUE MEDIANTE ADENDA SE DEFINIRAN TODOS LOS ASPECTOS TECNICOS, ASI COMO AQUELLOS OTROS QUE HAY QUEDADO PENDIENTES DE RESPUESTA.

[12:09:10 p. m.] Adriana Santana: al realizar consorcios o uniiones temporales no se cuenta con el tiempo para realizar este tipo de asociaciones generando adicionalmente sobrecostos en los equipos y falta de compromiso en la atencion de las garantias y el servicio post venta

[12:09:34 p. m.] ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ: SIENDO LAS 12:08 PM SE DA POR TERMINADO EL CHAT PARA EL PROCESO SS14-182

[12:09:48 p. m.] Adriana Santana: analizando las respuestas dadas por el hospital consideramos que el proceso esta dirigido

	6. CERTIFICACION CHAT CONTRATACION ELECTRÓNICA		CODIGO DEL FORMATO	ABS-FO-BS-057
ELABORO	VERIFICÓ	APROBÓ	VERSIÓN DEL FORMATO: 01	FECHA ULTIMA ACTUALIZACION: 16 ENERO 2014
Coordinador Adquisición Bienes y Servicios	Coordinadora GABYS	Gerencia	Página 27 de 28	

[12:09:53 p. m.] Luis Eduardo Garcia Q: Acorde al pliego ACEPTARAN observaciones escritas, porque aqui (Con todo respeto) no nos hemos ordenado adecuadamente para preguntar y para que nos RESPONDAN

[12:10:00 p. m.] Cristina Jácome: [11:39 a. m.] Cristina Jácome:

<<< Con lo referente al cronograma, reitero se amplió el plazo de 5 días hábiles para presentar ofertas, de manera que garantice y permita una participación conforme a los principios que el manual del huem tiene y que debe aplicarse en casos como estos. Solicito nuevamnete se reconsidere el termino de 5 días hábiles para presentar ofertas.

[12:10:45 p. m.] ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ: EL PROCESO DE CONTRATACION ELECTRONICA, ADEMAS DE CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL Y FUNCION PUBLICA, TIENE COMO PROPOSITO GENERAR PROCEDIMIENTOS AGILES, MODERNOS Y EXPEDITOS, ENMARCADOS EN EL DERECHO PRIVADO.


[12:11:39 p. m.] Sandra Milena: RESULTA INADMISIBLE QUE EL HOSPITAL UTILICE ESTE MEDIO PARA DAR RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LOS POSIBLES OFERENTES, Y NO SE CUMPLA EL OBJETIVO, NO HAN DADO RESPUESTAS CLARAS Y CONCRETAS, POR EL CONTRARIO DAN A ENTENDER QUE EL PROCESO ESTA DIRECCIONADO A CASAS COMERCIALES EN ESPECIFICO.

[12:11:43 p. m.] Adriana Santana: No sinolvidar que ustedes pertenecen al estado por lo tanto deben regirse por ley 80 y demas normas

[12:12:34 p. m.] Capacitacion Quirurgil: El aplazamiento del cierre del proceso de 9 horas es otra muestra de que la entidad ó el comite que esta desarrollando el proceso, no tiene dimensionado la magnitud de la compra que realizará por 2 mil millones, tal cual responden que podemos realizar consorcios, uniones temporales y esto conlleva una serie de requisitos para la conformación de los mismos, lo único que podemos evidenciar es que ya existe una compañía que cumple con todos los requisitos y que está lista para presentar oferta

[12:12:57 p. m.] Luis Eduardo Garcia Q: COLEGAS: Conservemos la calma y preguntemos respetuosamente....



	6. CERTIFICACION CHAT CONTRATACION ELECTRÓNICA		CODIGO DEL FORMATO	ABS-FO-BS-057
ELABORO	VERIFICÓ	APROBÓ	VERSIÓN DEL FORMATO: 01	FECHA ULTIMA ACTUALIZACION: 16 ENERO 2014
Coordinador Adquisición Bienes y Servicios	Coordinadora GABYS	Gerencia	Página 28 de 28	

[12:14:34 p. m.] Luis Eduardo Garcia Q: Señores del HOSPITAL , ustedes van a aceptar las preguntas escritas que ya enviamos ??

[12:16:20 p. m.] ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ: EL CHAT HA CONCLUIDO, NO SE ACEPTAN MAS OBSERVACIONES, MAXIME CUANDO SE REITERAN ALGUNAS DE ELLAS. SE RECOMIENDA LEER EL MANUAL DE CONTRATACION DE LA ESE HUEM PARA EVITAR IMPRECISIONES JURIDICAS, TALES COMO LAS RELACIONADAS CON EL REGIMEN LEGAL - LA ENTIDAD NO SE SUJETA A LA LEY 80 DE 1993. DICHO ASPECTO TAMBIEN SE PRECISA EN EL ANUNCIO PUBLICO.

[12:17:25 p. m.] Luis Eduardo Garcia Q: No respondieron nuestras preguntas.....

Se expide a los 23 días del mes de abril de 2014.

JUAN ALBERTO BITAR MEJIA
Subgerente de Salud



Av. 11 Este 5AN - 71 Guaimaral - PBX 574 6888
www.herasmomeoz.gov.co
Cúcuta - Norte de Santander

