

	3.7.1 ADENDA		CODIGO DEL FORMATO	ABS-FO-BS- 044
	PLIEGO DE CONDICIONES O INVITACION PUBLICA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS			
ELABORO	VERIFICÓ	APROBÓ	VERSIÓN DEL FORMATO: 01	FECHA ULTIMA ACTUALIZACION: 26 DE NOVIEMBRE 2013
Coordinador Adquisición bienes y servicios-JMC	Coordinador GABYS	Gerencia	Página 1 de 1	


ADENDA No: 1 AL ANUNCIO PUBLICO			
PROCESO No: SS14-182			
1. OBJETO CONTRACTUAL			
ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS BIOMEDICOS, INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABILITACION EN EL SERVICIO DE URGENCIA DE LA ESE HOSPITAL UNIVESITARIO ERASMO MEOZ DE CUCUTA.			
2. OBSERVACIONES			
Fijado el anuncio público, dentro del plazo fijado en el cronograma se presentaron las siguientes observaciones:			
NO:	NOMBRE	OBSERVACION	RESPUESTA
1	IMPORTADORA MEDICA LOS ANDES Y OTROS	SOLICITAN MODIFICACION DE INDICADORES FINANCIEROS	SE AJUSTAN LOS REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS, CONFORME SE ESTABLECE A CONTINUACION.
2	IMPORTADORA MEDICA LOS ANDES Y OTROS	SOLICITAN MODIFICAR EXPERIENCIA	SE ACEPTA MODIFICAR, DE ACUERDO CON LO PLANTEADO A CONTINUACION.
3	CAPACITACION QURURGIL Y OTROS	SOLICITAN OFERTAS POR GRUPOS E ITEMS	NO SE ACEPTA LA OBSERVACION
4	SURGIPLAST LTDA	EN LA PROPUESTA TÉCNICA ACLARAR QUE TANTO LOS MANUALES TÉCNICOS COMO DE USUARIO EN ESPAÑOL SEAN ENTREGADOS AL MOMENTO DE LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS	SE ACEPTA LA OBSERVACION, LOS MANUALES DE USUARIO Y MANUAL TECNICO SE DEBEN PRESENTAR EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS, DEJANDO LA PRECISIÓN EN LA RESPECTIVA PROPUESTA, ASI COMO LA ACLARACIÓN DE QUE SERAN PRESENTADOS EN IDIOMA CASTELLANO.
5	SURGIPLAST LTDA	AMPLIAR EL PLAZO DE EJECUCION A 90 DIAS CALENDARIO	NO SE ACEPTA, SE CONSIDERA SUFICIENTE Y SE REQUIERE EJECUTAR A LA MAYOR BREVEDAD DE TIEMPO POSIBLE PARA SUPLIR LAS INMIDENTES NECESIDADES DEL SERVICIO
6	SURGIPLAST LTDA	ESPECIFICAR "BONOS ADICIONALES CON COSTO REPRESENTATIVO"	SIGNIFICA QUE LOS OFERENTES PUEDEN PROPONER BONIFICACIONES EN PRODUCTOS ADICIONALES A LOS SOLICITADOS EN EL PROCESO, LOS CUALES DEBEN SER CUANTIFICADOS CON EL VALOR DEL MERCADO E INCLUIR LA CARACTERÍSTICA TÉCNICA Y/O FICHA DE LAS BONIFICACIONES. CONSTITUYE VALOR AGREGADO A LA OFERTA, REPRESENTAN BENEFICIOS ADICIONALES NO SUJETOS A PAGO POR LA ENTIDAD.
7	IMPORTADORA MEDICA	SOLICITAR DECLARACION DE RENTA 2013	LA INFORMACION SOLICITADA EN LOS REQUISITOS FINANCIEROS ES SUFICIENTE

	3.7.1 ADENDA		CODIGO DEL FORMATO	ABS-FO-BS- 044
	PLIEGO DE CONDICIONES O INVITACION PUBLICA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS			
ELABORO	VERIFICÓ	APROBÓ	VERSIÓN DEL FORMATO: 01	FECHA ULTIMA ACTUALIZACION: 26 DE NOVIEMBRE 2013
Coordinador Adquisición bienes y servicios-JMC	Coordinador GABYS	Gerencia	Página 2 de 1	

			PARA EL ESTUDIO DE CAPACIDAD FINANCIERA, POR TANTO, NO SE SOLICITARA DECLARACION DE RENTA DEL AÑO 2013, LOS ESTADOS FINANCIEROS OFRECEN LOS ELEMENTOS DE JUICIO NECESARIOS.
8	CRISTINA JACOME Y OTROS	<p>SOLICITUD DE APLAZAMIENTO DEL CIERRE</p> <p>[12:07:08 P. M.] ADRIANA SANTANA: SOLICITAMOS NUEVAMENTE RECONSIDEREN LAS RESPUESTAS QUE EMITIRAN DESDE EL PUNTO DE VISTA QUE ES DONDE SE GENERA LA MAYOR POLEMICA Y DE ESTA MANERA AMPLIEN EN UN TIEMPO PRUDENCIAL EL CIERRE DEL PROCESO, POR OTRA PARTE COMO PROPUESTA SOLICITAMOS SE REALICE UNA AUDIENCIA PUBLICA EN DONDE EL COMITE TECNICO SEA PARTICIPE EN ESTA</p> <p>11:38:17 A. M.] CRISTINA JÁCOME: CON LO REFERENTE AL CRONOGRAMA, REITERO SE AMPLIÉ EL PLAZO DE 5 DÍAS HÁBILES PARA PRESENTAR OFERTAS, DE MANERA QUE GARANTICE Y PERMITA UNA PARTICIPACIÓN CONFORME A LOS PRINCIPIOS QUE EL MANUAL DEL HUEM TIENE Y QUE DEBE APLICARSE EN CASOS COMO ESTOS.</p>	<p>ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ: CON RELACION AL CIERRE, SE APLAZA HASTA LAS 5:00 PM DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2014.</p>
9	MILENA RAMIREZ:	<p>CONSIDERAMOS QUE EN EL PAIS PUEDEN EXISTIR MUCHOS OFERENTES CON DIFERENTES PRODUCTOS MEDICOS PERO POCOS SON LOS QUE PUEDEN TENER TODO DENTRO DE SU MISNO PORTAFOLIO, SI LA IDEA ES PRESENTAR POR SUBCONTRATACION DEBIERON ACLARAR ESTO DESDEL EL PRINCIPIO PARA HACER PARTICIPACION CONJUNTA Y EN UN MAYOR TIEMPO PARA CERRAR</p>	<p>SE CONFUNDE LA SUBCONTRATACIÓN CON LA FORMA DE PARTICIPACIÓN, ESTA ULTIMA ESTA PREVISTA EN EL ANUNCIO PUBLICO, SE ACLARA QUE PUEDEN PARTICIPAR PERSONAS NATURALES, JURIDICAS, CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES</p>

	3.7.1 ADENDA		CODIGO DEL FORMATO	ABS-FO-BS- 044
	PLIEGO DE CONDICIONES O INVITACION PUBLICA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS			
ELABORO	VERIFICÓ	APROBÓ	VERSIÓN DEL FORMATO: 01	FECHA ULTIMA ACTUALIZACION: 26 DE NOVIEMBRE 2013
Coordinador Adquisición bienes y servicios-JMC	Coordinador GABYS	Gerencia	Página 3 de 1	

		LA CONVOCATORIA.	
10	LUIS EDUARDO GARCIA	<p>ADRIANA SANTANA: EN RELACION A LAS OBSERVACIONES TECNICAS PRESENTADAS DE LAS CUALES A UN NO HEMOS TENIDO RESPUESTA Y TENIENDO EN CUENTA QUE EL CHAT SE ACABA A LAS 12 M ME GUSTARIA SABER COMO DARA RESPUESTA LA ENTIDAD A ESTAS OBSERVACIONES</p> <p>LUIS EDUARDO GARCIA Q: NO RESPONDIERON NUESTRAS PREGUNTAS.....</p>	<p>RPTA CHAT: EL COMITE DE CONTRATACION, CON APOYO DE LOS EXPERTOS EN EL AREA, DEFINIRA LOS ASPECTOS TECNICOS OBJETO DE OBSERVACIONES, LOS CUALES SE PLANTEARAN DENTRO DE LA ADENDA QUE SE EXPIDA PARA TALES FINES Y SE PUBLIQUE EN LA PAG. WEB</p> <p>SE REITERA QUE MEDIANTE ADENDA SE DEFINIRAN TODOS LOS ASPECTOS TECNICOS, ASI COMO AQUELLOS OTROS QUE HAY QUEDADO PENDIENTES DE RESPUESTA.</p>
11	ADRIANA SANTANA	<p>EL HOSPITAL SI QUIERE ADQUIRIR EQUIPOS CON ESPECIFICACIONES TECNICAS DE UNA MARCA ESPECIFICA COMO LO ES LA MARCA PENTAX EN EL ITEM TORRE DE VIDEO ENDOSCOPIA, EN EL PROCESO PASADO DECLARADO DESIERTO LAS ESPECIFICACIONES ERAN DE OLYMPUS PREGUNTAMOS A LA ENTIDAD COMO RPETENDEN MANEJAR PLURALIDAD DE OFERENTES CUANDO LOS CONDICIONAMIENTOS TECNICOS SON TAN CERRADOS, SI LA IDEA ES COMPRAR UN EQUIPO DE MARCA ESPECIFICA PORQUE NO REALIZAR UNA CONTRATACION DIRECTA Y ASI SE EVITARIA EL DESGASTE A LOS DEMAS PROPONENTES.</p> <p>[12:01:13 P. M.] LUIS EDUARDO GARCIA Q: DE ACUERDO CON ADRIANA, Y PEOR AUN ESTE GRUPO QUEDA CERRADO A SOLO TRES OFERENTES PENTAX, OLYMPUS Y FUJINON</p>	<p>LOS EQUIPOS PUEDEN TENER POCAS O MUCHAS MARCAS, ELLO NO IMPLICA DIRECCIONAMIENTO ALGUNO POR CUANTO ES EL MERCADO EL QUE DETERMINA LA OFERTA.</p> <p>LA ENTIDAD REVISÓ LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS A FIN DE EVITAR QUE SE ESTABLEZCA UNA MARCA CUANDO EXISTEN OTRAS OFERTAS EN EL MERCADO.</p> <p>SOLO CUANDO EXISTE UN UNICO PROVEEDOR – EXCLUSIVIDAD- O MEJOR, NO EXISTA PLURALIDAD DE OFERENTES, SE PROCEDE A LA CONTRATACION DIRECTA.</p> <p>LA ENTIDAD PROMUEVE LA PLURALIDAD DE OFERENTES, INDISTINTAMENTE DE QUE NO TODOS ESTEN EN CAPACIDAD TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA U ORGANIZACIONAL PARA PRESENTAR OFERTAS, EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES FIJADOS, EN EL MARCO DEL ESTATUTO Y MANUAL DE CONTRATACION DE LA ESE HUEM.</p>
12	LUIS EDUARDO GARCIA Y OTROS	LUIS EDUARDO GARCIA Q: PORQUE LA TORRE DE ENDOSCOPIA NO LA SACAN EN UN GRUPO APARTE POR SER TAN ESPECIALIZAD?	
13	ADRIANA SANTANA	SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE	

	3.7.1 ADENDA		CODIGO DEL FORMATO	ABS-FO-BS- 044
	PLIEGO DE CONDICIONES O INVITACION PUBLICA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS			
ELABORO	VERIFICÓ	APROBÓ	VERSIÓN DEL FORMATO: 01	FECHA ULTIMA ACTUALIZACION: 26 DE NOVIEMBRE 2013
Coordinador Adquisición bienes y servicios-JMC	Coordinador GABYS	Gerencia	Página 4 de 1	

		EL COMITE ESTRUCTURADOR DEL PLIEGO EVALUE LAS DIFERENTES TECNOLOGIAS EXISTENTES EN EL MERCADO Y ESTABLEZCA CARACTERISTICAS TECNICAS QUE PERMITAN EVALUAR ESTAS TECNOLOGIAS	
--	--	--	--

3. MODIFICACIONES

Teniendo en cuenta las observaciones planteadas se realizan las siguientes modificaciones:

I. ACAPITE 4 – OFERTA

SE ELIMINA EL NUMERAL 1.5 EN RAZON DE LA MODALIDAD DE CONTRATACION ELECTRONICA, DADO QUE PARA LA CONFORMACION Y VALIDEZ DEL CONTRATO NO SE REQUIERE LA SUSCRIPCION DEL MISMO, TAL COMO SE CONTEMPLA EN LOS NUMERALES 8 Y 9 DEL ANUNCIO PUBLICO.


1.5 NEGATIVA O ABSTENCIÓN INJUSTIFICADA A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO: Si el PROPONENTE seleccionado mediante la presente Convocatoria, no suscribe el contrato dentro de los cinco (5) días siguientes a la adjudicación, quedará a favor del HOSPITAL, en calidad de sanción, la garantía de seriedad de la propuesta, sin menoscabo de las sanciones legales conducentes al reconocimiento de los perjuicios causados y no cubiertos por la garantía. En este evento, el HOSPITAL podrá asignar el contrato dentro de los cinco (5) días siguientes, al PROPONENTE calificado en segundo lugar, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para el HOSPITAL.

Con fundamento en lo anterior, la POLIZA DE SERIEDAD DE LA OFERTA, la cual debe anexarse dentro del cuadernillo de la PROPUESTA, será exigible en los siguientes eventos:

1. La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el plazo para la Adjudicación o para suscribir el contrato es prorrogado, siempre que tal prórroga sea inferior a tres (3) meses.
2. El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentación de las ofertas.
3. La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantía de cumplimiento del contrato.

II. SE MODIFICA EL ACAPITE 6. REQUISITOS HABILITANTES, NUMERAL 6.1 EXPERIENCIA, ASÍ:

El proponente debe acreditar, mediante certificación y/o acta de liquidación, la ejecución de contratos relacionados con el objeto del contrato, mantenimiento y/o suministro de equipos, dispositivos médicos, Instrumental y mobiliario para urgencias, por un monto igual o mayor al cincuenta (70%) del presupuesto oficial del proceso actual, durante los cinco (5) años anteriores, contados retroactivamente desde la publicación del anuncio público. Sera valido anexar únicamente el acta de recibo final, si en ella se refleja la totalidad de la ejecución del contrato y el cumplimiento del mismo o recibo a conformidad y la información necesaria para la comparación objetivas de las propuestas.


	3.7.1 ADENDA		CODIGO DEL FORMATO	ABS-FO-BS- 044
	PLIEGO DE CONDICIONES O INVITACION PUBLICA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS			
ELABORO	VERIFICÓ	APROBÓ	VERSIÓN DEL FORMATO: 01	FECHA ULTIMA ACTUALIZACION: 26 DE NOVIEMBRE 2013
Coordinador Adquisición bienes y servicios-JMC	Coordinador GABYS	Gerencia	Página 5 de 1	

III. SE MODIFICAN LOS REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS, ASÍ:


REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS		
1	CAPITAL DE TRABAJO	MAYOR O IGUAL A 5000 SMLMV
2	LIQUIDEZ	MAYOR O IGUAL A 2
3	NIVEL DE ENDEUDAMIENTO	MENOR O IGUAL A 60
4	PRUEBA ACIDA	MAYOR O IGUAL A 1.5
5	PATRIMONIO	MAYOR O IGUAL A 5000 SMLMV
6	RENTAB. PATRIMONIO	15%
7	RENTAB. ACTIVO	8%

IV. SE MODIFICAN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS SIGUIENTES ITEMS:


CODIGO	DESCRIPCION	OBSERVACION REALIZADA	ESPECIFICACION MINIMA REQUERIDA DEFINITIVA
D5692	Aspirador Rodable		De succión continua de flujo regulable, alto vacio, con presión de 0 a - 680 mmHg con filtro antibacterial de dos frascos de 2500 ml cada uno. Opcional con intercambiador, con pedal. Con conexión eléctrica a 120vac y frecuencia de 60 HZ para uso en cirugía de urgencias. Se acepta en presión, volumen de frascos, intercambiador de pedal. No se acepta el ajuste del filtro antibacterial.
D5864	Bisturí armónico para procedimientos quirúrgicos		Unidad de tecnología ultrasónica y bipolar avanzada en una misma consola. Generador para armónico y enseal con conectores universales y reconocimiento automático de los instrumentos. Pantalla táctil. Software actualizable disponible vía USB. Con carro de transporte, pedal de activación, adaptador para enseal y para armónico. (No se acepta la observación)
D4960	Desfibrilador	Ampliar el rango entre 0 a 360 joules. Conexión a PC.	Desfibrilador cardiaco de onda bifásica, tipo de desfibrilación: manual, sincrónica y AED. Entrega de energía entre 0-270 joules, marcapaso externo, velocidad de registro 25mm batería interna para 2 horas de trabajo, monitor, conexión con cable EKG y cable de conexión para electrodo desechable, conexión a red eléctrica 110vac y frecuencia 60hz. con paletas adulto, pediátrico. conectividad a PC registro de eventos descargable. Debe contar con los accesorios y demás elementos necesarios para que cumpla a cabalidad. No se acepta en consideración a que las características establecidas por la Institución son las mínimas, superiores características dan mayor valoración en la evaluación. No se acepta lo de conexión a PC.

	3.7.1 ADENDA		CODIGO DEL FORMATO	ABS-FO-BS- 044
	PLIEGO DE CONDICIONES O INVITACION PUBLICA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS			
ELABORO	VERIFICÓ	APROBÓ	VERSIÓN DEL FORMATO: 01	FECHA ULTIMA ACTUALIZACION: 26 DE NOVIEMBRE 2013
Coordinador Adquisición bienes y servicios-JMC	Coordinador GABYS	Gerencia	Página 6 de 1	


D5875	Bugies para tubo orotraqueal Adultos	No presenta especificaciones técnicas	Elaborado en material flexible con refuerzo a lo largo del introductor. Con marcas de graduación en cada centímetro. Extremo en ángulo acodado que facilite la intubación. De 15 CH.
D5932	Bugies para tubo orotraqueal Pediatrico		Elaborado en material flexible con refuerzo a lo largo del introductor. Con marcas de graduación en cada centímetro. Extremo en ángulo acodado que facilite la intubación. De 10 CH.
D4960	Desfibrilador	Ampliar rango de energía solicitado entre 0 a 360 joules.	Desfibrilador cardiaco de onda bifásica, tipo de desfibrilación: manual, sincrónica y AED. Entrega de energía entre 0-270 joules, marcapaso externo, velocidad de registro 25mm batería interna para 2 horas de trabajo, monitor, conexión con cable EKG y cable de conexión para electrodo desechable, conexión a red eléctrica 110vac y frecuencia 60hz. con paletas adulto, pediátrico. conectividad a PC registro de eventos descargable. Debe contar con los accesorios y demás elementos necesarios para que cumpla a cabalidad. No se acepta porque lo establecido por la Institución, es el mínimo requerido.
D5865	Equipo de calentamiento corporal	Mayores características técnicas	Por convección o flujo de aire forzado, debe contar con control de temperatura automática para evitar daños a los pacientes, sistema de alarmas, mínimo de dos velocidades. Con controlador de flujo y temperatura. Con conexión eléctrica a 120 V.
D5868	Equipo de intubación retrógrada	Mayores características técnicas	Compuesto por: Aguja introductora, aguja introductora de catéter, con guía de doble punta, flexible, recta y curvada (con marcación).
D5226	Equipo de Videoendoscopia		PROCESADOR de video HD y fuente de luz, escaneo de la imagen progresivo. Con Lámpara Xenon y bomba de aire con 3 niveles de presión., que cuente con salidas de video compuesto, con puerto USB universal. Con mínimo una salida digital para dispositivos externos. Voltaje de entrada 120 V AC. Con frecuencia 50-60 Hz.

	3.7.1 ADENDA		CODIGO DEL FORMATO	ABS-FO-BS- 044
	PLIEGO DE CONDICIONES O INVITACION PUBLICA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS			
ELABORO	VERIFICÓ	APROBÓ	VERSIÓN DEL FORMATO: 01	FECHA ULTIMA ACTUALIZACION: 26 DE NOVIEMBRE 2013
Coordinador Adquisición bienes y servicios-JMC	Coordinador GABYS	Gerencia	Página 7 de 1	

			<p>Con cromoendoscopia.</p> <p>VIDEO GASTROSCOPIO DE ALTA DEFINICION (HD) que incluya un tubo de inserción de mínimo 9.8mm y un canal de trabajo de 2.8mm, Longitud de Trabajo de mínimo 1030 mm, Angulo de visión Arriba/Abajo 210° / 90° Izq/Der.100°/100° , Visión Frontal, Angulo de Visión de 140°.</p> <p>VIDEO COLONOSCOPIO DE ALTA DEFINICION (HD). Con diámetro de canal de trabajo de tubo de inserción de mínimo 12.8 mm, con un canal de trabajo de mínimo 3.7mm y un ángulo de visión de mínimo 140 grados. Largo de Trabajo (mm): 1680, Angulacion (Up/Down): 180/180, Angulacion (Right/Left): 160/160.</p> <p>VIDEO DUODENOSCOPIO (HD). con canal de trabajo de mínimo 4.2 mm, diámetro de tubo de mínimo 11.3 mm, angulaciones arriba/abajo 120/90 y derecha/izquierda 110/90. Con mecanismo elevador completamente cerrado. Con ángulo de visión 100 (5 retro).</p> <p>MONITOR DE mínimo 21 PULGADAS, Panel LCD, Resolución mínima de (H x V): 1920 x 1080 (Full HD). Relación de contraste: 1000:1 (Típica); - Relación de aspecto: 16:9; - Número de colores: 16,8 millones; - Ángulo de visualización: 178°; -</p> <p>PROBADOR DE FUGAS MINIMO MANUAL PARA ENDOSCOPIO FLEXIBLE.</p> <p>DEBE INCLUIR CARRO DE EQUIPOS MÉDICOS RUEDAS CON FRENO, SOPORTE DE ENDOSCOPIO FLEXIBLE.</p>
D5462	Incubadora de transporte	<p>Solicitamos aceptar que la luz para examen sea tipo LED o Halógena.</p> <p>Portezuelas</p> <p>Batería recargable</p>	<p>Incubadora de doble pared, medición de temperatura de piel y aire, servocontrolada, atril y soporte para monitor, 2balas de oxigeno, colchoneta. Portezuelas con apertura iris y/o ovales en policarbonato, mínimo tres. Ruedas para desplazamiento y sistema de frenado. Decibeles de ruido interno máximo 60. con luz para examen tipo LED o Halógena. Batería recargable con autonomía de trabajo mínimo 4.5 horas. AC/DC (12-24) para ambulancia. Capacidad de conexión eléctrica 120vac, frecuencia 60 hz. Se acepta.</p>

	3.7.1 ADENDA		CODIGO DEL FORMATO	ABS-FO-BS- 044
	PLIEGO DE CONDICIONES O INVITACION PUBLICA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS			
ELABORO	VERIFICÓ	APROBÓ	VERSIÓN DEL FORMATO: 01	FECHA ULTIMA ACTUALIZACION: 26 DE NOVIEMBRE 2013
Coordinador Adquisición bienes y servicios-JMC	Coordinador GABYS	Gerencia	Página 8 de 1	

D5871	Kit de FASTRACHE	Mayores especificaciones técnicas.	<p>Debe incluir máscaras con número 3, 4 y 5 con sus respectivos tubos endotraqueales.</p> <p>Se ajusta la característica.</p>
D2021	Lámpara Cielítica	Modificar tiempo de vida útil de los LEDs a mínimo 2000 horas	<p>De dos satélites, sistema de LEDS, pieza de movilizador esterilizable, montadas sobre bases de anclaje cielítico de rotación 360° tiempo vida de los LEDS 20.000 horas voltaje de entrada 120vac frecuencia 60hz con iluminación mínima de 140.000 lux en uno de los dos satélites, intensidad regulable. No se acepta ya que las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas.</p>
D5872	Lámpara Quirúrgica De Pie Rodable	Modificar iluminación a mínimo 140000 luxes.	<p>Debe contar con tecnología LED, tiempo de vida útil mínima de los LED 25.000 horas. Iluminación de 140.000 lux. Ruedas con sistema de freno. Voltaje de conexión 120vac, frecuencia 60hz. No se acepta ya que las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas.</p>
D5603	Maquina De Anestesia Adultos-Pediátrica - Neonatos	Cambio de ventilación manual a controlada..... Se acepta	<p>Equipo para aplicaciones de anestesia inhalatoria con pacientes neonatales, pediátricos y adultos sin requerir cambio en algún componente del ventilador. Debe incluir los siguientes modos ventilatorios: controlado por volumen, controlado por presión, SIMV, modos sincronizados y modo presión, manual espontanea (NO OPCIONALES). Para trabajar con flujos bajos a partir 250 ml/min. Con guarda hipoxica mínimo 25% en mezclas de N2O, con sistema interbloqueo en los vaporizadores, fuente de oxigeno auxiliar y sistema para conexión de cilindros de emergencia. Absorvedor de diseño compacto integrado al equipo. Cambio de ventilación manual a controlada mediante activación del modo ventilatorio con o sin necesidad de deshabilitar la válvula APL. Vaporizadores mínimo dos. Capacidad de conexión 120 vac y frecuencia 60hz.</p>
D4847	Mesa De Cirugía Electromecánica	Se acepten mesas electrohidráulicas.	<p>Mesa de Cirugía electromecánica o electrohidráulica de tres cuerpos, con movimientos de trendelenburg e inverso, lateral, levantamiento de espalda, pieceros, puente de riñon, cabecero. Traslucida a los rayos X, de fácil traslado y ruedas con sistema de movimiento de 360°. Sistema de frenado. Conexión eléctrica a 120 vac y frecuencia de 60hz. Las cuatro mesas deben incluir: estribos, soporte de brazo.</p>

	3.7.1 ADENDA		CODIGO DEL FORMATO	ABS-FO-BS- 044
	PLIEGO DE CONDICIONES O INVITACION PUBLICA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS			
ELABORO	VERIFICÓ	APROBÓ	VERSIÓN DEL FORMATO: 01	FECHA ULTIMA ACTUALIZACION: 26 DE NOVIEMBRE 2013
Coordinador Adquisición bienes y servicios-JMC	Coordinador GABYS	Gerencia	Página 9 de 1	

			Adicionalmente, una de las cuatro mesas, con soporte para cabezal de mayfield y una mesa con accesorios para ortopedia y una con bandeja para recepción de líquidos.
D5403	Ventilador de transporte para recuperación	Dentro de los modos ventilatorios	Debe contener los siguientes modos ventilatorios: VACV, PACV, SIMV, SPONT o CPAP, ACPAP, BIPPP, AUTO, Blender de Oxígeno incorporado o no (Blender no es opcional), con SPO2 Y ETCO2. Batería recargable con autonomía de 5 horas y generador de aire propio. Pantalla LCD de 7". Pantalla a color. Con alarmas ajustables audibles y visuales en frecuencia respiratoria, volumen minuto, presión, apnea, fugas, de desconexión. De uso adulto, pediátrico y neonatal.

LAS ESPECIFICACIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS ANTERIORES MODIFICACIONES PERMANECERAN IGUAL.

4. ACLARACIONES


Se modifica el anuncio público teniendo en cuenta las observaciones planteadas, así como las recomendaciones de los expertos en el área y los lineamientos del Comité de Contratación, con el objeto de salvaguardar los principios que rigen la contratación estatal y los fines de la E.S.E. HUEM. La presente adenda forma parte integrante del contrato y deben tenerse en cuenta en las respectivas ofertas.

SE ACLARA QUE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DESCRITAS, TAL COMO SE ESTABLECE EN EL TITULO RESPECTIVO, SON MINIMAS, LAS MEJORAS EN DICHO SENTIDO CONSTITUYEN CRITERIO DE EVALUACION QUE PERMITIRAN SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE PARA LA ENTIDAD.

EL PROCESO DE CONTRATACION ELECTRONICA, ADEMAS DE CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL Y FUNCION PUBLICA, EN ESPECIAL, LOS DE **TRANSPARENCIA Y CELERIDAD**, TIENE COMO PROPOSITO GENERAR PROCEDIMIENTOS AGILES, MODERNOS Y EXPEDITOS, ENMARCADOS EN EL DERECHO PRIVADO, CON LA FINALIDAD DE PRESTAR EL SERVICIO PUBLICO ESENCIAL SE LA SALUD, EN TERMINOS DE OPORTUNIDAD, EFICIENCIA Y EFICACIA. DENTRO DE ESTE CONTEXTO, SE ESTIPULARON PLAZOS ESTRICTAMENTE NECESARIOS Y ESPECIALES EN EL MANUAL DE CONTRATACION DE LA ESE HUEM, QUE SE SALVAGUARDAN EN EL PRESENTE PROCESO CONTRACTUAL.

LOS EQUIPOS PARA EL SERVICIO DE URGENCIAS, INEQUIVOCAMENTE, REVISTEN SUMA IMPORTANCIA Y LA NECESIDAD INMINENTE, DEBIENDOSE PROVEER EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE, AUNADO A QUE EL ANTERIOR PROCESO SE DECLARO DESIERTO, NO POR AUSENCIA DE OFERENTES COMO ERRADAMENTE INTERPRETARON ALGUNOS PARTICIPANTES DEL CHAT, SINO PORQUE NINGUNO CUMPLIO PLENAMENTE CON LOS REQUISITOS. POR TANTO, LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, ASI COMO LOS TERMINOS Y CONDICIONES EXIGIDAS PARA EL PROCESO, HAN SIDO CONOCIDOS CON SUFICIENTE TIEMPO Y SE AJUSTARON LOS ASPECTOS QUE SE CONSIDERARON PUDIERON INCIDIR EN LA DECLARATORIA DESIERTA.

NO SE ACEPTAN PROPUESTAS PARCIALES EN RAZON A QUE LA PLANEACION, CONTROL DE LA EJECUCION, CAPACIDAD CONTRACTUAL Y GARANTIAS, SE SALVAGUARDAN CON UN SOLO CONTRATISTA, MAXIME

	3.7.1 ADENDA PLIEGO DE CONDICIONES O INVITACION PUBLICA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		CODIGO DEL FORMATO	ABS-FO-BS- 044
ELABORO	VERIFICÓ	APROBÓ	VERSIÓN DEL FORMATO: 01	FECHA ULTIMA ACTUALIZACION: 26 DE NOVIEMBRE 2013
Coordinador Adquisición bienes y servicios-JMC	Coordinador GABYS	Gerencia	Página 10 de 1	

CUANDO SE DERIVA DE UN PROYECTO FINANCIADO CON RECURSOS DE LA NACION Y CUANDO CONFORME CON LA JURISPRUDENCIA DEL H. CONSEJO DE ESTADO, SE DEBE EVITAR EL FRACCIONAMIENTO DEL CONTRATO PARA NO QUEBRANTAR LOS PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA Y SELECCIÓN OBJETIVA DEL CONTRATISTA.

Por otra parte, se aclara que dentro del proceso se estableció un espacio que permite la presentación de observaciones, las cuales, en cualquier procedimiento o actuación, deben ser respetuosas, claras y concretas, prescindiendo de apreciaciones subjetivas o temerarias.

Se expide en San José de Cúcuta, a los 24 días del mes de 2014.

JUAN ALBERTO BITAR MEJIA

Subgerente de Salud

Aprobó: Comité de Contratación
Proyectó: Coordinadora GABYS

