

CODIGO BIONEXO	DESCRIPCION	DIPROMEDICOS	LA INSTRUMENTADORA	BIOART	LINEAS HOSPITALARIAS	OSTEOMEDICAL	EXIMEDICA
70102	SISTEMA CLAVO ELASTICO INTRAMEDULAR						
70301	CLAVO RETROGRADO			NO CUMPLE	CUMPLE		
70302	CLAVO PERITROCANTERICO DE FEMUR			NO CUMPLE	CUMPLE		
70303	CLAVO MULTIBLOQUEO PARA TIBIA			NO CUMPLE	CUMPLE		
70304	CLAVO DE FEMUR EN DINAMICO			NO CUMPLE	CUMPLE		
70306	SISTEMA HUMERO PROXIMAL BLOQUEADO						
70320	CLAVO MULTIBLOQUEO PARA TIBIA			NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
70321	CLAVO DE FEMUR EN DINAMICO						
70323	SISTEMA HUMERO PROXIMAL BLOQUEADO			NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
70405	SISTEMA PARA VERTEROPLASTIA			NO CUMPLE	CUMPLE		
70410	CAJAS PARA FUSION INTERCORPORAL						NO CUMPLE
705	GRUPO 9: MAXILOFACIAL EN TITANIO	CUMPLE	CUMPLE				

OBSERVACIONES REALIZADAS POR EL DR. TERAN

- EL EQUIPO DEBE INCLUIR EL INSTRUMENTAL DE EXTRACCION DE TORNILLOS DEL MISMO MATERIAL DEL SET DE COLOCACION.
- CADA EQUIPO DEBE TENER SU CONTAINER (ESTO SE SOLICITA EN LA OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA NUMERAL 11: SE DEBERÁ SUMINISTRAR EL MATERIAL LIMPIO, EMBALADO Y EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, EN CONTENEDORES IDÓNEOS TANTO PARA INSTRUMENTAL COMO PARA IMPLANTES. NO SE RECIBIRÁ INSTRUMENTAL NI IMPLANTES EN LONAS DE TELA, NI EN BOLSAS DE PAPEL GRADO MEDICO)
- HUMERO PROXIMAL, DEBE TENER ATORNILLADOR DE ANCLAE RAPIDO Y MANUAL, SE SOLICITA PARA TODOS LOS SISTEMAS.
- EL CLAVO ELASTICO DEBE TENER COMO MINIMO TRES CLAVOS DE CADA MEDIDA E INCLUIR UN CORTADOR ESPECIAL PARA LOS CLAVOS.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Dr. Teran', is written over the end of the text. The signature is stylized and includes a large loop at the end.