
	<b>3.10.2 INFORME EVALUACION FICHA TECNICA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>CODIGO DEL FORMATO</b>	<b>ABS-FO-BS-058</b>
<b>ELABORO</b>	<b>VERIFICÓ</b>	<b>APROBÓ</b>	<b>VERSIÓN DEL FORMATO: 01</b>	<b>FECHA ULTIMA ACTUALIZACION: 16 ENERO 2014</b>
Coordinador Adquisición Bienes y Servicios	Coordinador GABYS	Gerencia	Página 1 de 2	

<b>REVISION INFORME EVALUACION FICHA TECNICA</b>
<b>PROCESO No:SS15-058</b>
<b>OBJETO CONTRACTUAL:</b>
<b>COMPRA DE DOS ECOGRAFOS PARA EL SERVICIO DE RADIOLOGIA Y UN EQUIPO BIOMEDICO RAYOS X ARCO EN C PARA EL SERVICIO DE ENDOSCOPIA</b>
<b>EVALUACION</b>
<p>Teniendo en cuenta el cronograma del proceso de la referencia se procedió a evaluar las propuestas recepcionadas oportunamente de la siguiente manera, para el caso del proponente HOSPIMEDIC S.A., tal y como consta en la evaluación publicada en la página web de la Entidad :</p>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>no cumple Con cuatro puertos para conexión de transductores.No cumple Capacidad de actualizarse en hardware y software para aplicación 4D gineco obstétrico con ecocardiografía fetal. -Capacidad de actualizarse en hardware y software para aplicación cardiológica transtorácica. -Capacidad de trabajar hasta 4 zonas focales o más, para poder contar a futuro con módulo 4D.</p> </div>
<p>No obstante, dentro del término de traslado de evaluación, el oferente HOSPIMEDIC S.A, efectúa observaciones al informe de evaluación, así: “Cuatro Puertos para conexión de transductores y posibilidad de actualización en hardware y software 4D” “Según la última audiencia realizada el día 5 de enero de 2015 a las 10:00 a.m. la entidad decidió cambiar las especificaciones por cuanto no eran necesarias al tratarse de un equipo de gama media y los transductores pedidos únicamente son 3 así como también la posibilidad de actualización a 4 D (...)”.</p>
<p>Conforme a lo manifestado por el oferente, se procede a efectuar las siguientes precisiones :</p>
<p>La entidad de acuerdo a observaciones surgidas en el chat desarrollado el día 5 de Enero de 2015, expidió y publico adenda No. 1 de fecha 6 de enero de 2015, mediante la cual se aclaraba que el equipo (ecógrafo) con respecto a su capacidad de actualización 4D, <u>se debía interpretar en el sentido de que el equipo tenga la capacidad de poder actualizarse a futuro con tecnología 4 D.</u> Ahora bien, teniendo claro el criterio de selección, se tiene que el oferente HOSPIMEDIC S.A. en la ficha técnica presentada en su propuesta folio 000046 “especificaciones técnicas” enuncia las especificaciones técnicas del equipo a ofertar, y en la cual menciona en el inciso 7 de características técnicas Hospimedics .S.A. lo siguiente : “ capacidad de actualización a 3D ”. En igual sentido la ficha técnica no establece que clase y con cuantos puertos cuenta el monitor. Se transcribe lo enunciado por el oferente en el ítem características técnicas inciso primero –“Gama Media (...) con puertos para conexión de transductores ”.</p>

	<b>3.10.2 INFORME EVALUACION FICHA TECNICA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>CODIGO DEL FORMATO</b>	ABS-FO-BS-058
<b>ELABORO</b>	<b>VERIFICÓ</b>	<b>APROBÓ</b>	<b>VERSIÓN DEL FORMATO: 01</b>	<b>FECHA ULTIMA ACTUALIZACION: 16 ENERO 2014</b>
Coordinador Adquisición Bienes y Servicios	Coordinador GABYS	Gerencia	Página 2 de 2	

Así, las cosas y conforme a los criterios técnicos establecidos en el anuncio público y/o pliego de condiciones, así como en la adenda No. 1, se confirma el resultado de la evaluación técnica de fecha 9 de enero de 2015, se anexa copia de la ficha técnica que forma parte de la propuesta de HOSPIMEDICS S.A.

Se expide a los, 14 días del mes de Enero de 2015.

FIRMADO ORIGINAL

**JUAN ALBERTO BITAR MEJIA**  
Subgerente de salud

**RAFAEL SEPULVEDA AYALA**  
Profesional Universitario

**JOSE LUIS MORA VELANDIA**  
Líder Recursos Físicos

Proyecto. Paola Cornejo Carrascal.

