

EVALUACION TECNICA

PROCESO DE CONTRATACION ELECTRONICA No. SS15-125

OBJETO:

SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA EL AREA DE FRACCIONAMIENTO DEL BANCO DE SANGRE DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ

1

FECHA: MARZO 03 DE 2015

Se procede a revisar y constatar el cumplimiento de los requisitos legales de cada propuesta presentada, determinados en el Estatuto Contractual de la Institución (Acuerdo 008 de 2013) y en el anuncio publico.

PROPONENTE UNO	
TERUMO BCT COLOMBIA S.A. con Nit. No. 830074642-7 representada legalmente por MARIA DEL PILAR GOMEZ DIAZ con CC N°. 52.263.023 de Bogotá Y CLAUDIA PATRICIA RIVERO CASTRO CC N° 39.792.186 de Usaquén	

ITEM	ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS PARA LOS EQUIPOS DADOS EN APOYO TECNOLOGICO	CUMPLE
FRACCIONAMIENTO		
1	Equipo para fraccionamiento semiautomatizado de componentes sanguíneos con lector de código de barras y protocolos para fraccionamiento de glóbulos rojos, plasma y plaquetas; con software propio para almacenamiento y registro de los datos del proceso de fraccionamiento.	SI
2	Tres (3) Equipos de Fraccionamiento semiautomatizado que ofrezcan: 1) Menor contaminación de las diferentes capas por su sistema de presión angular superior. 2) Sistema de obturación y sellado, fácil, confiable y flexible. 3) Un manejo fácil y simple 4) Rastreabilidad completa del proceso por medio de su software interactivo 5) Facilidad de exportación e importación de información a sistemas centrales de datos. 6) Estandarización del proceso de fraccionamiento de acuerdo a las buenas prácticas de manufactura. 7) Con lectores de códigos de barras 8) Selladores de tubuladuras que realiza el sellado y precorte, para la realización de pilotos en bolsas de recolección de componentes sanguíneos.	SI
3	Interface con el Software del Banco de Sangre que instale Inmunoserología y un computador.	SI
4	Una Centrifuga Refrigerada para 6 Bolsas con programas prealmacenados para la producción de hemocomponentes y la posibilidad del almacenamiento de hasta 50 programas en memoria.	SI
5	Debe entregar tres balanzas mezcladoras de sangre con capacidad de almacenamiento Colecta y almacenamiento de informaciones: el número de la donación, fecha y hora de la donación, presión del flujo sanguíneo, volumen colectado e incidentes durante el proceso	SI
6	Debe garantizar un sellador de la tubuladora de la Bolsa para el área de Flebotomía.	SI

LA CALIFICACIÓN TECNICA DE LA PROPUESTA EVALUADA ES **"ADMITIDA"** , POR CUMPLIR CON LO DISPUESTO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES Y SUS ADENDAS.

FIRMADO ORIGINAL

ELSIE ENTRENA MUTIS

Directora Banco de sangre ESE HUEM