

RESPUESTA A OBSERVACIONES REALIZADAS AL ANUNCIO PUBLICO

PROCESO No: SS24-131

1. OBJETO CONTRACTUAL

SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO COMO NEUROLOGIA, SUTURAS GENERALES Y ESPECIALIZADAS, SUTURAS ANTIBACTERIALES, ENERGIA, LAPAROSCOPIA, LAPAROSCOPIA AVANZADA, CIRUGIA GENERAL, GENERALES, ENDOSCOPIA, MANEJO DE HERIDAS -PIEL SANA -PRESION NEGATIVA -OSTOMIAS, CIRUGIA ESPECIALIZADA, ENERGIA AVANZADA, PARA LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ

2. OBSERVACIONES

Publicado el Anuncio Público, dentro del plazo fijado en el cronograma se presentaron las siguientes observaciones:

No:	NOMBRE	OBSERVACION	RESPUESTA
1	SURGICON & CIA S.A.S.	<p>12. Observaciones de orden tecnico:</p> <p>ID: 5443656 PROCESO SS24-131 GRUPO 11 CIRUGIA ESPECIALIZADA</p> <p>Ítem 84 - Código: 21511 - PROTESIS VASCULAR RECTA 8 MM X 70 CM PTFE ANILLADO - Solicitar a la entidad ampliar el rango de 70 Cm a 80 cm.</p> <p>Ítem 74 - Código: 21524 - PARCHE PARA CAROTIDA EN DACRON 8X 75 MM - Solicitar a la entidad si es posible ampliar rango de medida a 0.8 X 8 cm, y ofertar parche de pericardio de bovino, ya que esta es la nueva tecnologia que reemplaza el parche de dacron y es utilizado para reparación y reconstrucción de vasos sanguíneos y órganos, adicional puede usarse como refuerzo de la línea de sutura.</p> <p>ID: 5443650 - PROCESO SS24-131 GRUPO 8 GENERALES</p> <p>Ítem 70- Código: 21104 DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO CONCENTRADO PARA SUPERFICIES HOSPITALARIAS INHOLORO - Solicitar a la entidad si es posible presentar como alternativa. detergente líquido, con olor y ampliar rango de presentación a 5000 ml esto podría representar mayor cantidad a menor costo.</p> <p>Ítem 71 - código 21530 DETERGENTE MULTIENZIMATICO (CELULASA, LIPASA, PROTEASA Y AMILASA) PARA SISTEMAS AUTOMATICOS Y</p>	<p>ID: 5443656 PROCESO SS24-131 GRUPO 11 CIRUGIA ESPECIALIZADA</p> <p>Ítem 84 - Código: 21511 - PROTESIS VASCULAR RECTA 8 MM X 70 CM PTFE ANILLADO</p> <p>Ítem 74 - Código: 21524 - PARCHE PARA CAROTIDA EN DACRON 8X 75 MM</p> <p>- La observación planteada por el oferente surgicon es válida, tanto las medidas del parche como de prótesis vascular pueden ser tenidas en cuenta en la oferta.</p> <p>ID: 5443650 - PROCESO SS24-131 GRUPO 8 GENERALES</p> <p>Ítem 70- Código: 21104 DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO CONCENTRADO PARA SUPERFICIES HOSPITALARIAS INHOLORO</p> <p>- El detergente líquido neutro no es posible aceptarlo con aroma debido a que se utiliza en zonas de manipulación de medicamentos estériles por lo tanto no está permitido el uso del mismo según la USP united states pharmacopeia</p> <p>Ítem 71 - código 21530 DETERGENTE MULTIENZIMATICO (CELULASA, LIPASA, PROTEASA Y AMILASA) PARA SISTEMAS</p>

	<p>LIMPIEZA MANUAL, CON PH NEUTRO E INHIBIDORES DE CORROSION 1 GAL - Solicitar a la entidad si es posible presentar como alternativa detergente multienzimatico (5 enzimas CELULASA, LIPASA, PROTEASA, AMILASA Y MANANASA) y ampliar rango de presentación a 5000 ml.</p> <p>ID: 5443649 - - PROCESO SS24-131 GRUPO 7 CIRUGIA GENERAL</p> <p>Ítem 102 -- Código: 20757-2 TIRAS INDICADORAS PARA MEDICION DE LA CONCENTRACION MINIMA DEL DESINFECTANTE DE ALTO NIVEL A BASE DE ORTOFTALDEHIDO FRASCO X 60 TIRAS: Solicitamos a la entidad ampliar la presentación de frasco de 50 hasta 60 tiras, lo anterior permitirá la participación de pluralidad de oferentes.</p>	<p>AUTOMATICOS Y LIMPIEZA MANUAL, CON PH NEUTRO E INHIBIDORES DE CORROSION 1 GAL</p> <p>- Es posible presentar la alternativa con el objetivo de ser evaluada por el equipo multidisciplinario.</p> <p>ID: 5443649 - - PROCESO SS24-131 GRUPO 7 CIRUGIA GENERAL</p> <p>Ítem 102 - Código: 20757-2 TIRAS INDICADORAS PARA MEDICION DE LA CONCENTRACION MINIMA DEL DESINFECTANTE DE ALTO NIVEL A BASE DE ORTOFTALDEHIDO FRASCO X 60 TIRAS</p> <p>- es posible presentar alternativa.</p>
--	---	--

Se expide en San José de Cúcuta, a los 06 días del mes de marzo de 2024.


MARIBEL TRUJILLO BOTELLO
Subgerente de Servicios de Salud

Revisó y Aprobó: Jorge Roosevelt Dávila Luna, Coordinador Actisalud GABYS
Proyección Aspectos Jurídicos: Angélica María Chaparro Quintero, Abogado Actisalud GABYS
Proyección Aspectos Técnicos: Rafael Humberto Celis Barriga, Director Técnico del Servicio Farmacéutico